ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 декабря 2021 года № РЗН 2021/16265

На медицинское изделие
Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 101»
по ТУ 27.40.39-018-46655261-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Закрытое акционерное общество "Завод ЭМА" (ЗАО "Завод ЭМА"), Россия, 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, д. 13, офис 201

Производитель
Закрытое акционерное общество "Завод ЭМА" (ЗАО "Завод ЭМА"), Россия, 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, д. 13, офис 201

Место производства медицинского изделия
ЗАО "Завод ЭМА", Россия, 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, д. 13

Номер регистрационного досье **№ РД-43109/52355 от 03.08.2021**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **27.40.39.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 30 декабря 2021 года № 12626
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0060722

Электронный документ с идентичным содержанием размещен на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 декабря 2021 года № РЗН 2021/16265

Лист 1

На медицинское изделие
Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 101»
по ТУ 27.40.39-018-46655261-2020, в вариантах исполнения:
I. Светильник смотровой передвижной с аварийным питанием «ЭМАЛЕД 101 АМ-40», в комплектности:
1. Блок освещения в сборе с гибкой стойкой и блоком управления - 1 шт.
2. Стойка передвижная в сборе (арт. 102.02.01.100) - 1 шт.
3. Комплект аккумуляторов аварийного питания (установлены внутри панели управления блока освещения) - 1 шт.
4. Блок питания - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
II. Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 101 М-LT-30», в комплектности:
1. Блок освещения в сборе с гибкой стойкой и блоком управления - 1 шт.
2. Стойка передвижная в сборе (арт. 102.02.01.100) - 1 шт.
3. Блок питания - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
III. Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 101 М-40», в комплектности:
1. Блок освещения в сборе с гибкой стойкой и блоком управления - 1 шт.
2. Стойка передвижная в сборе (арт. 102.02.01.100) - 1 шт.
3. Блок питания - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
IV. Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 101 М СТА-40», в комплектности:
1. Блок освещения в сборе с гибкой стойкой и блоком управления - 1 шт.
2. Стойка передвижная в сборе (арт. 102.02.01.100) - 1 шт.
3. Блок питания - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
V. Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 101 АМ СТА-40», в комплектности:
1. Блок освещения в сборе с гибкой стойкой и блоком управления - 1 шт.
2. Стойка передвижная в сборе (арт. 102.02.01.100) - 1 шт.
3. Комплект аккумуляторов аварийного питания (установлены внутри панели управления блока освещения) - 1 шт.
4. Блок питания - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0095191

Электронная копия получена с сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения roszdravnadzor.gov.ru