

# Тимпанометр Interacoustics Titan



[Посмотреть на сайте](#)



[Узнать цену](#)

Science **made** smarter

Инструкция по применению – RU

# Titan



  
**Interacoustics**

**Авторское право® Interacoustics A/S** Все права защищены. Содержащаяся в данном документе информация является собственностью Interacoustics **A/S**. Содержащаяся в данном документе информация может изменяться без уведомления. Данный документ не может быть воспроизведен или передан в любой форме или при помощи любых средств даже частично без предварительного письменного разрешения компании Interacoustics A/S.

# Содержание

|          |                                                                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение .....</b>                                                                                                            | <b>1</b>  |
| 1.1      | Об этом руководстве .....                                                                                                        | 1         |
| 1.2      | Назначение устройства .....                                                                                                      | 1         |
| 1.3      | Описание продукции .....                                                                                                         | 1         |
| 1.3.1    | Конфигурация зондов, датчиков и кабелей .....                                                                                    | 3         |
| 1.3.2    | Кабель предварительного усилителя .....                                                                                          | 3         |
| 1.3.3    | Контралатеральный телефон (только для проверки акустических рефлексов) .....                                                     | 3         |
| 1.4      | Предупреждения .....                                                                                                             | 5         |
| 1.5      | Защита данных .....                                                                                                              | 5         |
| 1.6      | Неисправность .....                                                                                                              | 5         |
| 1.7      | Утилизация изделия .....                                                                                                         | 5         |
| <b>2</b> | <b>Распаковка и установка .....</b>                                                                                              | <b>6</b>  |
| 2.1      | Распаковка и осмотр .....                                                                                                        | 6         |
| 2.2      | Маркировка .....                                                                                                                 | 7         |
| 2.3      | Установка оборудования .....                                                                                                     | 8         |
| 2.4      | Установка базы .....                                                                                                             | 10        |
| 2.5      | Крепление базы к стене .....                                                                                                     | 12        |
| 2.6      | Световые индикаторы базы .....                                                                                                   | 13        |
| 2.7      | Калибровочные полости и возможные проблемы .....                                                                                 | 13        |
| 2.8      | Установка термопринтера .....                                                                                                    | 14        |
| 2.8.1    | Подключение беспроводного принтера к Titan .....                                                                                 | 14        |
| 2.9      | Подготовка прибора Titan к работе и установка аккумулятора .....                                                                 | 14        |
| 2.9.1    | Зарядка аккумулятора .....                                                                                                       | 15        |
| 2.9.2    | Срок службы аккумулятора и время зарядки .....                                                                                   | 15        |
| 2.10     | Замена зондов и удлинителей прибора Titan .....                                                                                  | 16        |
| 2.11     | Подключение преобразователей к наплечному блоку или предусилителю .....                                                          | 17        |
| 2.12     | Использование наплечного блока и предусилителя .....                                                                             | 17        |
| 2.13     | Размещение наклеек на предусилителе .....                                                                                        | 18        |
| 2.14     | Использование датчика IP30 или E-A-RTONE ABR с ушными вкладышами, поролоновыми вставками или EarCups (только для ABRIS440) ..... | 18        |
| 2.15     | Меры предосторожности при подключении прибора Titan .....                                                                        | 19        |
| 2.16     | Установка программного обеспечения .....                                                                                         | 21        |
| 2.17     | Установка драйвера .....                                                                                                         | 24        |
| 2.18     | Автономная установка Titan Suite .....                                                                                           | 25        |
| 2.19     | Лицензия .....                                                                                                                   | 25        |
| 2.20     | Подключение беспроводного принтера к Titan .....                                                                                 | 25        |
| 2.20.1   | Установка Bluetooth (Windows®) .....                                                                                             | 25        |
| <b>3</b> | <b>Инструкция по эксплуатации .....</b>                                                                                          | <b>28</b> |
| 3.1      | Выбор и использование ушных вкладышей .....                                                                                      | 29        |
| 3.2      | Включение и выключение прибора Titan .....                                                                                       | 29        |
| 3.3      | Состояние зонда .....                                                                                                            | 30        |
| 3.4      | Панель управления портативного блока Titan .....                                                                                 | 30        |
| 3.5      | Работа с прибором Titan в автономном режиме .....                                                                                | 31        |
| 3.5.1    | Начало работы .....                                                                                                              | 31        |
| 3.5.2    | Аккумулятор .....                                                                                                                | 31        |
| 3.5.3    | Окно Test .....                                                                                                                  | 31        |
| 3.5.4    | Окно Done! (Готово!) .....                                                                                                       | 34        |
| 3.5.5    | Select Client & Save (выбор пациента и сохранение) .....                                                                         | 35        |
| 3.5.6    | Окно Edit New (редактирование данных пациента) .....                                                                             | 35        |
| 3.5.7    | Окно View Clients (просмотр пациентов) .....                                                                                     | 36        |
| 3.5.8    | Окно View Details (просмотр подробностей) .....                                                                                  | 36        |
| 3.5.9    | Окно Edit Details (редактирование данных) .....                                                                                  | 37        |
| 3.5.10   | Окно View Sessions (просмотр сессий) .....                                                                                       | 37        |
| 3.5.11   | Окно View Session (просмотр сессии) .....                                                                                        | 38        |
| 3.5.12   | Окно Select Protocol (выбор протокола) .....                                                                                     | 38        |

|             |                                                                                          |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.13      | Окно Setup (настройки) .....                                                             | 39        |
| 3.5.14      | Окно Language (язык).....                                                                | 39        |
| 3.5.15      | Окно Date & Time (дата и время) .....                                                    | 39        |
| 3.5.16      | Окно Titan.....                                                                          | 40        |
| 3.5.17      | Проверка громкости .....                                                                 | 40        |
| 3.5.18      | Окно Printer (принтер) .....                                                             | 41        |
| 3.5.19      | Окно Clinic Info (информация о клинике).....                                             | 41        |
| 3.5.20      | Окно License (лицензия) .....                                                            | 41        |
| 3.5.21      | Окно About (об устройстве) .....                                                         | 42        |
| <b>3.6</b>  | <b>Ежедневные системные проверки для устройств ОАЕ .....</b>                             | <b>43</b> |
| 3.6.1       | Тест на целостность зонда.....                                                           | 43        |
| 3.6.2       | Проверка в реальном ухе .....                                                            | 44        |
| <b>3.7</b>  | <b>Работа в режиме управления ПК.....</b>                                                | <b>45</b> |
| 3.7.1       | Конфигурация питания от ПК.....                                                          | 45        |
| 3.7.2       | Запуск из базы данных OtoAccess® .....                                                   | 45        |
| 3.7.3       | Запуск из Noah.....                                                                      | 45        |
| 3.7.4       | Отчет об аварийном завершении работы.....                                                | 45        |
| <b>3.8</b>  | <b>Работа под управлением ПК по беспроводной связи .....</b>                             | <b>46</b> |
| <b>3.9</b>  | <b>Использование вкладки Main (главная).....</b>                                         | <b>47</b> |
| <b>3.10</b> | <b>Работа с модулем IMP .....</b>                                                        | <b>53</b> |
| <b>3.11</b> | <b>Трехмерная тимпанометрия и тест проводимости .....</b>                                | <b>58</b> |
| 3.11.1      | График 3D .....                                                                          | 58        |
| 3.11.2      | Вкладка Tympanograms (Тимпанограммы) .....                                               | 60        |
| 3.11.3      | Загрузка исследовательских данных WBA для создания собственного набора данных нормы..... | 63        |
| <b>3.12</b> | <b>Работа с модулем ABRIS .....</b>                                                      | <b>65</b> |
| <b>3.13</b> | <b>Работа с модулем DPOAE.....</b>                                                       | <b>70</b> |
| <b>3.14</b> | <b>абота с модулем TEOAE.....</b>                                                        | <b>78</b> |
| <b>3.15</b> | <b>Использование ассистента печати .....</b>                                             | <b>85</b> |
| <b>4</b>    | <b>Обслуживание .....</b>                                                                | <b>87</b> |
| 4.1         | Общие правила обслуживания.....                                                          | 87        |
| 4.2         | Правила чистки приборов Interacoustics .....                                             | 87        |
| 4.3         | Чистка наконечника зонда .....                                                           | 89        |
| 4.4         | Информация о ремонте.....                                                                | 90        |
| 4.5         | Гарантия .....                                                                           | 90        |
| <b>5</b>    | <b>Основные технические характеристики .....</b>                                         | <b>92</b> |
| 5.1         | Аппаратный модуль Titan – Технические характеристики .....                               | 92        |
| 5.2         | Электромагнитная совместимость (ЭМС) .....                                               | 106       |



# 1 Введение

## 1.1 Об этом руководстве

Данное руководство действительно для системы Titan версии 3.7. Данное изделие произведено:

**Interacoustics A/S**

Audiometer Allé 1

5500 Middelfart

Denmark

Телефон: +45 6371 3555

E-mail: [info@interacoustics.com](mailto:info@interacoustics.com)

Интернет: [www.interacoustics.com](http://www.interacoustics.com)

## 1.2 Назначение устройства

Система Titan с модулем импедансометрии IMP440 представляет собой электроакустический диагностический прибор, генерирующий контролируемые уровни тестовых тонов и сигналов, используемых для исследования звукопроводения и диагностики возможных отологических нарушений. Прибор позволяет выполнять тимпанометрию и акустическую рефлексометрию. Он также измеряет различные акустические параметры уха, например отражение энергии, поглощение энергии, проводимость, коэффициент отражения, общий акустический импеданс и полную проводимость, а также эквивалентный объем слухового прохода. Эти показатели позволяют оценить функциональное состояние среднего и наружного уха.

Целевая группа системы Titan с модулем IMP440 включает людей всех возрастов.

Система Titan с модулем DPOAE440 предназначена для аудиологического исследования и документирования патологии уха с использованием отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения. Целевая группа системы Titan с модулем DPOAE440 включает людей всех возрастов.

Система Titan с модулем ABRIS440 предназначена для аудиологического исследования и документирования патологии уха и нервной системы с использованием слуховых вызванных потенциалов внутреннего уха, слухового нерва и ствола головного мозга. Целевая группа системы Titan с модулем ABRIS440 включает новорожденных.

Система Titan с модулем TEOAE440 предназначена для аудиологического исследования и документирования патологии уха с использованием задержанной вызванной отоакустической эмиссии. Целевая группа системы Titan с модулем TEOAE440 включает людей всех возрастов.

Система Titan должна использоваться только подготовленными специалистами, такими как аудиологи, хирурги-оториноларингологи, специалисты в области слуха, врачи или специалистами аналогичного уровня подготовки. Устройство не должно использоваться без соответствующего обучения и навыков интерпретации полученных результатов

## 1.3 Описание продукции

Система Titan – это многофункциональное скрининговое и/или диагностическое устройство, используемое в сочетании с программными модулями персонального компьютера, а также в качестве портативного автономного прибора. В зависимости от установленных программных модулей, прибор можно использовать для проведения следующих исследований:

- Импедансометрия и широкополосная тимпанометрия (IMP440/WBT440)
- Регистрация отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (DPOAE440)
- Автоматическая слуховая реакция ствола головного мозга (ABRIS440)<sup>1</sup>
- Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (TEOAE440)

<sup>1</sup> Данная лицензия и соответствующее аппаратное обеспечение могут быть недоступны в вашем регионе.



Система состоит из следующих входящих в комплект поставки и дополнительных компонентов:

| Стандартные компоненты, Общие                                        | IMP440       | ABRIS440     | DPOAE440     | TEOAE440     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Переносной блок Titan                                                | •            | •            | •            | •            |
| Подставка Titan                                                      | •*           | •            | •            | •            |
| Блок питания (с преобразователем)                                    | •            | •            | •            | •            |
| Тестовые полости (0,2, 0,5, 2 и 5 cc)                                | •            | •            | •            | •            |
| Литиевая батарея (2 шт.)                                             | •            | •            | •            | •            |
| Переносной футляр                                                    | •            | •            | •            | •            |
| USB кабель                                                           | •            | •            | •            | •            |
| USB адаптер                                                          | •            | •            | •            | •            |
| Пакет ПО Titan Suite                                                 | •            | •            | •            | •            |
| Инструкция по применению                                             | •            | •            | •            | •            |
| Комплект ушных вкладышей Sanibel™ ADI <sup>2</sup>                   | •            | Опционально: | •            | •            |
| Педиатрический комплект ушных вкладышей <sup>2</sup>                 | н/п          | Опционально: | •**          | •**          |
| Комплект кончиков зонда IOW <sup>2</sup>                             | н/п          | Опционально: | н/п          | н/п          |
| Комплект кончиков зонда IOWA <sup>2</sup>                            | •            | н/п          | •            | •            |
| Комплект титановых нитей для зонда                                   | •            | Опционально: | •            | •            |
| Комплект принадлежностей 1055 (для ABRIS) <sup>2</sup>               | н/п          | •            | н/п          | н/п          |
| Шейный шнурок для предусилителя <sup>2</sup>                         | н/п          | •            | н/п          | н/п          |
| Установочные наклейки для предусилителя                              | н/п          | •            | н/п          | н/п          |
| Краткое руководство по использованию одноразовых электродов          | н/п          | •            | н/п          | н/п          |
| Протирочная ткань                                                    | •            | •            | •            | •            |
| <b>Датчики</b>                                                       |              |              |              |              |
| Клинический удлинительный кабель с зондом IOWA <sup>2</sup>          | •*           | н/п          | •            | •            |
| Предусилитель <sup>2</sup>                                           | н/п          | •            | н/п          | н/п          |
| Короткий удлинительный кабель <sup>2</sup>                           | Опционально: | •            | Опционально: | Опционально: |
| Съемный зонд IOW <sup>2</sup>                                        | •**          | •            | Опционально: | Опционально: |
| Контралатеральная гарнитура TDH39C (с миниразъемом) <sup>2</sup>     | Опционально: | н/п          | н/п          | н/п          |
| Контралатеральная гарнитура DD45C (с миниразъемом) <sup>2</sup>      | Опционально: | н/п          | н/п          | н/п          |
| Контралатеральная вставка E-A-RTONE 3A (с миниразъемом) <sup>2</sup> | Опционально: | н/п          | н/п          | н/п          |
| Контралатеральная вставка IP30 (с миниразъемом) <sup>2</sup>         | Опционально: | н/п          | н/п          | н/п          |

<sup>2</sup> Деталь, контактирующая с пациентом, в соответствии с IEC 60601-1

\* Стандартная деталь только для диагностического и клинического оборудования. Может быть опциональным для скринеров.

\*\* Стандартная деталь только для скринеров.



|                                                                     |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Контралатеральная гарнитура TDH39C (с ID-разъемом) <sup>2</sup>     | Опционально: | н/п          | н/п          | н/п          |
| Контралатеральная гарнитура DD45C (с ID-разъемом) <sup>2</sup>      | Опционально: | н/п          | н/п          | н/п          |
| Контралатеральная вставка E-A-RTONE 3A (с ID-разъемом) <sup>2</sup> | Опционально* | н/п          | н/п          | н/п          |
| Контралатеральная вставка IP30 (с ID-разъемом) <sup>2</sup>         | н/п          | н/п          | н/п          | н/п          |
| E-A-RTONE EarCup стерео ID гарнитура <sup>2</sup>                   | н/п          | Опционально: | н/п          | н/п          |
| E-A-RTONE ABR стерео ID гарнитура <sup>2</sup>                      | н/п          | Опционально: | н/п          | н/п          |
| IP30 EarCup стерео ID гарнитура <sup>2</sup>                        | н/п          | •            | н/п          | н/п          |
| IP30 ABR стерео ID наушник <sup>2</sup>                             | н/п          | Опционально: | н/п          | н/п          |
| Опциональные принадлежности и программное обеспечение               |              |              |              |              |
| Калибровочный комплект WBT                                          | Опционально: | н/п          | н/п          | н/п          |
| Термопринтер HM-E200 + комплект бумаги                              | Опционально: | Опционально: | Опционально: | Опционально: |
| База данных OtoAccess®                                              | Опционально: | Опционально: | Опционально: | Опционально: |

### 1.3.1 Конфигурация зондов, датчиков и кабелей

Системы Titan поддерживают работу с различными конфигурациями датчиков и кабелей. В следующей таблице представлены возможные конфигурации датчиков и кабелей для систем Titan.

| Конфигурация датчика/кабеля                                                      | IMP440/WBT440 | DPOAE440  | TEOAE440  | ABRIS440  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Прямое подключение съемного зонда к Titan                                        | Да            | Запрещено | Запрещено | Запрещено |
| Съемный зонд + короткий удлинительный кабель                                     | Да            | Да        | Да        | Запрещено |
| Длинный клинический удлинительный кабель (наплечный блок) с фиксированным зондом | Да            | Да        | Да        | Запрещено |
| Предусилитель с коротким удлинительным кабелем + съемный зонд                    | Да            | Да        | Да        | Да        |
| Прямое подключение съемного зонда к предусилителю                                | Запрещено     | Запрещено | Запрещено | Запрещено |

### 1.3.2 Кабель предварительного усилителя

Кабель предварительного усилителя (используется с IMP440/DPOAE440/TEOAE440/ABRIS440) определяет какой ID-датчик к нему подключен и способен автоматически считывать калибровочные данные с данного ID-датчика. Кабель предварительного усилителя позволяет в любое время переключаться с одного ID-датчика на другой, так как они используют специальный разъем Omnetics.

### 1.3.3 Контралатеральный телефон (только для проверки акустических рефлексов)

Длинный клинический удлинительный кабель (плечевой блок), используемый с IMP440/DPOAE440/TEOAE440, содержит калибровочные данные только для одного контралатерального телефона. Особый контралатеральный телефон откалиброван с помощью плечевого блока, его невозможно переключить на другой датчик без изменения калибровочных данных в плечевом блоке.

Имеющиеся контралатеральные телефоны для использования с длинным клиническим удлинительным кабелем (плечевой блок):



E-A-RTONE 3A (одиночная вставка) (только для США)  
TDH39 (одна головная гарнитура)  
DD45 (одна головная гарнитура)  
IP30 контралатеральный с миниразъемом

Для измерений контралатерального рефлекса с помощью кабеля предварительного усилителя потребуется ID-датчик контралатерального телефона с разъемом Omnetics. Контралатеральный телефон, подключаемый к плечевому блоку (IMP/OAE), использует другой разъем и несовместим с кабелем предварительного усилителя. Если требуется кабель предварительного усилителя, совместимый с контралатеральной головной гарнитурой (ID-датчик), обратитесь к торговому представителю.

Имеющиеся контралатеральные телефоны для использования с кабелем предварительного усилителя:

E-A-RTONE 3A (одиночная вставка) ID датчик  
TDH39 (одна головная гарнитура), ID-датчик  
DD45 (одна головная гарнитура), ID-датчик  
IP30 контралатеральный ID наушник



## 1.4 Предупреждения

В данном руководстве предупреждения, предостережения и примечания имеют следующие значения:

|                                                                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на условия или действия, которые могут представлять опасность для пациентов и/или других. |
|  | Знак ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает на условия или действия, которые могут привести к повреждению оборудования. .            |
| ПРИМЕЧАНИЕ                                                                        | ПРИМЕЧАНИЕ используется для действий, не связанных с риском травмирования.                                              |

## 1.5 Защита данных

25 мая 2018 года вступил в силу Общий регламент по защите данных (ОРЗД), регулирующий обращение с данными пациентов и их хранение. Устройство Titan и программное обеспечение Titan Suite используются для тестирования пациентов, хранения и просмотра данных измерений. Ответственность за обеспечение соответствия того, как используются программное обеспечение и устройство и как осуществляется передача информации внутри организации и третьим лицам, положениям ОРЗД несет клиент.

Также согласно положениям ОРЗД клиент обязан удалить все данные с компьютера, на котором установлено программное обеспечение Titan Suite, или с устройства Titan, на котором присутствуют данные пациента, перед утилизацией.

## 1.6 Неисправность



В случае обнаружения неисправности изделия важно обеспечить безопасность пациентов, пользователей и других лиц. Поэтому, если изделие нанесло вред или может его нанести, его необходимо немедленно изъять из эксплуатации.

О всех неисправностях, связанных с изделием или их использованием, независимо от наносимого вреда, необходимо незамедлительно сообщать дистрибьютору, у которого было приобретено изделие. Включите в сообщение о неисправности как можно больше информации, например, тип наносимого вреда, серийный номер изделия, версия программного обеспечения, используемые принадлежности и любую другую полезную информацию.

О любых случаях летального исхода или серьезного инцидента, связанного с использованием изделия, следует незамедлительно сообщить компании Interacoustics и соответствующий местный орган власти.

## 1.7 Утилизация изделия

Interacoustics стремится обеспечить безопасную утилизацию своих изделий, когда они больше не пригодны для использования. Большую роль в этом играет сотрудничество со стороны пользователя. Поэтому Interacoustics ожидает соблюдения местных правил сортировки и утилизации электрического и электронного оборудования, а также того, что устройство не будет выброшено вместе с несортированными отходами.

Если дистрибьютор предлагает схему возврата, ее следует использовать для обеспечения правильной утилизации изделия.



## 2 Распаковка и установка

### 2.1 Распаковка и осмотр

#### **Проверка на наличие повреждений**

После получения прибора убедитесь, что в комплекте имеются все компоненты из контрольного списка. Перед использованием необходимо провести осмотр всех компонентов на наличие царапин и недостающих частей. Все содержимое упаковки необходимо проверить на наличие механических и электрических повреждений. Если оборудование неисправно, немедленно свяжитесь с местным поставщиком. Сохраните транспортную упаковку для осмотра перевозчиком и подачи требования о страховой компенсации.

#### **Сохраните картонную упаковку для возможной будущей транспортировки.**

Прибор поставляется в картонной упаковке, которая специально разработана для компонентов прибора. Рекомендуется сохранить ее на случай, если придется вернуть прибор для обмена или ремонта.

#### **Процедура сообщения о неисправности и возврата товара**

Немедленно сообщайте поставщику/местному дистрибьютору о любой обнаруженной неисправности, повреждении или некомплектности прибора. При уведомлении о неисправности необходимо указать номер счета-фактуры, серийный номер прибора и приложить подробное описание проблемы. Информацию о выездном обслуживании можно получить у своего местного дистрибьютора. Если планируется вернуть систему/компоненты на обслуживания, заполните все поля, связанные с проблемой изделия в «**Return Report**» (Уведомление о возврате изделия) в приложении к настоящему руководству. Крайне важно привести полную информацию о проблеме в уведомлении, так как это поможет инженерам лучше понять проблему и быстрее устранить ее. Местный дистрибьютор несет ответственность за координирование процедурой обслуживания/возврата и соответствующее оформление.



## 2.2 Маркировка

Используется следующая маркировка прибора.

Необходимо учесть, что на устройстве Titan видны только предупреждающие символы. Остальная нормативная информация содержится в батарейном отсеке (см. раздел 2.10).

| Символ                                                                              | Объяснение                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Детали, контактирующие с пациентом типа В.<br>Детали, контактирующие с пациентом, не проводят электрический ток и могут быстро отсоединяться от пациента.                                                                                                                                          |
|    | Предостережение - Обратитесь к инструкции по применению.                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Следуйте инструкции по применению                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | WEEE (директива ЕС)<br>Этот символ указывает на то, что изделие не следует выбрасывать как несортированные отходы, а необходимо отправить на отдельный сбор для целей утилизации и переработки.                                                                                                    |
|   | Маркировка CE вместе с символом MD указывает на то, что продукция компании Interacoustics A/S отвечает требованиям Регламента ЕС 2017/745 о медицинских изделиях, приложению I<br>Качество системы было утверждено Институтом стандартов и безопасности Германии (TUV) – идентификационный № 0123. |
|  | Медицинское устройство                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Серийный номер.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Дата изготовления.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Производитель.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Справочный номер.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Нельзя использовать повторно.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Берегите от влаги.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Символ | Объяснение                                         |
|--------|----------------------------------------------------|
|        | Диапазон влажности для транспортировки и хранения. |
|        | Диапазон влажности для транспортировки и хранения. |
|        | Маркировка в перечне ETL                           |

## 2.3 Установка оборудования



Перед подключением аппарата или во время работы с ним пользователю следует принять во внимание следующие предупреждения и действовать соответствующим образом.

1. Данное изделие предназначено для подключения к другим устройствам с целью создания медицинской электрической системы. Внешнее оборудование, предназначенное для подключения к входу сигнала, выходу сигнала или другим коннекторам, должно соответствовать определенному стандарту, например IEC 60950-1 для ИТ-оборудования и серии IEC 60601 для медицинского электрического оборудования. Кроме того, все подобные комбинации – медицинские электрические системы – должны отвечать требованиям к безопасности, изложенным в общем стандарте IEC 60601-1, редакция 3, статья 16. Любое оборудование, не отвечающее требованиям к току утечки, изложенным в стандарте IEC 60601-1, должно находиться за пределами среды, окружающей пациента, т. е. не ближе 1,5 м от опоры пациента, либо должно получать питание через разделяющий трансформатор для уменьшения токов утечки. Лицо, подключающее внешнее оборудование к сигнальному входу, сигнальному выходу или другим разъемам, создает медицинскую электрическую систему и поэтому несет ответственность за ее соответствие требованиям. В случае сомнения свяжитесь с квалифицированным медицинским специалистом или местным представителем. Если прибор подключается к ПК (ИТ-оборудование, образующее систему) обеспечьте, чтобы оно не прикасалось к пациенту во время работы компьютера.
2. Если прибор подключается к ПК (ИТ-оборудования, образующее систему) сборка и модификации должны быть оценены квалифицированным медицинским техником в соответствии с правилами техники безопасности IEC 60601.
3. Примечание! Соединение USB на приборе имеет изоляции защиты частей, соприкасающихся с пациентом.
4. Следствием несоблюдения этих мер предосторожности может быть слишком большая утечка тока пациента.
5. Перед подключением прибора к сети питания убедитесь, что напряжение местной сети питания соответствует напряжению, указанному на приборе. Если предполагается открывать прибор для осмотра, сначала отключите его от сети, отсоединив сетевой шнур.
6. Для максимальной безопасности эксплуатации прибора каждый раз, когда прибор не используется, отключайте его от сети питания.
7. Для поддержания высокого уровня безопасности необходимо ежегодно проводить проверку соответствия прибора и его блока питания стандарту медицинской электрической безопасности IEC 60601-1. Проверка должна выполняться квалифицированным сервисным специалистом.



8. Не разбирайте и не модифицируйте изделие, так как это может повлиять на безопасность и рабочие характеристики прибора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

1. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ прибор Titan к компьютеру до установки программного обеспечения!
2. Хранение при температуре ниже 0°C и выше 50°C может привести к повреждению прибора и его принадлежностей.
3. Не размещайте прибор поблизости от любых источников тепла. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, оставляйте вокруг прибора достаточно свободного пространства.
4. Несмотря на то, что прибор отвечает соответствующим требованиям по электромагнитной совместимости, следует принимать меры предосторожности во избежание воздействия электромагнитных полей, например, полей мобильных телефонов и т.д. Если прибор используется вблизи другого оборудования, необходимо принять меры по предупреждению возникновения взаимных помех.
5. При обращении с преобразователями следует проявлять особую осторожность, поскольку грубое обращение, например, падение на жесткую поверхность, может повредить или сломать его компоненты.
6. Лучший способ защиты системы Titan от статического электричества – предотвращение накопления электростатических зарядов путем использования электропроводящей обуви и напольных покрытий. Увлажнение воздуха также является эффективной профилактической мерой. Несоблюдение этих мер может привести к повышению уровней напряжения до нескольких тысяч вольт. Если система Titan подверглась такому электростатическому импульсу, необходимо извлечь аккумулятор на несколько секунд, а затем повторно включить прибор.



## 2.4 Установка базы



Сдвиньте заднюю панель базы.

Подключите к соответствующим гнездам термопринтер (1), блок питания (2) и шнур USB (4) или оптический шнур USB (3 и 4). Подключите второй конец шнура USB к вашему ПК.

Верните заднюю панель базы в исходное положение.

Поставьте базу в вертикальном положении на стол.



Вставьте стальной держатель шнуров в отверстия, расположенные на задней стороне базы.



Установите запасной аккумулятор в базу.



Теперь база готова к использованию с прибором Titan.



## 2.5 Крепление базы к стене

Для того, чтобы прикрепить базу к стене, вам понадобятся дрель и отвертка.  
В зависимости от материала стены, вам могут потребоваться различные дюбели и шурупы.



С помощью крепежной пластины и карандаша наметьте на стене точное расположение трех будущих отверстий под шурупы. Выбирая высоту, учтите, что вы должны хорошо видеть экран прибора, помещенного на базу.

Просверлите отверстия и вставьте в них дюбели. Привинтите крепежную пластину к стене с помощью трех шурупов.



Подведите шнур питания, шнур принтера и шнур USB под крепежную пластину. Подключите их к базе перед тем, как надвинуть ее на крепежную пластину.



Теперь можно вставить в базу запасной аккумулятор и поместить в нее прибор Titan.



## 2.6 Световые индикаторы базы



Значение светодиодной индикации:

Светодиод 1 светится постоянным зеленым светом, если Titan вставлен в базу и его аккумулятор полностью заряжен. Светодиод 1 мигает зеленым светом во время зарядки аккумулятора.

Светодиод 2 светится постоянным зеленым светом, если запасной аккумулятор вставлен в базу и полностью заряжен. Светодиод 2 мигает зеленым светом во время зарядки запасного аккумулятора.

Светодиод 3 светится постоянным зеленым светом, если база подключена к электросети.

## 2.7 Калибровочные полости и возможные проблемы



База прибора Titan снабжена встроенной полостью объемом 2 см<sup>3</sup> для быстрой проверки калибровки зонда. Для более точной проверки вы можете воспользоваться цилиндрическими полостями объемом 0,2 мл, 0,5 мл, 2,0 мл и 5,0 мл.

Для проверки калибровки выберите протокол тимпанометрии.

Не пользуйтесь вкладышами! Вставьте кончик зонда в полость до упора. Выполните тимпанометрию. Проверьте измеренный объем.



Основная цель испытания — обеспечить постоянные результаты. Результаты могут немного отличаться при изменении барометрического давления, температуры и влажности, однако это отклонение не должно превышать 0,2 мл. Если полученное измерение будет внезапно выше, зонд возможно поврежден или требуется новая калибровка.

Мы настоятельно рекомендуем ежегодно калибровать все зонды и контралатеральные телефоны. При грубом обращении с зондом (например, падении на твердую поверхность) может потребоваться повторная калибровка. Калибровочные значения сохраняются в самом зонде. Поэтому зонды можно заменять в любое время. Однако контралатеральный телефон калибруется вместе с наплечным блоком. Нельзя подключать контралатеральные телефоны к другим наплечным блокам без предварительной калибровки.



## 2.8 Установка термопринтера

Убедитесь, что принтер установлен надлежащим образом и готов к использованию согласно инструкциям по применению принтера.

### 2.8.1 Подключение беспроводного принтера к Titan

Для беспроводной печати необходимо выполнить сопряжение принтера с Titan.

Для согласования принтера следуйте следующим указаниям:

1. Включите принтер, удерживая нажатой кнопку включения в течение 2 секунд.  
На переносном блоке Titan откройте меню **Protocol | My Titan | Titan...** (Протокол/Мой Titan/Titan) и установите связь **wireless connection** спринтером **Printer**. Чтобы изменить вариант, нажмите клавишу R или L.
2. Нажмите **Back** (Назад), перейдите к меню **My Titan | Printer** (Мой Titan/Принтер) и нажмите **Search** (Поиск).
3. Дайте прибору провести поиск беспроводных устройств. Это может занять до 1 минуты.
4. В списке устройств должно появиться название HM-E200.
5. Для подтверждения согласования нажмите **Select** (**Выбрать**).

Если вы хотите распечатать измеренные результаты на термопринтере, подключенном по беспроводной сети, рекомендуется перед проведением таких измерений включить принтер. Так у принтера будет достаточно времени для установки соединения и подготовки к печати по окончании измерений.

## 2.9 Подготовка прибора Titan к работе и установка аккумулятора



Чтобы открыть отсек аккумулятора, слегка нажмите на углубление крышки и сдвиньте крышку вниз.



Поместите аккумулятор в отсек. Убедитесь, что контакты аккумулятора совпадают с контактами внутри отсека.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что контакты батареи выровнены с контактами внутри батарейного отсека системы Titan.



Чтобы закрыть отсек аккумулятора, совместите крышку с пазами в корпусе Titan и сдвиньте ее вверх.

При длительных перерывах в работе рекомендуется извлечь аккумулятор из прибора Titan.



### 2.9.1 Зарядка аккумулятора

**ПРИМЕЧАНИЕ** Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности:

Аккумулятор всегда должен быть полностью заряжен.  
Не бросайте аккумулятор в огонь и не нагревайте его.  
Старайтесь не повредить аккумулятор и не пользуйтесь поврежденным аккумулятором.  
Не погружайте аккумулятор в воду.  
Не замыкайте контакты аккумулятора и не допускайте нарушения полярности.  
Пользуйтесь зарядным устройством, входящим в комплект поставки Titan.

В следующем разделе приведено примерное время зарядки аккумулятора.

### 2.9.2 Срок службы аккумулятора и время зарядки

При полной зарядке аккумулятора и предустановленных параметрах энергосбережения и автоматического отключения прибором Titan можно пользоваться в течение всего рабочего дня.

Ниже приведено типичное число обследований, которые можно выполнить с использованием различных модулей.

Предполагалось, что средняя продолжительность тестов IMP, DPOAE и TEOAE составляет 1 минуту, а тестов ABRIS – 3 минуты.

| Модуль   | Обследование (среднее время обследования указано выше)   | Число обследований |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| IMP440   | Тимпанометрия + ипси- и контралатеральная рефлексометрия | 200+               |
| DPOAE440 | Подробная DP-грамма                                      | 200+               |
| ABRIS440 | ABR-скрининг новорожденных                               | 75                 |
| TEOAE440 | Регистрация TEOAE                                        | 200+               |

Батарея Titan автоматически начнет зарядку, если разместить ее в подставку, которая подключена к сетевой розетке. Чтобы увеличить срок службы батареи, снимайте ее из подставки после достижения полного уровня заряда. Емкость батареи постепенно уменьшается. Батареи следуют заменить после 500 зарядок или 5 лет использования.

Для зарядки прибора Titan компания Interacoustics предоставляет блок питания, одобренный для использования в медицинских целях. Если вы не пользуетесь базой, для зарядки прибора Titan можно воспользоваться USB-адаптером постоянного тока, подключенным к блоку питания, одобренному для использования в медицинских целях. В этом случае время зарядки аккумулятора Titan будет таким же, как если бы прибор был помещен в базу.

Аккумулятор Titan также можно заряжать, подключив его к ПК посредством прилагаемого шнура USB. Во время зарядки аккумулятора можно проводить обследование.

Ниже приводится время зарядки (ВЗ) аккумулятора. Отрицательные цифры означают, что аккумулятор разряжается. Время зарядки запасного аккумулятора, помещенного в базу, и аккумулятора прибора Titan, находящегося в базе, одинаково.



|                                     | ВЗ от базы<br>до 80% | ВЗ от USB (ПК)<br>до 80% | ВЗ от базы<br>до 100% | ВЗ от USB (ПК)<br>до 100% |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>ВЫКЛ</b>                         | 1,5                  | 3,8                      | 2,3                   | 5,7                       |
| <b>ВКЛ (но не<br/>используется)</b> | 2,8                  | -32                      | 4,1                   | -47                       |

## 2.10 Замена зондов и удлинителей прибора Titan

Подключить зонд Titan к прибору можно четырьмя способами:

- 1) непосредственно к устройству Titan (только IMP440/WBT440);
- 2) с помощью короткого удлинительного кабеля (IMP440/WBT440/DPOAE440/TEOAE440);
- 3) с помощью длинного клинического удлинительного кабеля с плечевым блоком (для ОАЕ и IMP);
- 4) с помощью кабеля предварительного усилителя (для ОАЕ/IMP и ABRIS).


Обратите внимание, что длина трубки влияет на скорость работы насоса в модуле IMP440. Если зонд подсоединен непосредственно к устройству Titan, скорость работы насоса будет на 60% выше, чем при подключении с помощью длинного клинического удлинительного кабеля (плечевой блок) или кабеля предварительного усилителя. Для получения наиболее точных измерений рекомендуется использовать зонд подключенным с помощью длинного клинического удлинительного кабеля (плечевой блок) или кабеля предварительного усилителя.



Перед подсоединением или отсоединением зонда, короткого или длинного клинического удлинительного кабеля (плечевой блок) или кабеля предварительного усилителя от устройства Titan убедитесь в том, что устройство выключено.



Чтобы отсоединить зонд или один из удлинительных кабелей от устройства Titan, нажмите кнопку на задней панели устройства Titan и, придерживая основание зонда или удлинительного кабеля, отсоедините зонд или удлинительный кабель. Не тяните удлинитель за шнур, т.к. это может привести к повреждению находящихся внутри него трубочек! Не тяните зонд за его окончание, т.к. это может привести к поломке!



Для подключения удлинителя или зонда к прибору Titan совместите изображения красных треугольников и вставьте зонд или удлинитель в разъем.



## 2.11 Подключение преобразователей к наплечному блоку или предусилителю

При подсоединении к устройству Titan длинного клинического удлинительного кабеля (плечевой блок) или кабеля предварительного усилителя во время измерений импеданса рефлексов допускается осуществление только контралатеральной стимуляции.



При использовании длинного клинического удлинительного кабеля (плечевой блок) для IMP/OAE, подключите штекер контралатеральной головной гарнитуры, вставьте телефон в плечевой блок, а именно в разъем, с отметкой «Phones Contra» (Контралатеральный телефон).



При использовании кабеля предусилителя все датчики (контралатеральные наушники, TDH39, вставка E-A-RTONE 3A и т. д.), за исключением зонда, подключены через порт Omnetics (1) рядом с панелью подключения зонда (2).

## 2.12 Использование наплечного блока и предусилителя

Длинный клинический удлинительный кабель с небольшим плечевым блоком может использоваться для измерений импеданса и измерений отоакустической эмиссии (OAE). Кабель предварительного усилителя необходим при тестировании ABRIS и также может использоваться для всех других модулей.

Для крепления длинного клинического удлинительного кабеля (плечевой блок) на одежде пациента используйте зажим с тыльной стороны. Большинству пациентов, возможно, подойдет способ крепления плечевого блока на воротнике рубашки/блузки. Кабель предварительного усилителя удобнее закрепить на ремне, расположенном на шее одного родителей, держащего пациента..



Для управления прибором Titan можно воспользоваться кнопкой (1) наплечного блока.

В режиме обследования под контролем ПК, кнопка (1) запускает и останавливает обследование (при этом зонд должен быть герметично вставлен в слуховой проход).




Между обследованиями, когда зонд извлечен из уха, нажатие на кнопку (1) приводит к смене уха с правого на левое и наоборот.

Кнопка (2) на предусилителе может использоваться для пуска или остановки теста (START (ПУСК) или STOP (ОСТАНОВКА)).



## 2.13 Размещение наклеек на предусилителе

В комплект поставки входит листок с наклейками, помогающими пользователю правильно разместить электроды и шнуры. Каждый листок содержит две наклейки: на верхней изображено мастоидальное расположение электродов, а на нижней – затылочное.




Отделите нужную наклейку от листка и приклейте ее к задней стороне предусилителя.

## 2.14 Использование датчика IP30 или E-A-RTONE ABR с ушными вкладышами, поролоновыми вставками или EarCups (только для ABRIS440)

Имеется два варианта датчика IP30/E-A-RTONE ABR для применения с модулем ABRIS440.



Датчик IP30/E-A-RTONE ABR предназначен для использования с детскими ушными вкладышами 3,5 мм или 4,0 мм, поролоновыми вставками ушных вкладышей или зондом ушных вкладышей Titan через адаптер. Датчик маркирован «Калиброван для использования с вкладышами».



Датчик IP30/E-A-RTONE EarCup для использования с EarCups через адаптер. Датчик маркирован «Калиброван для использования с EarCups».



## 2.15 Меры предосторожности при подключении прибора Titan.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Учтите, что при подключении прибора к стандартному оборудованию (принтеры, сети) необходимо соблюдать специальные меры предосторожности, обеспечивающие медицинский уровень безопасности. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Рис. 1. Использование Titan с одобренным для медицинского применения блоком питания и с USB-адаптером постоянного тока.




Рис. 2. Titan с подставкой и блоком питания, одобренным для медицинского применения




Рис. 3. Использование Titan с подставкой, одобренным для медицинского применения блоком электропитания и беспроводным принтером.




Рис. 4. Использование Titan с подставкой, одобренным для медицинского применения блоком питания и беспроводным подключением к ПК.




Рис. 5. Использование Titan с подставкой, с одобренным для медицинского применения трансформатором и с проводным подключением к ПК. Не подходит для использования ABRIS440, так как не обеспечивается безопасность пациента; см. рис. 7.






Рис. 6. Использование Titan с подставкой, с одобренным для медицинского применения разделительным трансформатором, с проводным подключением к ПК и беспроводным подключением к принтеру. Не подходит для использования ABRIS440, так как не обеспечивается безопасность пациента; см. рис. 7.





Рис. 7. Использование Titan с подставкой, с одобренным для медицинского применения блоком электропитания, с оптическим USB подключением к ПК и беспроводным подключением к принтеру. Подходящая конфигурация для использования с ABRIS440 — обеспечивается безопасность пациента.





## 2.16 Установка программного обеспечения

### Перед тем, как приступить к установке

Для установки Titan Suite вы должны обладать правами администратора.

### Важное указание по использованию нормативных данных

Вы приступаете к установке программы Titan Suite. Программа содержит нормативные данные, с которыми вы можете сравнить полученные результаты. Если вы не хотите, чтобы нормативные данные отображались, отмените эту опцию в соответствующих протоколах обследования или создайте новые альтернативные протоколы, не содержащие нормативных данных.

Interacoustics заявляет о независимости результатов диагностики от степени совпадения полученных значений с любыми нормативными данными, выбранными оператором для сравнения.

Более подробную информацию о нормативных данных вы можете получить в расширенном руководстве Titan или обратившись в компанию Interacoustics.

### ПРИМЕЧАНИЕ

1. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство Titan к компьютеру до установки программного обеспечения!
2. Компания Interacoustics не гарантирует работоспособность системы в случае установки любого другого программного обеспечения, кроме базы данных OtoAccess® или Noah версии 4.10 или выше.

### Минимальные требования к ПК

- Процессор Core i3 или выше (рекомендуется Intel)
- 4GB RAM или больше
- Свободное пространство на жестком диске: не менее 10 ГБ (рекомендуется использование SSD накопителей)
- Свободное пространство на жестком диске не менее 10 ГБ.
- Минимально рекомендованное разрешение дисплея 1280x1024 пикселей
- Видеоадаптер, совместимый с DirectX 12.x (рекомендуется Intel/NVidia)
- Не менее одного порта USB (версия не ниже 1.1).

### Поддерживаемые операционные системы

- Microsoft Windows® 10 32-бит и 64-бит.
- Microsoft Windows® 11

Windows® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и других странах.

**ПРИМЕЧАНИЕ** В рамках защиты данных необходимо обеспечить соответствие следующим пунктам.

1. Используйте операционную систему с поддержкой Microsoft.
2. Убедитесь, что в операционных системах установлены исправления, направленные на обеспечение безопасности.
3. Включите шифрование данных.
4. Используйте индивидуальные учетные записи и пароли пользователей.
5. Защитите компьютеры, на которых локально хранятся данные, от физического и сетевого доступа.
6. Используйте обновленные антивирусную программу, межсетевой экран и программное обеспечение против вредоносных программ.
7. Введите соответствующие правила резервного копирования.
8. Введите соответствующие правила хранения системного журнала.

**Внимание:** убедитесь, что у вас установлен последний пакет обновлений и критические обновления для версии Windows®, с которой вы работаете.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Использование операционных систем, поддержку программ и безопасности которых компания Microsoft прекратила, повышает риск заражения вирусами и вредоносным ПО, которое может привести к поломкам, потере и краже данных, а также последующего их неправомерного использования.

Interacoustics A/S не несет ответственности за ваши данные. Некоторые продукты Interacoustics A/S совместимы с операционными системами, которые не поддерживаются Microsoft. Interacoustics A/S рекомендует всегда использовать операционные системы, поддерживаемые Microsoft с полностью обновленной системой безопасности.

**Вам понадобится:**

1. Установочный USB с пакетом Titan Suite
2. Шнур USB
3. Устройство Titan


Чтобы можно было использовать программное обеспечение в связке с базой данных, до начала установки модуля Titan Suite должна быть установлена база данных (например, Noah или OtoAccess®). Для установки соответствующей базы данных соблюдайте указания производителя по установке. Если вы пользуетесь AuditBase System 5, запустите эту офисную систему перед установкой Titan Suite.



## Установка программного обеспечения под Windows® 10 и 11

Для установки пакета Titan Suite вставьте установочный USB и следуйте приведенным ниже пошаговым инструкциям. Если процесс установки не запускается автоматически, щелкните "Пуск", перейдите в "Мой компьютер" и дважды щелкните привод USB, чтобы увидеть содержимое установочного USB. Для запуска установки дважды щелкните файл "setup.exe".


1. Дождитесь появления диалогового окна, показанного на изображении ниже, согласитесь с лицензионными условиями и нажмите "Install".



2. Следуйте подсказкам программы по установке Titan Suite до тех пор, пока программа не будет установлена. Затем нажмите на "Close". Программное обеспечение теперь установлено и готово к использованию.


Во время установки Windows® может:

- а) Запросить разрешение на внесение изменений в ваш компьютер. Выберите "Да", если это произойдет.
- б) Запросить скачать и установить иное программное обеспечение (например, NET Framework 3.5). Скачайте и установите это ПО для корректной работы Titan Suite.
- в) Предупредить вас, что Windows не может определить издателя этого ПО или драйвера. Подтвердите установку ПО или драйвера несмотря на это. Это следует сделать для того, чтобы компьютер мог определить Titan при подключении к ПК по USB.





3. При первом запуске программы необходимо выбрать региональные установки, которые активируют избранные заводские протоколы и Инструкцию по эксплуатации Titan Suite (на британском или американском вариантах английского языка).



Учтите, что все региональные заводские протоколы доступны в каждом модуле посредством опции **Показать/Скрыть протоколы**. Более подробную информацию вы найдете в дополнительной документации.


Учтите, что вы всегда можете изменить язык интерфейса после установки, выбрав **Menu | Setup | Language** во вкладке **MAIN** программы Titan Suite.

## 2.17 Установка драйвера

После установки программного обеспечения Titan Suite вы должны установить драйвер устройства Titan.

1. Подключите Titan к порту USB ПК (непосредственно или через базу). Включите Titan, нажав клавишу **R** или **L** на портативном блоке.
2. Система автоматически обнаружит новое оборудование, после чего рядом с часами на панели задач появится всплывающее окно с сообщением об установке драйвера и готовности оборудования к работе

Убедитесь, что драйвер установлен правильно. Перейдите в Диспетчер устройств и убедитесь, что Titan определен в разделе Медицинского устройства.





## 2.18 Автономная установка Titan Suite

Если вы не хотите запускать модуль Titan Suite через Noah или базу данных OtoAccess®, вы можете создать ярлык на рабочем столе для непосредственного запуска модуля Titan as a standalone module.

Нажмите **Пуск | Программы | Interacoustics | Titan Suite**. Щелкните правой клавишей мыши по Titan Suite и выберите **Отправить | Рабочий стол (создать ярлык)**. На рабочем столе появится ярлык для Titan Suite.

Внимание: При сохранении сессий в автономном режиме результаты обследования не будут связаны с конкретным пациентом и не смогут быть перенесены в дальнейшем в базу данных пациентов.

## 2.19 Лицензия

Полученная вами система Titan уже содержит лицензию, включающую заказанные вами программные модули. Если вы захотите добавить дополнительные модули, входящие в состав Titan Suite, пожалуйста, обратитесь за лицензией к вашему поставщику.


## 2.20 Подключение беспроводного принтера к Titan

Пароль по умолчанию 1234.

### 2.20.1 Установка Bluetooth (Windows®)


Включите портативный блок Titan и ПК/ноутбук с операционной системой Windows®:

1. Откройте **Protocol | My Titan | Titan** (Протокол/Мой Titan/Titan) и измените соединение **cwireless connection** на **PC**, нажав кнопку R или L.








- Щелкните мышью по значку **Bluetooth** в панели задач и выберите **Добавить устройство**.



- Когда откроется показанное ниже окно, выберите **Titan** для сопряжения и щелкните **Далее**. Введите код сопряжения (**1234**) и щелкните **Далее**.



- Теперь Titan сопряжен с ПК по беспроводной связи. Закройте диалоговое окно.



- Чтобы подтвердить сопряжение, выполните запуск модуля Titan Suite (дополнительные инструкции см. в дополнительном информационном руководстве к Titan). Убедитесь, что Titan еще включен.



6. После запуска Titan Suite перейдите к **MAIN | Menu | Setup | Enable wireless** (Главное/Меню/Настройки/Включить беспроводную связь). Появится диалоговое окно (см. ниже), и программное обеспечение начнет поиск беспроводных устройств. После того как будет найдено устройство Titan, появится кнопка с указанием серийного номера (который можно увидеть в меню **Protocol | My Titan | Setup | License...** (Протокол/Мой Titan/Настройки/Лицензия)). Нажмите кнопку, чтобы установить беспроводное соединение.



После надлежащей установки соединения значок беспроводной связи рядом с Titan будет показывать интенсивность соединения. Если Titan не доступен, убедитесь, что беспроводное соединение включено на устройстве и настроено на ПК и что устройство расположено в радиусе действия ПК.

**Примечание:** если не удалось подключить Titan к ПК, на котором установлен Bluetooth-драйвер производителя, возможно, вам потребуется удалить драйвер и повторить сопряжение Titan с ПК.



### 3 Инструкция по эксплуатации

Прибор включается нажатием кнопки R или L на портативном устройстве. Прочитайте данное руководство перед использованием аппарата. Соблюдайте следующие предупреждения и предостережения общего характера:



1. Никогда не вставляйте кончик зонда в слуховой проход без использования ушного вкладыша, поскольку его отсутствие может привести к повреждению слухового прохода пациента.
2. Храните коробку с ушными вкладышами вне досягаемости для пациента.
3. Кончик зонда надо устанавливать таким образом, чтобы обеспечить его плотное прилегание в ухе, не нанося при этом вреда пациенту. Следует обязательно использовать правильный и чистый ушной вкладыш.
4. Регулярно очищайте подушечку наушников с использованием известного дезинфицирующего средства.
5. К противопоказаниям к тестированию относятся: недавно проведенная стапедэктомия или операция на среднем ухе, выделения из уха, острая травма наружного слухового прохода, дискомфорт (например, тяжелый отит наружного уха) или закупоривание наружного слухового прохода. Без разрешения врача не допускается проведение тестирования пациентов с такими симптомами.
6. Наличие шума в ушах, гиперacusia или иная чувствительность к громким звукам могут являться противопоказаниями к тестированию с использованием стимулов высокой интенсивности.
7. При использовании Titan в клинике, когда портативный инструмент размещается в подставке, выбирайте режим работы 50 %. Это означает, что за периодом непрерывного тестирования должен следовать равный период, когда устройство не используется.
8. Если во время тестирования Titan заряжается в подставке, возможно искажение уровней электроэнцефалограммы. Рекомендуется не заряжать Titan во время тестирования ABRIS.
9. Пациенты с вентрикулоперитонеальными шунтами должны соблюдать безопасное расстояние 5 см между шунтом и активной частью передатчика. См. раздел 5.2



1. Используйте стимуляцию такой интенсивности, которая приемлема для пациента.
2. При подаче контралатеральных импульсов с использованием вставных наушников не вставляйте наушники или не пытайтесь как-то иначе проводить измерения без установленного правильного ушного вкладыша.
3. При подаче контралатеральных импульсов с использованием наушников не проводите измерения без подушечек MX41.
4. Чтобы гарантировать надлежащую работу зонда и/или кабеля, рекомендуется проводить проверку зонда для измерения TEOAE в начале каждого дня.
5. Регулярно очищайте наконечник зонда, чтобы гарантировать, что застрявшие в зонде ушная сера или грязь не влияют на результаты измерения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Первоочередное внимание следует уделять осторожному обращению с прибором, находящимся в контакте с пациентом. Для максимальной точности результатов необходимо стабильное положение прибора во время исследования.
2. Прибором Titan следует пользоваться в тихой обстановке. Внешние шумы не должны влиять на точность результатов. Акустические условия может оценить специалист, прошедший



- специальную подготовку по акустике. В разделе 11 стандарта ISO 8253 приводятся требования к помещению, предназначенному для аудиометрии.
3. Рекомендуется пользоваться прибором при температуре воздуха от 15 до 35°C.
  4. Наушник и внутриушной телефон, которыми укомплектован данный прибор, откалиброваны в паре с его наплечным блоком. Использование других преобразователей требует повторной калибровки.
  5. Нельзя протирать корпус преобразователя водой или использовать подручные инструменты для его чистки.
  6. Не роняйте прибор и не подвержайте его грубому физическому воздействию. В случае падения или иного повреждения прибора верните его производителю для ремонта и/или калибровки. Не пользуйтесь прибором в случае предполагаемой поломки.
  7. Несмотря на то, что прибор соответствует стандартам электромагнитной совместимости, не подвержайте его воздействию электромагнитных полей, например, создаваемых мобильными телефонами и иными подобными устройствами. Если вы пользуетесь прибором в непосредственной близости от другого оборудования, принимайте меры по предотвращению взаимных помех.

### 3.1 Выбор и использование ушных вкладышей



В целях предотвращения перекрестного заражения всегда используйте новый ушной вкладыш для каждого пациента. Ушной вкладыш не предназначен для повторного использования.

При использовании зонда Titan необходимо использовать ушные вкладыши Sanibel.

Перед использованием зонда и контралатерального необходимо снабдить их ушными вкладышами надлежащего типа и размера. Выбор зависит от размеров и формы слухового прохода и ушной раковины, а также от ваших личных предпочтений и способа проведения обследования.



При проведении быстрого импедансометрического скрининга вы можете воспользоваться ушным вкладышем в форме зонтика. Такие вкладыши не требуют введения зонда в слуховой проход. Достаточно плотно прижать ушной вкладыш к входу в слуховой проход во время выполнения обследования.



Для большей стабильности зонда мы рекомендуем использовать удлинительный шнур и ушной вкладыш грибообразной формы. Убедитесь, что вкладыш полностью входит в слуховой проход. Вкладыши грибообразной формы позволяют не прикасаться к прибору Titan во время обследования. Это снижает вероятность возникновения шумовых помех, связанных с произвольным смещением прибора.

Размеры и выбор ушных вкладышей смотрите в Кратком руководстве «Выбор правильного ушного вкладыша» (Selecting the Correct Ear Tip Quick Guide).

### 3.2 Включение и выключение прибора Titan

Чтобы включить Titan, нажмите клавишу  или .

Чтобы выключить Titan одновременно нажмите клавиши  и  и удерживайте их в течение 1 секунды.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для загрузки прибору Titan требуется приблизительно 2 секунды. Дайте прибору прогреться 1 минуту перед использованием.



### 3.3 Состояние зонда

Состояние зонда обозначается цветом индикатора на конце удлинительного шнура, на наплечном блоке или на панели состояния зонда в программе. Далее объясняется значение цветов:



#### Цвет

Красный  
Синий  
Зеленый  
Желтый  
Белый

#### Состояние

Выбрано правое ухо. Зонд не в ухе.  
Выбрано левое ухо. Зонд не в ухе.  
Зонд герметично введен в ухо.  
Зонд в ухе, но он заблокирован, негерметичен или слишком шумно.  
Зонд только что подключен. Его состояние неизвестно. Если индикатор светится белым светом в любой другой ситуации, может потребоваться выключить и вновь включить Titan, чтобы восстановить надлежащее состояние зонда.  
Текущее обследование завершено.  
Titan больше не следит за состоянием зонда, или зонд находится в большой полости при использовании Принудительного Пуска (только для импеданса и OAE).

Зеленый,  
сменяющийся на  
красный/синий  
Индикатор не  
горит

### 3.4 Панель управления портативного блока Titan



| Символ  | Функция                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 – F3 | Клавиши F1 – F3 позволяют выбрать действие, отображаемое на экране прибора над соответствующей клавишей, например “Print” (печать), “Save” (сохранить) и “Delete” (удалить). |
| F4 – F5 | Клавиши <b>R</b> и <b>L</b> позволяют выбрать ухо (соответственно, правое и левое). Для выключения прибора Titan одновременно удерживайте клавиши F4 (R) и F5 (L).           |
| F6 – F7 | С помощью клавиш <b>Вверх</b> и <b>Вниз</b> (F6 и F7) можно пролистывать списки, меню и т.д. Эти клавиши также позволят вам выбрать тест из отображенного на экране списка.  |



## 3.5 Работа с прибором Titan в автономном режиме

### 3.5.1 Начало работы

При включении на экране прибора Titan всегда отображается последний использовавшийся протокол обследования.

Если вы вначале отключили Titan от ПК, а затем включили его, на экране отобразится окно выбора протокола (**Select Protocol**).

### 3.5.2 Аккумулятор

О значительном снижении заряда аккумулятора свидетельствует изменение цвета значка батареи в правом верхнем углу экрана. Если заряда аккумулятора недостаточно для проведения обследования, на экране появляется соответствующее предупреждение, текущее обследование прекращается, и все зарегистрированные данные сохраняются. Вам следует выключить портативный блок прибора, заменить аккумулятор или поместить Titan в базу. После включения все зарегистрированные данные восстанавливаются и вам не придется проводить обследование повторно.


### 3.5.3 Окно Test

Обычно при включении на экране прибора Titan открывается окно **Test**. После удаления или сохранения данных прибор также возвращается к этому окну. При этом отображается следующая информация:

- Рядом со словом **Test** показано состояние зонда: **in ear (в ухе)**, **out of ear (вне уха)**, **leaking (утечка)** или **blocked (блокирован)**.
- Если виден **значок принтера**, беспроводной термопринтер доступен.
- В правом верхнем углу находится значок заряда аккумулятора, . Если портативный блок Titan помещен в базу, на экране отображается значок заряжающегося аккумулятора. Если аккумулятор почти разряжен, цвет значка меняется на красный.
- В том же верхнем правом углу экрана находится значок стороны обследования: **левое ухо** () , **правое ухо** () или **оба уха** () (последний вариант доступен только при подключении соответствующего преобразователя в режиме ABRIS440).
- Во второй строке окна **Test** указано название протокола. После нажатия **Start** во второй строке появляется название выполняемого в данный момент обследования (например, Timp, DP-Gram).
- Можно осуществить принудительный запуск измерения импеданса, напр., при проведении измерений на ребенке с трубкой PE. **Принудительный Пуск** активируется при долгом нажатии на **Пуск** в течение 3 секунд. Панель состояния будет показывать **Принудительный Пуск**. Отпустите кнопку **Пуск** для проведения измерения.  
**Примечание** Проведение принудительного пуска возможно только с устройством, установленного для запуска вручную в настройках протокола.



### IMP440



В центре экрана отображается выполняемое обследование.

Прямоугольником отмечена область, в которую должен попасть пик тимпанограммы в норме. Границы этой области определяются настройками протокола.

**Vol** = Объем


**Press** = Давление

**Comp** = Податливость

**Grad** = Градиент

При соответствующей настройке протокола нажатие клавиши **наплечного блока** приводит к продолжению выполнения обследования, независимо от состояния зонда.

### ABRIS440




Точки на голове ребенка соответствуют расположению электродов и их сопротивлению: зеленый цвет = приемлемое, желтый цвет = слишком высокое.

Рядом с головой ребенка показано название выбранного преобразователя.

Ниже показано время и значение сопротивления каждого из электродов (белого, красного, синего).

Три кнопки в нижней строке экрана соответствуют трем функциональным клавишам портативного блока.



Во время обследования на экране отображаются пиковые значения амплитуды ЭЭГ. Черным цветом показана амплитуда, выше которой ЭЭГ отсекается.



Если в момент начала обследования цвет индикатора электрода свидетельствует о слишком высоком сопротивлении (желтый), на экране появляется предупреждающее сообщение **impedance is not ideal**. Пользователь должен подтвердить свое намерение продолжить обследование в условиях плохого сопротивления. Это может привести к увеличению времени обследования и зашумленности записей.




## DPOAE440



В центре экрана отображается выполняемое обследование.

Изображение на экране различается в зависимости от выбранного в протоколе представления: базового или расширенного.

## TEOAE440



В центре экрана отображается выполняемое обследование.

Вид экрана зависит от выбранного в протоколе типа отображения: базовое или расширенное.


### Возможные действия в этом окне:

- Нажатие **левой верхней** клавиши портативного блока открывает окно **Protocol**, в котором вы можете выбрать другой протокол или войти в настройки прибора Titan.
- Нажатие **средней верхней** клавиши открывает окно **View Client**, в котором вы можете просмотреть и изменить данные пациента, а также просмотреть и/или распечатать предыдущие сессии. Во время обследования нажатие на эту клавишу позволит вам приостановить работу (за исключением IMP440).
- **Правая верхняя** клавиша запускает или останавливает обследование. По завершении обследования в верхней зеленой панели появляется надпись **Done! (Готово!)**.
- Выбор правого или левого уха производится, соответственно, правой или левой клавишей портативного блока. Чтобы вернуться к бинауральному обследованию, откройте окно **Protocol** и выберите нужный протокол повторно (только ABRIS440).
- По завершении накопления данных для одного или обоих ушей в верхней зеленой панели появляется слово **Done!** С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** вы сможете просмотреть все измерения или таблицы.
- Клавиша **наплечного** блока позволяет начинать и завершать обследование, если зонд находится в ухе, или менять сторону обследования, если зонд извлечен из уха.



### 3.5.4 Окно Done! (Готово!)

По завершении протокола обследования Titan автоматически переходит в окно **Done!** Здесь вы можете просмотреть, распечатать и/или сохранить данные для обеих ушей.



#### Возможные действия в этом окне:


- При нажатии **верхней левой** кнопки выполняется печать результатов тестирования для левого и правого уха. Необходимо помнить: это произойдет, только если принтер доступен по беспроводной сети.
- При нажатии **средней верхней** клавиши откроется окно **Select Client & Save (Выбор пациента и сохранение)**, в котором вы можете сохранить данные пациента. Titan предназначен для интуитивного использования, поэтому после сохранения данных происходит подготовка к новому обследованию, т.е. очистка рабочей памяти и возвращение в окно **Test**. Вы можете распечатать данные перед сохранением или извлечь сохраненные данные из списка сессий и распечатать их позже.
- При нажатии на **верхнюю правую** клавишу появляется всплывающее сообщение "Delete current or both ears?" (Удалить текущее ухо или оба уха?). Для отмены этого действия нажмите **левую верхнюю** клавишу. Нажатие на **среднюю верхнюю** клавишу приведет к удалению данных выбранного в данный момент уха и возвращению в окно **Test**. Нажатие на **правую верхнюю** клавишу приведет к удалению данных обеих ушей и возвращению в окно **Test**.
- Нажав на **Правую (R)** или **Левую (L)** клавишу, вы выберете, соответственно, правое или левое ухо и вернетесь в окно **Test**. Если данные для выбранного уха уже существуют, появится всплывающее сообщение "Overwrite existing data?" (Переписать существующие данные?). Чтобы ответить **Да** или **Нет**, нажмите соответственно на **левую верхнюю** или **правую верхнюю** клавишу.
- Существующие данные для выбранного уха будут удалены только после нажатия "Yes" в ответ на запрос "Overwrite existing data" (кроме IMP440). Если зонд герметично вставлен в ухо, а в протоколе включена функция автостарта, начнется новое обследование и существующие данные будут перезаписаны (только IMP440).
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** вы можете пролистывать результаты обследований. Если вы просматриваете первую или последнюю запись для данного уха, нажатие на клавишу **Вверх** или **Вниз**, соответственно, переведет вас к просмотру данных второго уха.
- Нажатие на клавишу **наплечного блока** вернет вас в окно **Test**.



### 3.5.5 Select Client & Save (выбор пациента и сохранение)

В этом окне вы можете сохранить данные существующего пациента, загруженные в Titan из базы данных, или сохранить данные под новым именем пациента. Новые пациенты всегда получают имя "ID #", где # соответствует новому уникальному номеру пациента.

В портативном устройстве должно храниться не более 250 клиентов.



#### Возможные действия в этом окне:

- **Левая верхняя** клавиша вернет вас в окно **Done!** без сохранения или удаления данных.
- **Средняя верхняя** клавиша позволяет редактировать имя пациента перед сохранением.
- **Правая верхняя** клавиша сохраняет данные под выбранным именем пациента. После сохранения текущего измерения все данные удаляются, и Titan возвращается в окно Test, что означает готовность к следующему обследованию.
- **Правая (R) и Левая (L)** клавиши позволяют быстро перейти, соответственно, к началу или концу списка пациентов.
- Вы можете пролистывать список пациентов клавишами **Вверх** и **Вниз**.
- Клавиша **наплечного блока** бездействует.

### 3.5.6 Окно Edit New (редактирование данных пациента)

Это окно позволяет ввести данные пациента перед сохранением результатов обследования.




#### Возможные действия в этом окне:

- **Левая верхняя** клавиша сохраняет данные пациента и возвращает вас в окно **Select Client & Save** (см. выше).
- **Средняя верхняя** клавиша вставляет выделенный символ в поле, в котором находится курсор. Стрелка в правом верхнем углу таблицы символов соответствует клавише Backspace (возврат на одну позицию). Чтобы добавить пробел, переместите курсор к символу пробела в нижней части списка символов и нажмите **Select** (выбрать).
- Для перехода к следующему полю редактирования нажмите **правую верхнюю** клавишу.
- С помощью **Правой (R) илевой (L)** клавиш вы можете перемещаться по таблице символов вправо и влево.
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** вы можете перемещаться по таблице символов вверх и вниз. При редактировании даты рождения клавиши **Вверх** и **Вниз** изменяют числовое значение.
- Клавиша **наплечного блока** в этом окне бездействует.



### 3.5.7 Окно View Clients (просмотр пациентов)


В этом окне отображается список пациентов. Часть пациентов можно загрузить в портативный блок Titan из базы данных. Если в приборе Titan сохранена одна или более сессий, имя пациента отмечено флажком. Если сессии пока не сохранены, флажок пуст.



**Возможные действия в этом окне:**

- **Левая верхняя** клавиша возвращает вас в окно **Test**.
- **Средняя верхняя** клавиша открывает окно **View Details**, в котором отображены данные пациента.
- **Правая верхняя** клавиша открывает окно **View Sessions**, в котором можно просмотреть и распечатать доступные сессии выбранного пациента.
- **Правая (R) и Левая (L)** клавиши позволяют быстро перейти, соответственно, к началу или концу списка пациентов.
- Вы можете пролистывать список пациентов клавишами **Вверх** и **Вниз**.
- Клавиша **наплечного блока** в этом окне бездействует.

### 3.5.8 Окно View Details (просмотр подробностей)



В этом окне отображены введенные вами данные выбранного пациента. Нажав **левую верхнюю** клавишу, вы можете вернуться в окно **View Client**, а для редактирования данных пациента в окне **Edit Details** (см. ниже) вам следует нажать **среднюю верхнюю** клавишу.



### 3.5.9 Окно Edit Details (редактирование данных)

В этом окне отображены уникальный номер (ID) пациента, его имя (First Name), фамилия (Last Name) и дата рождения (Birth Date). В момент открытия окна для редактирования готово поле First name (имя).

Возможные действия в этом окне:

- **Левая верхняя** клавиша возвращает вас в окно **View Details** (см. выше).
- **Средняя верхняя** клавиша вставляет выделенный символ в поле, в котором находится курсор. Стрелка в правом верхнем углу таблицы символов соответствует клавише Backspace (возврат на одну позицию). Чтобы добавить пробел, переместите курсор к символу пробела в нижней части списка символов и нажмите **Select**.
- Для перехода к следующему полю редактирования нажмите **правую верхнюю** клавишу.
- С помощью **Правой (R)** и **Левой (L)** клавиш вы можете перемещаться по таблице символов вправо и влево.
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** вы можете перемещаться по таблице символов вверх и вниз. При редактировании даты рождения клавиши **Вверх** и **Вниз** изменяют числовое значение.
- Клавиша **наплечного блока** в этом окне бездействует.

### 3.5.10 Окно View Sessions (просмотр сессий)

В этом окне отображены доступные сохраненные результаты выбранного пациента.


Возможные действия в этом окне:

- **Левая верхняя** клавиша возвращает вас в окно **View Clients** (см. выше).
- При нажатии на **среднюю верхнюю** клавишу появится запрос на подтверждение удаления выбранной сессии или всех сессий. Примечание: Если вы не хотите удалять сессию(и), нажмите кнопку **Back** (назад).
- **Правая верхняя** клавиша отобразит выбранное обследование в окне **View Session**.
- **Правая (R)** и **Левая (L)** клавиши позволяют быстро перейти, соответственно, к началу или концу списка сессий.
- Вы можете пролистывать список сессий клавишами **Вверх** и **Вниз**.



### 3.5.11 Окно View Session (просмотр сессии)

В этом окне отображаются записи обследований, выполненных в ходе выбранной сессии.




**Возможные действия в этом окне:**

- **Левая верхняя** клавиша возвращает вас в окно **View Sessions**.
- При нажатии **верхней средней** кнопки выполняется печать всех данных. Необходимо помнить: это произойдет, только если принтер соединен по беспроводной сети с Titan.
- **Правая верхняя** клавиша бездействует.
- **Правая (R)** и **Левая (L)** клавиши позволяют переключаться между результатами, сохраненными, соответственно, для правого и левого уха.
- Клавиши **Вверх** и **Вниз** позволяют пролистывать различные обследования, сохраненные в выбранной сессии.
- Клавиша **наплечного блока** бездействует.

### 3.5.12 Окно Select Protocol (выбор протокола)

В этом окне вы можете выбрать протокол обследования или перейти в настройки прибора Titan.




**Возможные действия в этом окне:**

- **Левая верхняя** клавиша вернет вас в окно **Test** выбранного или использовавшегося перед этим протокола.
- **Средняя верхняя** клавиша открывает окно **Setup** (настройка).
- **Правая верхняя** клавиша открывает окно **Test** выбранного вами протокола.
- **Правая (R)** и **Левая (L)** клавиши позволяют быстро перейти, соответственно, к началу или концу списка протоколов.
- Вы можете пролистывать список протоколов клавишами **Вверх** и **Вниз**.
- Клавиша **наплечного блока** бездействует.



### 3.5.13 Окно Setup (настройки)

В этом окне можно изменить настройки, относящиеся к портативному блоку Titan.




#### Возможные действия в этом окне:

- **Левая верхняя** клавиша вернет вас в окно **Select Protocol**.
- **Средняя верхняя** клавиша бездействует
- **Правая верхняя** клавиша выбирает для просмотра выделенную настройку.
- **Правая (R) и Левая (L)** клавиши бездействуют.
- Вы можете пролистывать доступные элементы клавишами **Вверх** и **Вниз**.
- Клавиша **наплечного блока** бездействует.


**Примечание:** При активации на портативном блоке функции принудительного сохранения этот экран не доступен.

### 3.5.14 Окно Language (язык)



Выберите язык с помощью **Правой (R)** и **Левой (L)** клавиш. Доступные языки: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, португальский, чешский, русский, японский, китайский и корейский.


### 3.5.15 Окно Date & Time (дата и время)



С помощью **Правой (R)** и **Левой (L)** клавиш вы можете переходить от одного элемента к другому. Для установки даты, времени и формата даты воспользуйтесь клавишами **Вверх** и **Вниз**.




### 3.5.16 Окно Titan



Для перехода от одного элемента к другому воспользуйтесь клавишами **Вверх** и **Вниз**. Для изменения настроек воспользуйтесь **Правой (R)** и **Левой (L)** клавишами:

- Для **беспроводного соединения** можно задать подключение к принтеру, подключение к ПК или отключение.
- **Power Save** (энергосбережение) можно отключить (never) или установить на 1, 2, 3, 4 или 5 минут.
- **Power Off** (выключение) можно отключить (never) или установить на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 или 45 минут и на работу только в портативном режиме (hand held mode).
- **Height Above Sea Level** (высота над уровнем моря) можно установить в диапазоне от 0 до 2500 метров.

### 3.5.17 Проверка громкости



На измерения громкости могут влиять очень высокие или очень низкие показатели влажности и/или давления окружающей среды. В случаях, когда встречаются такие крайности, предусмотрена функция проверки объема. Эта функция позволяет компенсировать эти экстремальные условия следующим образом.

- Чтобы выполнить проверку громкости, поместите зонд в полость 2 куб. см.
- Нажмите **Start** (Пуск), чтобы запустить корректировку громкости.
- По завершении измерения на экране отобразится Pass («Прошел») или Fail («Не прошел») и скорректированный уровень громкости.
- Нажмите **Save** (Сохранить), чтобы сохранить результаты. При сохранении исправляется скорректированное значение тимпанометрии чистого тона.

Нажмите **Back** (Назад), чтобы отменить результаты. Нажмите **Clear** (Очистить), чтобы вернуться к самому значению калибровки без применения коррекции.

Если корректировка не удалась, устройство находится вне калибровочных пределов и должно быть откалибровано повторно.

Примечание. Коррекция применяется в пределах значения калибровки и не меняет саму калибровку. Коррекция применима только для расчета громкости тимпанометрии чистого тона.



### 3.5.18 Окно Printer (принтер)

Setup Printer

My Bluetooth Printer:

ASL Ap1300-BT SN:00803547

Color Print:

Not supported

Back Search

При нажатии **верхней правой** кнопки выполняется поиск беспроводного соединения с принтером. При обнаружении нескольких принтеров воспользуйтесь клавишами **Вверх** и **Вниз** для выбора нужного принтера. Чтобы подключиться к выбранному принтеру, нажмите **правую верхнюю** клавишу.

### 3.5.19 Окно Clinic Info (информация о клинике)

Clinic Info

#1

#2

#3

#4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - \*

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Save Select Next

Для перемещения по таблице символов воспользуйтесь клавишами **Левая (L)**, **Правая (R)**, **Вверх** и **Вниз**. Для выбора выделенного символа нажмите **среднюю верхнюю** клавишу. Для перехода к следующему элементу нажмите **правую верхнюю** клавишу. Для сохранения и возвращения в окно **Setup** нажмите **левую верхнюю** клавишу.

### 3.5.20 Окно License (лицензия)

Setup License

Impedance...

DPOAE...

ABRIS...

TEOAE...

Back Select

Setup License

DPOAE

Serial No: 01769365

License Key:

01EVBRD1B87KA3PZMPF1NNY

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - \*

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Back Edit

Нажав **правую верхнюю** клавишу, вы можете просмотреть лицензированные для данного прибора модули и выбрать модуль для просмотра или изменения лицензионного ключа. Для перемещения по таблице символов воспользуйтесь клавишами **Левая (L)**, **Правая (R)**, **Вверх** и **Вниз**. Для выбора выделенного символа нажмите **среднюю верхнюю** клавишу. Для перехода к следующему символу нажмите **правую верхнюю** клавишу. Для сохранения и возвращения в окно **Setup** нажмите **левую верхнюю** клавишу.



### 3.5.21 Окно About (об устройстве)

| About  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Version :                                                                               | 1.05.06    |
| Calibration Dates                                                                       |            |
| Titan :                                                                                 | 17-02-2011 |
| Probe :                                                                                 | 17-02-2011 |
| Shoulder Box :                                                                          | 14-02-2011 |
| Next Calibration :                                                                      | 14-02-2012 |
| <div>Back</div>                                                                         |            |

Здесь вы найдете информацию о версии прошивки прибора Titan и датах калибровки.

Для отображения даты компиляции управляющего модуля и цифрового сигнального процессора одновременно нажмите клавиши **Вверх** и **Вниз**.



### 3.6 Ежедневные системные проверки для устройств OAE

Рекомендуется ежедневно проверять оборудование OAE, чтобы гарантировать его безупречную работоспособность перед тестированием пациентов. С помощью теста на целостность зонда и проверки в реальном ухе можно выявить любые неисправности зонда или искажения системы, которые могут казаться биологическими откликами, требующими обнаружения. Благодаря ежедневной проверке вы можете быть уверены, что получаете достоверные результаты в течение дня.

#### 3.6.1 Тест на целостность зонда

Благодаря тесту на целостность зонда можно гарантировать, что зонд или аппаратное обеспечение не создает артефактных откликов (искажений системы).

- Перед проведением теста необходимо проверить, нет ли на кончике зонда ушной серы или грязи.
- Тестирование всегда необходимо проводить в тишине.
- Для тестирования используйте только рекомендованную полость. Другая полость может неправильно определить сбои зонда или неправильно указать на неисправный зонд.

#### Процедура тестирования:

1. Вставьте зонд в предоставленную тестовую полость или имитатор уха. Чтобы получить правильные результаты тестирования, важно использовать полость правильного размера.







*Для DPOAE рекомендована полость 0,2 куб. см.  
Для TEOAE рекомендована полость 0,5 куб. см.*

2. Выберите протокол тестирования OAE непосредственно на устройстве или с помощью Titan Suite. Так как искажение системы зависит от уровня выходного стимула, выберите протокол, отражающий наиболее типичное использование оборудования в клинической практике.
3. Начните выполнение теста и дождитесь его автоматической остановки. Запрещается прерывать тест вручную.

#### Результаты теста:

Если зонд работает правильно, ни у одной частотной полосы (TEOAE) или точки (DPOAE) не будет стоять флажок, т. е. не должны быть обнаружены артефакты/OAE выше порога шума.





Если во время тестирования появляется сообщение об ошибке или если возле одной или более частотных полос или точек OAE поставлен флажок (означающий «обнаружено»), тест на целостность зонда не пройден. Такой результат может указывать на следующее:

1. Кончик зонда покрыт ушной серой или грязью, и его необходимо очистить.
2. Зонд неправильно помещен в тестовую полость или имитатор уха, или
3. Необходимо проверить калибровку зонда.
4. Тестирование проводилось в слишком шумной среде. Найдите более тихую среду для тестирования.

Проверьте кончик зонда, почистите его и повторите тест. Если тест не пройден второй раз, зонд нельзя использовать для тестирования пациентов. Обратитесь к местному технику из службы поддержки за помощью.

### 3.6.2 Проверка в реальном ухе

Этот тест можно провести, поместив зонд в собственное ухо и отработав стандартный протокол тестирования.

Если полученные результаты OAE не соответствуют ожидаемым результатам OAE для тестирующего, это может указывать на следующее:

1. Зонд неправильно подключен к устройству.
2. Ушной вкладыш неправильно подключен к кончику зонда.
3. Кончик зонда покрыт ушной серой или грязью, и его необходимо очистить.
4. Тестирование проводилось в слишком шумной среде.
5. Зонд неправильно размещен в слуховом канале.
6. Необходимо проверить калибровку зонда.



Если результаты тестирования в реальном ухе не соответствуют ожиданиям после проверки пунктов 1–5, зонд нельзя использовать для тестирования пациентов. Обратитесь к местному технику из службы поддержки за помощью.



## 3.7 Работа в режиме управления ПК

### 3.7.1 Конфигурация питания от ПК

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Переход ПК в спящий режим или режим ожидания может стать причиной аварийного завершения работы Suite при переходе ПК в активный режим. В меню операционной системы измените параметры питания и спящего режима.

### 3.7.2 Запуск из базы данных OtoAccess®

Указания по работе с базой данных OtoAccess® изложены в инструкциях по применению OtoAccess®.

### 3.7.3 Запуск из Noah

Перед открытием программного модуля убедитесь, что Titan включен и подключен к ПК. Если оборудование не найдено, откроется диалоговое окно с предложением запустить Titan Suite в режиме симуляции.

Чтобы запустить Titan Suite из Noah:

1. Откройте Noah
2. Найдите и выберите нужного пациента. На экране отобразятся сессии, сохраненные для выбранного пациента.
3. Если пациента еще нет в списке:
  - нажмите клавишу **New client**
  - заполните нужные поля и щелкните **Work with Client**
4. Откройте диалоговое окно **Module selection**, войдите во вкладку **Measurement** и дважды щелкните значок **Titan Suite**.

Подробную информацию о работе с базой данных вы найдете в руководстве по эксплуатации Noah.

### 3.7.4 Отчет об аварийном завершении работы

При аварийном завершении работы Titan Suite и возможности записи данных в системном журнале появится окно отчета об аварийном завершении работы на экране тестирования (как показано внизу). Отчет об аварийном завершении работы предоставляет в компанию Interacoustics данные сообщения об ошибке и дополнительную информацию, которую может добавить пользователь, с указанием того, какие действия выполнялись перед аварийным завершением работы, что поможет устранить неисправность. Можно отправить также снимок экрана из программы.

Перед отправкой отчета об аварийном завершении работы через Интернет необходимо проставить галочку в окошке "Я согласен/согласна с отказом от ответственности". Для пользователей, у которых нет интернет-подключения, отчет об аварийном завершении работы можно сохранить на внешнем носителе и отправить с другого компьютера, у которого есть подключение к Интернету.



### 3.8 Работа под управлением ПК по беспроводной связи

Измерения под управлением ПК можно выполнять по беспроводной связи (кабель USB не требуется). Убедитесь, что компьютер поддерживает беспроводную связь и включен.

Убедитесь, что на устройстве Titan включено беспроводное соединение с ПК (а не с принтером). Для этого включите портативное устройство и нажмите **Protocol | My Titan | Titan....**: соединение **Wireless connection** должно быть установлено на «PC».

После запуска Titan Suite перейдите к **Main | Menu | Setup | Enable wireless**

(Главное/Меню/Настройки/Включить беспроводную связь). Появится диалоговое окно (см. ниже), и программное обеспечение начнет поиск беспроводных устройств. После того, как будет найдено устройство Titan, появится кнопка с указанием серийного номера (который можно увидеть в меню **Protocol | My Titan | Setup | License...** (Протокол/Мой Titan/Настройки/Лицензия)). Нажмите кнопку, чтобы установить беспроводное соединение.




После надлежащей установки соединения значок беспроводной связи рядом с Titan будет показывать интенсивность соединения. Если Titan не доступен, убедитесь, что беспроводное соединение включено на устройстве и настроено на ПК и что устройство расположено в радиусе действия ПК.



### 3.9 Использование вкладки Main (главная)

При запуске программы вкладка **Main** открывается в качестве стартового экрана (**Start screen**).




В **Menu** можно выбрать Setup (настройка), Help (справка) и Operation manuals (руководства по эксплуатации)


- **Menu | Setup | Hardware protocols:** окно протоколов, доступных в портативном блоке Titan.
- **Menu | Setup | Set time on hardware (Меню | Настройка | Установить время на оборудовании)** настраивает время на портативном блоке Titan, чтобы оно совпадало со временем на ПК при подключении.
- **Menu | Setup | Startup screen (Меню | Настройка | Начальный экран)** открывает окно, из которого Вы можете выбрать стартовый экран при запуске Titan Suite. Примите к сведению, что если Suite запускается двойным щелчком по архивному сеансу, она будет запущена в модуле выбранного сеанса.  
**Menu | Setup | Enable/Disable forced saving (Меню | Настройка | Включить/Отключить принудительное сохранение)** включает/отключает функцию принудительного сохранения на портативном блоке Titan. При включении функции все измерения на портативном блоке должны быть сохранены в записи конкретного пациента, а сеансы или пациентов удалить нельзя. Меню **My Titan** также становится недоступным. Кроме того, редактирование сведений о клиентах возможно только перед исследованием.  
**Menu | Setup | Language:** выбор одного из доступных языков. Изменение языка вступит в силу после перезагрузки Titan Suite.
- С помощью функции **Menu | Setup | Remember window position (Меню/Настройки/Запомнить положение окна)** можно запомнить положение окна для следующего запуска Titan Suite. Это может быть удобно, если на ПК одновременно работает несколько программ или подключены и используются несколько мониторов.




- Функция **Menu | Setup | Enable wireless** (Меню/Настройки/Включить беспроводную связь) включает автоматический беспроводной поиск соседних устройств Titan для сопряжения, если Titan не подключен к разъему USB.
- Функция **Menu | Setup | Enable quick transfer** (Меню/Настройки/Быстрая передача данных) активизирует быструю передачу данных, доступ к которой осуществляется с главного экрана. Подробное описание функции быстрой передачи данных см. далее в этом разделе.
- Функция **Menu | Setup | Reset standalone database** (Меню/Настройки/Сброс автономной базы данных) удаляет все сеансы из автономной базы данных после подтверждения в диалоговом окне, как показано ниже.



- **Меню | Настройка | Сохранить отчет в базу данных** вы можете включить/выключить параметр автоматического сохранения отчета в базе данных OtoAccess® (параметр доступен только в базе данных OtoAccess®)
- В окне **Menu | Help | About** (Меню/Справка/О программе) отображается следующая информация:
  - Версия Titan Suite
  - Версия сборки
  - Версия аппаратного обеспечения
  - Версии встроенного программного обеспечения
  - Информация об авторском правеПри нажатии кнопки **License** (Лицензия) можно изменять лицензионные ключи для Titan. Лицензионный ключ для Titan уникален для каждого серийного номера и определяет доступные модули, тесты, настройки протокола и другие функции. Запрещается менять лицензионный ключ без помощи авторизованного техника.
- При нажатии **Menu | Help | Manuals and guides** (Меню/Справка/Руководства и инструкции) открывается папка с инструкциями по применению, дополнительной информацией и краткими руководствами.



Для возвращения в главный экран из экранов **Client upload** или **Session download** нажмите **Main**.



**Client upload** (загрузка пациента) позволяет загрузить данные пациента в портативный блок.


Данные пациента можно загрузить из базы данных OtoAccess® или Noah.

База данных OtoAccess® позволяет одновременно переносить нескольких пациентов. База данных Noah 4 позволяет переносить по одному пациенту.



Чтобы загрузить информацию пациента из базы данных OtoAccess®:

1. Запустите базу данных OtoAccess®, выберите любого клиента и запустите Titan Suite, убедившись, что Titan подсоединен и включен. Click on **Client upload** on the **Main** tab.
2. Открывается список доступных пациентов в базе данных OtoAccess®, из которого можно выбрать пациентов, которых вы желаете добавить на устройство.
3. Если пациента сложно найти, можно выполнить поиск по базе данных OtoAccess®, напечатав запрос в поле поиска **Search** и выбрав поле **Field**, в котором следует искать.
4. Выбрав одного или нескольких пациентов, нажмите **Add**, чтобы добавить их имена в список **Clients on hardware**.
5. Чтобы изменить порядок следования пациентов, выберите пациента в списке **Client on hardware** и переместите его с помощью стрелок вверх и вниз.
6. Чтобы сохранить данные пациента в портативном блоке, нажмите **Save to Hardware**.
7. **Чтобы удалить** пациента из портативного блока, выделите его в списке **Clients on hardware** и щелкните **Remove**.




Для загрузки информации о пациенте из Noah:

1. Откройте Noah. Убедитесь, что Titan подключен к ПК и включен.
2. В экране **Client Register** найдите и выделите пациента, данные которого вы хотите загрузить в портативный блок Titan. На экране появятся сохраненные для данного пациента сессии.
3. Откройте диалоговое окно **Module Selection**, перейдите во вкладку **Measurement** и дважды щелкните значок **Titan Suite**.
4. После того, как Titan Suite откроется, щелкните значок **Client upload** во вкладке Main.
5. В списке Client search появятся данные единственного выбранного пациента.
6. Нажмите кнопку Add, чтобы добавить данные пациента в портативный блок Titan.




7. Чтобы изменить порядок следования пациентов, выберите пациента в списке **Client on hardware** и переместите его с помощью стрелок вверх и вниз.
8. Чтобы сохранить данные пациента в портативном блоке, нажмите **Save to Hardware**.
9. Повторите шаги 2-8 для остальных пациентов, которых вы хотите загрузить в портативный блок.
10. Чтобы удалить пациента из портативного блока, выделите его в списке **Clients on hardware** и щелкните **Remove**.



С помощью функции **Session download** (Загрузить сеанс) можно **перенести и сохранить** данные пациента в базу данных OtoAccess® или базу данных Noah.

Чтобы загрузить информацию пациента в базу данных OtoAccess®:


1. Запустите базу данных OtoAccess® и выберите любого пациента из списка.
2. Запустите Titan Suite (Titan должен быть подключен к ПК и включен). Нажмите значок **Session Download** во вкладке **Main**.
3. Автоматически откроется список сохраненных сессий. Выберите сессии, которые вы хотите скопировать в базу данных OtoAccess®, под заголовком **Copy to PC**. (Скопировать на ПК) выберите сеансы, которые желаете скопировать в базу данных OtoAccess®.
4. Если вы хотите, чтобы после загрузки сеансы сохранились на устройстве, поставьте флажок «Keep data on device» (Сохранить данные на устройстве).
5. Нажмите **Download**.



6. Сеансы пациентов, которые уже связаны с пациентом из базы данных OtoAccess®, загружаются автоматически без дополнительного запроса.



Если некоторые пациенты (например, ID 1), сохраненные на портативном устройстве, не связаны с пациентами в базе данных OtoAccess®, появится окно (**Client not known in database**) (см. рис. ниже). В нем содержится запрос на привязку сеансов к пациентам в базе данных OtoAccess®. Продолжайте процесс переноса данных в окне **Client not known in database**, как описано ниже. На экране отобразятся универсальное имя (A) и сохраненные сессии (B) каждого неизвестного пациента (**Unknown client**).



1. В списке **Select client target in database** вы можете выбрать пациента, под именем которого вы хотите сохранить эти сессии.
2. Если пациент отсутствует в списке, вы можете найти его в базе данных OtoAccess®, выбрав поле (**Field**) для поиска и введя поисковую информацию в поле **Search**.
3. Выбрав нужного пациента, нажмите **Save**, чтобы сохранить сессию в базе данных OtoAccess®.
4. Если сведения о пациенте еще не сохранены в базе данных OtoAccess®, создайте нового пациента в OtoAccess®, нажав кнопку **Enter new patient**. В открывшемся окне **New client data** введите необходимые сведения о пациенте и нажмите **OK**, чтобы сохранить сессию под именем этого нового пациента или нажмите **Cancel** для отмены.
5. После этого все выбранные вами сессии будут скопированы в базу данных OtoAccess®. По завершении сохранения последней сессии окно закроется.
6. Если вы нажали кнопку **Skip this Client**, пациент и все показанные на экране сессии будут пропущены и программа перейдет к следующему пациенту из списка **Copy to PC**. Сессии пропущенного пациента не сохраняются в базе данных OtoAccess®, но остаются в портативном блоке.

По завершении процесса переноса откроется всплывающее окно с подтверждением успешности операции. Чтобы закрыть его, нажмите **OK**. В столбце **Status of download** появятся только что перенесенные сессии. В столбце **Copy to PC** флажки перенесенных сессий станут неактивными во избежание повторного их переноса в базу данных. После отключения прибора Titan от ПК экран загрузки будет сброшен.




Для занесения в Noah информации о пациенте:

При работе с Noah 4 в базе данных можно выбрать только одного пациента. Поэтому загрузку пациентов из портативного блока придется проводить также по одному.

1. Откройте Noah. Убедитесь, что Titan подключен к ПК и включен.
2. В экране **Client Register** найдите и выделите пациента, сессии которого вы хотите загрузить из портативного блока. На экране появятся сохраненные для данного пациента сессии.
3. Откройте диалоговое окно **Module Selection**, перейдите во вкладку **Measurement** и дважды щелкните значок **Titan Suite**.
4. Нажмите значок **Session Download** во вкладке **Main**.
5. Автоматически откроется список сохраненных сессий. Выберите сессии, которые вы хотите скопировать в Noah 4, под заголовком **Copy to PC**.
6. Нажмите **Download**.

Повторите этот процесс для всех сессий, которые вы хотите перенести из портативного блока в базу данных Noah.



**Quick Transfer** позволяет быстро и легко перенести данные последнего сохраненного пациента из портативного блока в автономное программное обеспечение Titan или в файл выбранного пациента базы данных базы данных OtoAccess® или Noah.

После переноса данные, зарегистрированные портативным блоком, будут доступны для просмотра и печати в списке сессий соответствующего модуля.



### 3.10 Работа с модулем IMP

Во вкладке **IMP** программы Titan Suite вы можете выполнять следующие операции.



#### Menu

**Menu** (меню) содержит пункты Setup (настройка), Print (печать), Edit (редактирование) и Help (справка) (более подробные сведения о пунктах меню вы найдете в "Дополнительной информации").



**Print** (печать) позволяет распечатать отображенные на экране результаты на заданном принтере. Если протокол не связан с шаблоном печати, вам будет предложено выбрать нужный шаблон.



**Ярлык Print to PDF (Печать в PDF-формат)** появляется при выполнении настройки через Общую настройку. Это позволяет печатать документ, сохраненный на ПК, напрямую в PDF. (Для получения информации о настройке см. документ "Дополнительная информация")




**Save & New Session** (Сохранить и создать сеанс) сохраняет текущий сеанс в Noah или базу данных OtoAccess® (или в традиционно используемый XML-файл при работе в автономном режиме) и открывает новый сеанс.



**Save & Exit** (Сохранить и выйти) сохраняет текущий сеанс в Noah или базе данных OtoAccess® (или в традиционно используемом XML-файле при работе в автономном режиме) и выходит из Suite.



**Toggle Ear** (сменить сторону) переключает с правого уха на левое и наоборот.



Кнопка **Combined view** или **Single view** переключает с комбинированного представления на единичное представление. Этот значок активен только в том случае, если в настройках протокола установлена опция **Combined view** (для этого необходимо воспользоваться ассистентом **Display wizard**).

**List of Defined Protocols** (список предустановленных протоколов) позволяет выбрать протокол обследования для текущей сессии (подробности вы найдете в "Дополнительной информации").

**Temporary setup** (временные настройки) позволяет вносить временные изменения в выбранный протокол. Изменения действительны только для текущей сессии. После внесения изменений и возвращения в главный экран название протокола будет отмечено звездочкой (\*).

**List of historical sessions** (хронологический список сессий) позволяет выбрать для просмотра предыдущие сессии или текущую сессию (**Current Session**).

**Go to current session** (перейти к текущей сессии) возвращает вас в текущую сессию.

**Probe status** (состояние зонда) представлено в виде цветной полосы с текстовым описанием. Если зонд находится вне уха (**Out of ear**) полоса принимает цвет выбранного уха (синий для левого и красный для правого). Если зонд находится в ухе (**In ear**), цвет полосы зеленый. Если зонд заблокирован (**Blocked**), негерметичен (**Leaking**) или "зашумлен" (**Too Noisy**), цвет полосы желтый. Если зонд не обнаружен (**No probe**), полоса серая. Подробнее о состоянии зонда написано в разделе 3.3.

**Принудительный Пуск** может быть использован, чтобы заставить и измерения импеданса начаться когда состояние зонда не показывает на "в ухе". Это может быть использовано для пациентов с трубками РЕ.


**Принудительный Пуск** может быть активирован нажатием иконки или долгим нажатием **Пуск / Пробел / кнопка на наплечном блоке** в течение 3 секунд.

Можно выбрать автоматическое (**Auto**) или ручное (**Manual**) обследование. **Ручное** обследование означает, что по возможности давление в слуховом проходе выставляется вручную. В ходе рефлексометрии вы также можете выбирать тип и уровень стимуляции. Несмотря на то, что ручной режим относится ко всему протоколу, он не касается функции евстахиевой трубы и широкополосной тимпанометрии. При возвращении в автоматический режим вам будет предложено сохранить данные, потому что часть измерений может быть утрачена в связи с внесенными вами изменениями.

Кнопка **Report Editor (Редактор отчетов)** открывает отдельное окно для внесения и сохранения комментариев к текущему или прошлому сеансам измерений.



Кнопка **Report editor** (редактор отчетов) открывает отдельное окно для добавления и сохранения примечаний к текущей сессии.



**Pressure indicator** (индикатор давления) показывает, насколько реальное давление соответствует целевому. Этот элемент доступен только в ходе **рефлексометрии** и при измерении **широкополосной проводимости**. При этом целевое давление соответствует пиковому давлению тимпаногаммы. Если давление значительно отклоняется от целевого, состояние зонда изменится на **Leaking** (негерметичен).

**List of age groups** (список возрастных групп) доступен для широкополосной тимпанометрии. По умолчанию возрастная группа соответствует указанному вами возрасту пациента. Изменение возраста влияет на нормативные данные, отображаемые на графиках проводимости. Калибровочные значения широкополосной тимпанометрии также зависят от выбранного возраста. В частности, калибровочные значения меняются по достижении 6-месячного возраста. Поэтому до начала измерений убедитесь в правильном выборе возраста.




**Show sketched absorbance examples** (показать графические примеры проводимости) позволяет увидеть, как могут выглядеть на экране кривые нормальной и патологической проводимости.



**Hardware indication picture** (Картина индикации аппаратуры) показывает, подсоединено ли оборудование. **Simulation** (Симуляция) отображается, когда активен режим симуляции в демонстрационных целях.




Символ таймера (**Timer**) указывает, идет ли в данный момент измерение, или же оно прекращено.




**Список тестов** содержит все тесты, входящие в выбранный протокол. Выполняемый или отображаемый в данный момент тест выделен синим или красным цветом, в зависимости от выбранного уха.

Если на экране помещаются не все тесты, появляется полоса прокрутки.



**Галочка** означает, что отмеченный тест запустится при нажатии клавиши **START**. По мере завершения тестов, галочки автоматически снимаются. Вы можете самостоятельно снять галочки с ненужных тестов до нажатия клавиши **START**.




**Белая галочка** означает, что по крайней мере часть результатов данного теста сохранена в памяти.



Клавиша **START** (и **STOP**) используется для запуска и остановки выполнения сессии.



В ручном режиме доступны следующие операции.




В тесте **tymp**:

Нажмите кнопку **Record**, чтобы начать регистрацию тимпанограммы.

Нажмите кнопку **Stop** для прекращения регистрации тимпанограммы.

Нажмите кнопку **Release Pressure** для сброса давления и возвращения к 0 даПа.



Для изменения давления в ручном режиме необходимо перемещать курсор давления мышью.


На графике отображается некомпенсированная акустическая проводимость. Податливость, компенсированная в соответствии с эквивалентным объемом слухового прохода, может быть отображена только по завершении регистрации тимпанограммы. Иными словами, во время регистрации вы видите только некомпенсированные значения.

Тесты "**рефлекс**", "**распад рефлекса**" и "**латентность рефлекса**":

**At peak** означает, что выбрано пиковое давление последней зарегистрированной тимпанограммы при той же частоте зондирующего тона.

**0 daPa** означает измерение при нулевом давлении.

**Manual** означает, что вы можете вручную выбрать значения элементов 3-5.




Вы можете перемещать **ручку давления**, удерживая ее левой клавишей мыши. Для более точной регулировки давления можно воспользоваться левой и правой стрелками.

При этом **индикатор объема** отображает значение некомпенсированной проводимости в единицах эквивалентного объема.

Клавиша **Start** (и **Stop**) используется для начала и прекращения изменения давления вручную. После нажатия **Stop** прибор старается удерживать давление на постоянном уровне.

Ползунок **Duration** меняет длительность стимула (10, 15, 20, 25 или 30 с) в ходе измерения **распада акустического рефлекса** в ручном режиме.




Кнопка **Manual stimulus** (ручная стимуляция) становится активной при выборе **ручного** режима проведения


**рефлексометрии**. После нажатия на эту кнопку курсор сменяется изображением динамика. Чтобы начать регистрацию рефлекса, щелкните по одному из графиков. Повторный щелчок остановит измерение. (Это может потребоваться, например, при неудачном введении зонда в ухо).



### 3.11 Трехмерная тимпанометрия и тест проводимости




#### 3.11.1 График 3D





Вы можете выбрать один из трех вариантов просмотра результатов тимпанометрии, открыв соответствующую вкладку.

**3D graph** (трехмерный график) содержит все информационные точки, замеренные в ходе изменения давления. Вы можете вращать график, удерживая его левой клавишей мыши и перемещая мышь в нужном направлении.




Галочка в окошке **Draw pressure line (t ymp)** выделяет на трехмерном графике тимпанограмму, соответствующую выбранной ползунком частоте.

Галочка в окошке **T ymp view** автоматически превращает трехмерный график в двумерное изображение зависимости проводимости от давления (см. рисунок ниже).



Галочка в окошке **Draw absorbance line** выделяет на трехмерном графике срез проводимости, соответствующий выбранному ползунком давлению.

Галочка в окошке **Absorbance view** автоматически превращает трехмерный график в двумерное изображение зависимости проводимости от частоты (см. рисунок ниже).





Equivalent ear canal volume: 1.18 ml  
Resonance frequency 869 Hz  
Peak pressure -12 daPa  
C: 226 Hz: 0.7 ml, 1000 Hz: 1.21 mmho

Отображаемая числовая информация:


- Эквивалентный объем слухового прохода (**equivalent ear canal volume**)
- Самая низкая резонансная частота (**resonance frequency**) при пиковом давлении. Зарегистрированная на резонансной частоте тимпанограмма позволяет дифференцировать ряд патологий (например, отличить дряблость барабанной перепонки от разрыва цепи слуховых косточек).
- Усредненное по частотам пиковое давление (**peak pressure**).
- Пиковая податливость (**peak compliance**) тимпанограмм, зарегистрированных на частотах 226 Гц (в мл) и 1000 Гц (в мМо).

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании кабеля без калибровки для использования с Titan нельзя выполнять измерения WBT, так как будут показаны неверные результаты. Измерение не начнется, и появится всплывающее окно с информацией о том, что зонд не откалиброван.


### 3.11.2 Вкладка Tympanograms (Тимпанограммы)

Во вкладке **Tympanograms** (Тимпанограммы) отображаются различные тимпанограммы, полученные в ходе измерения 3D.


Поверх тимпанограмм на стандартных частотах (226, 678, 800 и 1000 Гц и резонансной частоте) можно отобразить **Wide Band Tympanogram** (Широкополосную тимпанограмму), и можно задать установить представление **Selected frequency** (Выбранная частота).




Стандартные частоты  
226, 678, 800 и 1000 Гц



Резонансная частота



Широкополосная  
тимпанограмма



Выбранная частота

**Wide Band Tympanogram** (Широкополосная тимпанограмма) — это кривая средних значений в диапазоне измерения. Для младенцев младше 6 месяцев средними являются кривые в диапазоне 800–2000 Гц. Для более старших детей и взрослых в качестве среднего используют диапазон 375–2000 Гц. Было отмечено, что ШП тимпанограммы лучше тимпанограмм 1000 Гц объясняют, почему не был пройден скрининг ОАЕ, особенно у младенцев.

На ШП тимпанограммы меньше влияет шум, и они предоставляют более надежную информацию, чем стандартные частоты 1000 Гц у младенцев и 226 Гц у более старших детей и взрослых. Сэнфорд (Sanford) с соавторами<sup>3</sup> рекомендуют рассмотреть возможность внедрения ШП тимпанограммы в диагностику при последующем наблюдении в рамках неонатальных скрининговых программ.

<sup>3</sup> Sanford et al., (2009). Sound-conduction effects on distortion-product otoacoustic emission screening outcomes in newborn infants: Test performance of wideband acoustic transfer functions and 1-kHz tympanometry. *Ear & Hearing*, 30, 635-652.



Функция **Selected Frequency** (Выбранная частота) позволяет просмотреть тимпаногамму каждой частоты в диапазоне 200–4000 Гц с шагом разрешения 50 Гц. Эта функция зависит от лицензии.

☒ Show Y

☒ Show G

☐ Show B

☐ Show phase

226 Hz

678 Hz

800 Hz

1000 Hz


☒ Selected frequency

Resonance frequency

Adult (Avrg 375Hz to 2000Hz)

☐ Show compensated

☒ Peak difference



Щелкните правой кнопкой мыши по окну тимпаногаммы, и откроется всплывающее окно. Доступны следующие опции:

- **Show Y** — отображение полной акустической проводимости;
  - **Show G** — отображение активной акустической проводимости (действительной части вектора проводимости);
  - **Show G** — отображение реактивной акустической проводимости (мнимой части вектора проводимости);
  - **Show Phase** — отображение фазы (угол вектора проводимости).
- Под тимпаногаммой всегда отображается информация с кривой полной проводимости Y.

- **226Hz** — отображение тимпаногаммы 226 Гц из 3D тимпанометрии
- **678Hz** — отображение тимпаногаммы 678 Гц из 3D тимпанометрии
- **800Hz** — отображение тимпаногаммы 800 Гц из 3D тимпанометрии
- **1000Hz** — отображение тимпаногаммы 1000 Гц из 3D тимпанометрии
- **Selected frequency** (Выбранная частота) показывает тимпаногамму каждой выбранной частоты из диапазона 200–4000 Гц с шагом разрешения 50 Гц. Частота изменяется путем перемещения ползунка вверх тимпаногаммы или стрелками на клавиатуре.

- **Resonance Frequency** (Резонансная частота) — отображение тимпаногаммы из 3D тимпанометрии, записанной на самой нижней резонансной частоте при пиковом давлении.
- **Adult (Avrg 375Hz to 2000Hz)** (Взрослый, среднее 375–2000 Гц) — отображение усредненной тимпаногаммы в диапазоне 375–2000 Гц, доступном только в случае, если в протоколе использованы калибровочные значения для возраста 6 месяцев и более.
- **Child (Avrg 800Hz to 2000Hz)** (Ребенок, среднее 800–2000 Гц) — отображение усредненной тимпаногаммы в диапазоне 800–2000 Гц, доступном только в случае, если в протоколе использованы калибровочные значения для возраста до 6 месяцев.

- **Show compensated** (Показать компенсацию) — отображение компенсированного базового уровня на тимпаногамме. При записи тимпаногамм на более высоких частотах тона зонда обычно получают шлейф низкого давления, значение которого значительно ниже шлейфа высокого давления. Чтобы полностью просмотреть такие тимпаногаммы, рекомендуется просматривать их без компенсации.



- **Peak difference** (Разность пиков) наносит на тимпанограмму два маркера, которые можно перемещать за стрелки на оси X. Перемещая стрелки, можно указать пики на кривой и считать разность пиков (P. diff.) и разность емкостного акустического сопротивления (C.diff.) в таблице под тимпанограммой. Под тимпанограммой всегда отображается информация для выбранной кривой.




|   |     |    |   |     |      |
|---|-----|----|---|-----|------|
| V | 1.2 | ml | P | -12 | daPa |
| C | 0.7 | ml | G | 69  | daPa |

Кнопки **вверх** и **вниз** масштабируют тимпанограмму по оси Y.

Таблица с результатами измерений. Здесь вы найдете:

- **V (объем)**: эквивалентный объем слухового прохода.
- **C (податливость)**: пиковая компенсированная статическая акустическая проводимость. Иными словами, это величина податливости на пике компенсированной тимпанограммы. Для усредненной тимпанограммы пиковая податливость (или пиковая проводимость) не рассчитывается.
- **P (давление)**: давление, соответствующее пику (наивысшей податливости).
- **G (градиент)**: Если вы выбрали отображение градиента в единицах давления, он будет равен ширине тимпанограммы на половине высоты пика компенсированной статической акустической проводимости. Если вы выбрали отображение градиента в единицах податливости, он будет равен средней величине двух значений компенсированной податливости в точках, отстоящих на 50 даПа от пикового давления. Для усредненных тимпанограмм градиент не рассчитывается.

Необходимо помнить: представление таблицы изменяется при активации разности пиков **Peak difference**.




Во вкладке **Absorbances** показана зависимость проводимости при давлении внешней среды и/или пиковом давлении от частоты, рассчитанная на основании 3-мерного отображения. Сравнивая кривую с нормативными данными, можно получить быстрое представление о состоянии среднего уха.


|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Overlay peak pressure curve         |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Norm Data 10% - 90% |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Norm Data 5% - 95%  |

Щелчок правой клавишей мыши в поле тимпанограммы открывает всплывающее окно. Доступны следующие опции:

- **Overlay peak pressure curve**: наложение кривой проводимости при пиковом давлении на кривую при давлении внешней среды.
- **Norm Data 10% - 90%**: показать интервал нормативных данных, включающий от 10% до 90% нормальной популяции.
- **Norm Data 5% - 95%**: показать интервал нормативных данных, включающий от 5% до 95% нормальной популяции.



Эти **примеры** показывают, как выглядят кривые проводимости при различной патологии. Размер изображений можно изменить с помощью мыши. Выбранный пример отображается вместе с результатами измерения.




В окне **Absorbance difference from norm** (Поглощающая способность отличается от нормы) видно, насколько кривая поглощающей способности отличается от 50 % процентиля. Благодаря этому инструменту можно увидеть, насколько серьезно отклонение от нормы. Если это так, значения высоты и размера пика отображаются под графиком. Расчет основан на исследовании Merchant с соавторами. 2015<sup>4</sup>. Подробное описание использования расчета см. в кратком руководстве. Эта функция зависит от лицензии.

### 3.11.3 Загрузка исследовательских данных WBA для создания собственного набора данных нормы


В обновлении будет представлена возможность для настройки измерения WBT, используя данные WBA для исследования. Это позволяет проводить настраиваемые измерения в клиниках. Это выполняется посредством сохранения данных WBT в файл формата .m, который хранится в местной папке для быстрого доступа. Рекомендуется использовать свыше 25 наборов данных для каждой возрастной группы, но ограничения на загрузку нет.

Меню|Настройка|Данные нормы поглощающей способности|Сформировать новый



После выбора папки с файлами формата .m процесс загрузки занимает некоторое время в зависимости от количества файлов. После завершения загрузки появится всплывающее окно, в котором будет показано распределение данных по возрастным группам.

<sup>4</sup> Merchant et. al. (2015). Power Reflectance as a Screening Tool for the Diagnosis of Superior Semicircular Canal Dehiscence. *Otology & Neurotology*.




В любой момент можно проверить данные в собственных файлах и удалить их. В добавленный файл нельзя добавлять другие данные. Для этого необходимо добавить новые данные в имеющуюся папку с файлами .m и повторно создать новые данные в пакете Titan.



### 3.12 Работа с модулем ABRIS

Ниже описаны элементы экрана **ABRIS**.



#### Menu

**Menu** (меню) содержит пункты Setup (настройка), Print (печать), Edit (редактирование) и Help (справка) (более подробные сведения о пунктах меню вы найдете в "Дополнительной информации").



Кнопка **Guidance** (руководство) открывает инструкцию с подсказками по работе с модулем. Подсказки можно персонализировать в окне настройки руководства.



**Print** (печать) позволяет распечатать отображенные на экране результаты на заданном принтере. Если протокол не связан с шаблоном печати, вам будет предложено выбрать нужный шаблон (более подробные сведения об ассистенте печати вы найдете в "Дополнительной информации").



**Print to PDF** icon appears when setup via the General Setup. Эта функция позволяет выполнять печать документа, сохраненного на ПК, непосредственно в формат PDF. (См. дополнительную информацию о настройке).




Кнопка **Save & New session** (Сохранить и новый сеанс) сохраняет текущий сеанс в Noah или в базу данных OtoAccess® (or to a commonly used XML file when running in standalone mode) и открывает новый.




Кнопка **Save & Exit** (Сохранить и выйти) сохраняет текущий сеанс в Noah или в базу данных OtoAccess®(or to a commonly used XML file when running in standalone mode) и закрывает Suite.



**Toggle Ear** (сменить сторону) переключает с правого уха на левое и наоборот. Если позволяет настройка преобразователя (наушники или внутриушные телефоны), можно также выбрать бинауральный режим.



**List of Defined Protocols** (список предустановленных протоколов) позволяет выбрать протокол обследования для текущей сессии (подробности вы найдете в "Дополнительной информации").



**List of historical sessions** (хронологический список сессий) позволяет выбрать для просмотра предыдущие сессии или текущую сессию (**Current Session**).



**Go to current session** (перейти к текущей сессии) возвращает вас в текущую сессию.




**Probe status** (состояние зонда) представлено в виде цветной полосы с текстовым описанием. Если зонд находится вне уха (**Out of ear**) полоса принимает цвет выбранного уха (синий для левого и красный для правого). Если зонд находится в ухе (**In ear**), цвет полосы зеленый. Если зонд заблокирован (**Blocked**), негерметичен (**Leaking**) или "зашумлен" (**Too Noisy**), цвет полосы желтый. Если зонд не обнаружен (**No probe**), полоса серая. Подробнее о состоянии зонда написано в разделе 3.3.



Кнопка **Report Editor** (**Редактор отчетов**) открывает отдельное окно для внесения и сохранения комментариев к текущему или прошлому сеансам измерений.



Кнопка **Report editor** (редактор отчетов) открывает отдельное окно для добавления и сохранения примечаний к текущей сессии.



**The hardware indication picture** (аппаратная индикация) показывает, подключен ли портативный блок. **Simulation** (Симуляция) отображается, когда активен режим симуляции в демонстрационных целях.




Перед обследованием символ таймера (**Timer**) показывает, через какое время тест ABRIS автоматически прекратится. Во время обследования таймер ведет обратный отсчет до нуля. Вы можете остановить обратный отсчет, щелкнув по таймеру во время обследования. После этого таймер начнет обычный отсчет, показывая, сколько времени прошло. При этом тест будет продолжаться до тех пор, пока вы не прекратите его вручную.




**Pause** (пауза) активируется после начала обследования. Позволяет сделать паузу во время обследования.



Клавиша **START** (и **STOP**) используется для запуска и остановки выполнения сессии.




Окно выбора преобразователя открывается, если к предусилителю подключено несколько преобразователей (например, зонд и внутриушные телефоны). Необходимо выбрать преобразователь до начала обследования.



**Patient noise** (шум пациента) показывает пиковые значения ЭЭГ.

**EEG** (ЭЭГ) отображает фоновую ЭЭГ.




**EEG rejection level** (уровень отсечения ЭЭГ): стрелками можно изменить уровень отсечения.

**Electrode impedance values** (сопротивление электродов) соответствует цвету электрода (белый, красный и синий).




Область **отображения параметров** показывает интенсивность и тип используемого стимула.

Цвет точек на изображении **детской головы** соответствует сопротивлению электродов (хорошее = зеленый, плохое = желтый).



Указание на тип используемого **преобразователя** (зонд, внутриушные телефоны, EarCup или наушники).



Помимо сопротивления электродов, точки на изображении **детской головы** соответствуют расположению электродов.



Такая картинка соответствует **затылочному расположению**. При этом можно проводить бинауральное обследование (одновременно оба уха).

Подключите кабели от усилителя следующим образом:

Белый шнур: Вертекс (линия роста волос на лбу)  
Красный шнур: Щека  
Синий шнур: Затылок




Такая картинка соответствует **сосцевидному расположению**.

Подключите кабели от усилителя следующим образом:

Белый шнур: Вертекс (линия роста волос на лбу)



Красный шнур: Правый сосцевидный отросток  
Синий шнур: Левый сосцевидный отросток



Если один из индикаторов сопротивления электродов становится желтым, появляется предупреждение **Impedance is not ideal** (сопротивление не идеальное). Пользователь должен подтвердить свое намерение продолжить обследование, несмотря на предупреждение.

Плохое сопротивление может привести к увеличению времени обследования и "зашумлению" записей.


|                      |     |
|----------------------|-----|
| Residual noise (nV)  | 235 |
| Stop testing at (nV) | 10  |

При активации функции в программе на экран будут выведены значения **Residual Noise (Остаточный шум)** и **Residual Noise Stopping Criteria (Критерии остановки при остаточном шуме)**.

По мере выполнения измерений значение **Residual Noise (Остаточный шум)** в процессе тестирования будет меняться. Если значение **Residual Noise (Остаточный шум)** достигает значения **Stop testing at (nV) (Остановить тестирование при (нВ))** до того, как тест будет пройден, он остановится автоматически, а результат будет показан как Refer (Не пройдено).

Эффективность метода, используемого для определения уровня остаточного шума, подробно описана в следующей статье:

Elberling, C., & Don, M. (1984). Quality estimation of average auditory brainstem responses (Качество оценки усредненной слуховой реакции ствола головного мозга). *Scand Audiol*, 13, 187-197.



**Результаты скрининга** обозначаются терминами PASS (прошел), REFER (не прошел) или INCOMPLETE (не завершен), появляющимися на экране сразу же по окончании обследования.

Если в окошке "Активировано пройдено/не пройдено" для выбранного протокола не проставлена галочка, надпись не появится.

Статистическая значимость заводского протокола CE-Chirp 35dBnHL:

Алгоритмическая чувствительность: 99,9%

При использовании пользовательского протокола, настройки и стимулы которого отличаются от аналогичных параметров заводского протокола, полученный результат будет зависеть от заданной в настройках протокола комбинации следующих параметров: Время тестирования, тип стимула, интенсивность стимула, байесовское оценивание, лимит остаточного шума.



**EEG too high (слишком высокая ЭЭГ):** пиковые уровни ЭЭГ слишком высоки, что приводит к отсечению входного сигнала.



Reconnect electrode

**Reconnect electrode (повторно подключите электрод):**

сопротивление одного из электродов очень велико; это может свидетельствовать об утрате контакта с кожей или же повреждении или отсоединении шнура. В этом случае все входные сигналы отсекаются.



EEG is too low

**EEG too low (слишком низкая ЭЭГ):**

сопротивление между одной из пар электродов очень низкое; это может быть следствием короткого замыкания. В этом случае все входные сигналы отсекаются.



Обнаружены шумы

**Mains noise detected** (Обнаружены шумы от сети) указывает на то, что алгоритм обнаружил помехи от сети. Пока это сообщение отображается на экране, все измерения отклоняются.



Connect transducer

**Connect transducer** (Подключите преобразователь)

означает, что ни один из преобразователей не подключен к предусилителю.




Connect PreAmp

**Connect PreAmp** (Подключите предусилитель) указывает, что предусилитель не подключен к прибору Titan.



### 3.13 Работа с модулем DPOAE

Ниже описаны элементы экрана DPOAE.



**Menu**

**Menu** (меню) содержит пункты Setup (настройка), Print (печать), Edit (редактирование) и Help (справка) (более подробные сведения о пунктах меню вы найдете в "Дополнительной информации").



Кнопка **Guidance** (руководство) открывает инструкцию с подсказками по работе с модулем. Подсказки можно персонализировать в окне настройки руководства.



**Print** (печать) позволяет распечатать отображенные на экране результаты на заданном принтере. Если протокол не связан с шаблоном печати, вам будет предложено выбрать нужный шаблон (более подробные сведения об ассистенте печати вы найдете в "Дополнительной информации").



**Ярлык Print to PDF (Печать в PDF-формат)** появляется при выполнении настройки через General Setup (Общую настройку). Это позволяет печатать документ, сохраненный на ПК, напрямую в PDF. (Для получения информации о настройке см. документ "Дополнительная настройка").



Кнопка **Save & New session** (Сохранить и новый сеанс) сохраняет текущий сеанс в Noah или в базу данных OtoAccess® (or to a commonly used XML file when running in standalone mode) и открывает новый.



Кнопка **Save & Exit** (Сохранить и выйти) сохраняет текущий сеанс в Noah или в базу данных OtoAccess®(or to a commonly used XML file when running in standalone mode) и закрывает Suite.



**Toggle Ear** (сменить сторону) переключает с правого уха на левое и наоборот.




**Toggle probe check/response view** (зонд/ответ) переключение между информацией о проверке зонда и графиком зарегистрированной эмиссии



**List of Defined Protocols** (список предустановленных протоколов) позволяет выбрать протокол обследования для текущей сессии (подробности вы найдете в "Дополнительной информации").



**Temporary setup** (временные настройки) позволяет вносить временные изменения в выбранный протокол. Изменения действительны только для текущей сессии. После внесения изменений и возвращения в главный экран название протокола будет отмечено звездочкой (\*).



**List of historical sessions** (хронологический список сессий) позволяет выбрать для просмотра предыдущие сессии или текущую сессию (**Current Session**).

Окошко **Historical session (Архивный сеанс)** может быть увеличено перетаскиванием его вниз с помощью мыши или с использованием функции свернуть/развернуть при щелчке по клавише со стрелкой. Выделенный оранжевым цветом сеанс – это выбранный и выведенный на экран сеанс. Проставьте флажок в окошке рядом с датой сеанса, чтобы **перекрыть архивные сеансы** на графике.



**Go to current session** (перейти к текущей сессии) возвращает вас в текущую сессию.



**Probe status** (состояние зонда) представлено в виде цветной полосы с текстовым описанием. Если зонд находится вне уха (**Out of ear**) полоса принимает цвет выбранного уха (синий для левого и красный для правого). Если зонд находится в ухе (**In ear**), цвет полосы зеленый. Если зонд заблокирован (**Blocked**), негерметичен (**Leaking**) или "зашумлен" (**Too Noisy**), цвет полосы желтый. Если зонд не обнаружен (**No probe**), полоса серая. Подробнее о состоянии зонда написано в разделе 3.3.



**Forced Start** (Принудительный пуск) можно использовать для принудительного запуска измерения ОАЕ, если состояние зонда не показывает «в ухе», например, при тестировании пациентов с трубками РЕ. **Forced Start** (Принудительный пуск) можно активировать нажатием на значок или долгим нажатием **Start / Spacebar / button on shoulder box** (Пуск/пробел/кнопка на наплечном блоке) в течение 3 секунд.



Необходимо помнить: при использовании принудительного пуска уровень стимула основывается на значении калибровки зонда в куплере 711 и *не* на индивидуальном объеме уха.




**Summary view (Сокращенный вид)** переключает между выводом на экран графика с результатами или графика с результатами с обобщенными таблицами по тестам.




**Monaural/Binaural view** (монауральный/бинауральный просмотр) переключает между просмотром результатов одного уха или обоих ушей.




Кнопка **Report Editor (Редактор отчетов)** открывает отдельное окно для внесения и сохранения комментариев к текущему или прошлому сеансам измерений.



Отметив галочкой окошко **Acceptable noise level Off**, вы отключаете функцию непринятия зашумленного входного сигнала.



Ползунок **Acceptable noise level** позволяет установить допустимый уровень шума (от -30 до +30 дБ УЗД), выше которого запись считается зашумленной. Волюметр показывает текущий уровень шума. Если он превышает допустимое значение, волюметр становится желтым.




**Pressure indicator** (индикатор давления) показывает, при каком давлении (окружающей среды или пиковом) проводится обследование.

**Target indicator (Эталонный индикатор)** показывает, насколько давление отличается от заданного.





**The hardware indication picture** (аппаратная индикация) показывает, подключен ли портативный блок. **Simulation** (Симуляция) отображается, когда активен режим симуляции в демонстрационных целях.



Перед обследованием символ таймера (**Timer**) показывает, через какое время тест DPOAE автоматически прекратится. Во время обследования таймер ведет обратный отсчет до нуля. Вы можете остановить обратный отсчет, щелкнув по таймеру во время обследования. После этого таймер начнет обычный отсчет, показывая, сколько времени прошло. При этом тест будет продолжаться до тех пор, пока вы не прекратите его вручную.



При отклонении измерения таймер остановит подсчет. **Artifact rejection (Подавление артефактов)** зависит от настройки **Acceptable Noise Level (Допустимый уровень шума)** и уровня **Level tolerance (Допуск уровня)**, заданных в протоколе.




**Список тестов** содержит все тесты, входящие в выбранный протокол. Выполняемый или отображаемый в данный момент тест выделен синим или красным цветом, в зависимости от выбранного уха.

**Галочка** означает, что отмеченный тест запустится при нажатии клавиши **START**. По мере завершения тестов, галочки автоматически снимаются. Вы можете самостоятельно снять галочки с ненужных тестов до нажатия клавиши **START**.

**Белая галочка** означает, что по крайней мере часть результатов данного теста сохранена в памяти.

Кнопка **Pause** (пауза) становится активной после начала обследования. Она позволяет приостанавливать обследование.

Клавиша **START** (и **STOP**) используется для запуска и остановки выполнения сессии.




**График проверки зонда** визуализирует установку зонда в ухо пациента до и после тестирования.

Во время тестирования проверка зонда не работает, и на графике не отображается кривая.

После тестирования отображается корреляционное значение, указывающее на то, насколько эффективно зонд располагался в ухе во время тестирования.

Для тестов, проведенных и сохраненных на устройстве Titan и переданных на ПК, график проверки зонда не отображается. В этом случае доступны только корреляционные значения.



**Response graph** (график ответа) показывает зависимость амплитуды эмиссии (в дБ УЗД) от частоты (в кГц). Отображается только та часть частотного диапазона, которая соответствует зарегистрированному ответу.


1. На графике хорошо видны два пика, соответствующие **двум тестовым стимулам**.
2. Диапазон **допуска стимула** отмечен в виде затененной области ниже и выше пика.
3. Красной или синей линией обозначена **частота ДРОАЕ**, соответствующая главному продукту искажения.

Подробности вы найдете в "Дополнительной информации".

При **наведении мыши** на точку измерения открывается окно с подробными сведениями о текущем или завершенном обследовании.

Подробности вы найдете в "Дополнительной информации".

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| Measured       | 9      |        |
| Rejected       | 0      |        |
| DP freq.       | 964    | Hz     |
| DP SNR         | 18,9   | dB     |
| DP level       | 12,6   | dB SPL |
| Residual noise | -6,3   | dB SPL |
| Freq. 1        | 1233   | Hz     |
| Level 1        | 65     | dB SPL |
| Freq. 2        | 1502   | Hz     |
| Level 2        | 55     | dB SPL |
| Time used      | 1,7    | Sec    |
| Fail reason    |        |        |
| DP Reliability | 99,931 | %      |



**DP found checkmark symbol (галочка обнаружения продукта искажения)** – черная галочка в зеленом круге означает, что данная точка измерения соответствует заданным критериям обнаружения и что тестирование на данной частоте больше происходить не будет.

**DP found checkmark symbol (галочка обнаружения продукта искажения)** – черная галочка в зеленом круге означает, что данная точка измерения соответствует заданным критериям обнаружения, но тестирование будет продолжено, пока не закончится время тестирования или тестирование не будет прервано вручную.


**Time out (время истекло)** – значок часов означает, что в течение допустимого времени не были достигнуты заданные критерии обнаружения ответа. В общих настройках вы можете включить или отключить этот индикатор.



**Noise floor (уровень шума)** – стрелка, упирающаяся в линию, означает, что обследование прекращено из-за достижения предельного значения остаточного шума. В общих настройках вы можете включить или отключить этот индикатор.




**Увеличить или уменьшить масштаб** графика можно, наведя на него мышью и вращая **колесо прокрутки**. После увеличения масштаба можно перемещать график относительно оси частоты.




Щелкните правой клавишей мыши по графику DP-граммы:


С помощью **колеса прокрутки** вы можете изменить масштаб относительно оси частоты. Кроме того, в открывшемся меню вы можете выбрать опции **Zoom in (увеличить)**, **Zoom out (уменьшить)** или **Restore view (вернуться к исходному)**.





**Add** – добавление дополнительной частоты по завершении выполнения исходного протокола. Наведите мышью на нужную частоту и щелкните правой клавишей. Или щелкните **Add** и выберите нужную частоту из списка. После этого кнопка **Start** сменится на кнопку **Continue (продолжить)**. После щелчка по кнопке **Continue** начнется измерение на добавленных частотах без ограничения по времени. Чтобы завершить измерение, щелкните **Stop**.



**Next measurement point** (следующая точка измерения) – прерывает автоматическое выполнение обследования и принудительно переводит к измерению на следующей частоте. Эта функция доступна, если в протоколе выбрана опция **max test point**.





**Measure only selected frequency** (измерение только на выбранной частоте) – приводит к повторному измерению на выбранной частоте. Выбрать частоту повторного измерения можно, щелкнув по соответствующей точке правой клавишей мыши. Выбранная точка будет отмечена черным кругом. Нажав **Continue** (появляется вместо **Start**), вы запустите неограниченное по времени измерение на выбранной частоте. Чтобы прекратить обследование, нажмите **Stop**.



**DPOAE norm data** позволяет выбрать отображаемые на экране нормативные данные DP-граммы.

Щелкните правой клавишей мыши по графику DP-I/O (вход/выход):

**Add** – добавление дополнительного уровня по завершении выполнения исходного протокола. Наведите мышь на нужную точку и щелкните правой клавишей. Или щелкните **Add** и выберите нужный уровень из списка. После добавления одного или нескольких уровней кнопка **Start** сменится на кнопку **Continue (продолжить)**. После щелчка по кнопке **Continue** начнется измерение на добавленных уровнях без ограничения по времени. Чтобы завершить измерение, щелкните **Stop**.



**Next measurement point** (следующая точка измерения) – прерывает автоматическое выполнение обследования и принудительно переводит к измерению на следующей интенсивности. Эта функция доступна, если в протоколе выбрана опция **max test point**.

**Measure only selected level** (измерение только на выбранном уровне) – приводит к повторному измерению на выбранном уровне. Выбрать уровень повторного измерения можно, щелкнув по соответствующей точке правой клавишей мыши. Выбранная точка будет отмечена черным кругом. Нажав **Continue** (появляется вместо **Start**), вы запустите неограниченное по времени измерение на выбранном уровне. Чтобы прекратить обследование, нажмите **Stop**.

### Test summary

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Stimuli levels L1/L2   | 65/55 dB SPL |
| f2/f1 ratio            | 1.22         |
| Min. DP reliability    | 98 %         |
| No. of detected points | 0 (4)        |


**Минимальные требования теста** согласно определению в протоколе отображаются вместе с некоторыми элементами в сводной таблице тестов **Test summary**. Эти числа в скобках меняются на **контрольную метку**, если во время тестирования выполнено минимальное требование. При тестировании пикового давления значение **MEP** является фактическим давлением испытания, а значение в квадратных скобках — целевое давление от тимпанограммы.



### Point summary

| f2<br>(Hz) | DP level<br>(dB SPL) | Noise<br>(dB SPL) | SNR  | Reliab.<br>(%) | Detected |
|------------|----------------------|-------------------|------|----------------|----------|
| 1000       | 14.5                 | -10.5             | 25.0 | 100.0          | ✓        |
| 1500       | 13.4                 | -15.4             | 28.8 | 100.0          | ✓        |
| 2000       | 8.2                  | -16.4             | 24.6 | 100.0          | ✓        |
| 3000       | -0.3                 | -18.8             | 18.5 | 99.8           | ✓        |
| 4000       | 5.8                  | -20.3             | 26.1 | 100.0          | ✓        |
| 6000       | 7.3                  | -24.6             | 31.9 | 100.0          | ✓        |

Stimuli levels outside tolerance



PASS

REFER

INCOMPLETE

В сводной таблице точек отображаются значения частоты исследования f2, уровень DP, шум, SNR и надежность в процентах. В столбце **Detected** (Определено) контрольная метка появляется, когда указанная частота соответствует критерию, заданному в протоколе.

Уровень DP, шум и значения SNR округляются на основании сырых данных. Следовательно, рассчитанное отображаемое значение SNR не всегда равняется разности уровня DP и шума.

Если уровень стимула выходит за пределы допуска, заданного в протоколе, на экране появляется **всплывающее диалоговое окно о выходе уровней стимулов за пределы допуска**.

Нажмите **Stop**, чтобы остановить тестирование. Проверьте установку зонда и начните тест заново.

**Screening results (Результаты скрининга)** могут быть PASS, REFER или INCOMPLETE (ПРОЙДЕНО, НЕ ПРОЙДЕНО или НЕ ЗАВЕРШЕНО). Данный результат появляется над измерением по мере его появления. Если в окошке "Активировано пройдено/не пройдено" не проставлена галочка для выбранного протокола, надпись не появится.

Статистическая значимость полученного результата зависит от сочетания следующих пользовательских настроек протокола: времени тестирования, уровней стимулов, SNR (отношение сигнал-шум), Min DP level (минимальный уровень искажения продукта), DP tolerance (допуск искажения продукта), Reliability (надежности), количество пунктов, необходимых для прохождения теста, обязательные пункты, необходимые для прохождения теста.



### 3.14 абота с модулем ТЕОАЕ

Нижe описаны элементы экрана ТЕОАЕ.



#### Menu

**Menu** (меню) содержит пункты Setup (настройка), Print (печать), Edit (редактирование) и Help (справка) (более подробные сведения о пунктах меню вы найдете в "Дополнительной информации").



Кнопка **Guidance** (руководство) открывает инструкцию с подсказками по работе с модулем. Подсказки можно персонализировать в окне настройки руководства.



**Print** (печать) позволяет распечатать отображенные на экране результаты на заданном принтере. Если протокол не связан с шаблоном печати, вам будет предложено выбрать нужный шаблон (более подробные сведения об ассистенте печати вы найдете в "Дополнительной информации").





**Ярлык Print to PDF (Печать в PDF-формат)** появляется при выполнении настройки через General Setup (Общую настройку). Это позволяет печатать документ, сохраненный на ПК, напрямую в PDF. (Для получения информации о настройке см. документ "Дополнительная настройка").



Кнопка **Save & New session** (Сохранить и новый сеанс) сохраняет текущий сеанс в Noah или в базу данных OtoAccess® (or to a commonly used XML file when running in standalone mode) и открывает новый.



Кнопка **Save & Exit** (Сохранить и выйти) сохраняет текущий сеанс в Noah или в базу данных OtoAccess® (or to a commonly used XML file when running in standalone mode) и закрывает Suite.



**Toggle Ear** (сменить сторону) переключает с правого уха на левое и наоборот.

**List of Defined Protocols** (список предустановленных протоколов) позволяет выбрать протокол обследования для текущей сессии (подробности вы найдете в "Дополнительной информации").

**Temporary setup** (временные настройки) позволяет вносить временные изменения в выбранный протокол. Изменения действительны только для текущей сессии. После внесения изменений и возвращения в главный экран название протокола будет отмечено звездочкой (\*).

**List of historical sessions** (хронологический список сессий) позволяет выбрать для просмотра предыдущие сессии или текущую сессию (**Current Session**).

Окошко **Historical session (Архивный сеанс)** может быть увеличено перетаскиванием его вниз с помощью мыши или с использованием функции свернуть/развернуть щелчком по клавише со стрелкой.

Выделенный оранжевым цветом сеанс – это выбранный и выведенный на экран сеанс. Проставьте флажок в окошке рядом с датой сеанса, чтобы **перекрыть архивные сеансы** на графике.

**Go to current session** (перейти к текущей сессии) возвращает вас в текущую сессию.

**Probe status** (состояние зонда) представлено в виде цветной полосы с текстовым описанием. Если зонд находится вне уха (**Out of ear**) полоса принимает цвет выбранного уха (синий для левого и красный для правого). Если зонд находится в ухе (**In ear**), цвет полосы зеленый. Если зонд заблокирован (**Blocked**), негерметичен (**Leaking**) или "зашумлен" (**Too Noisy**), цвет полосы желтый. Если зонд не обнаружен (**No probe**), полоса серая. Подробнее о состоянии зонда написано в разделе 3.3.

**Forced Start** (Принудительный пуск) можно использовать для принудительного запуска измерения ОАЕ, если состояние зонда не показывает «в ухе», например, при тестировании пациентов с трубками РЕ. **Forced Start** (Принудительный пуск) можно активировать нажатием на значок или долгим нажатием **Start / Spacebar / button on shoulder box** (Пуск/пробел/кнопка на наплечном блоке) в течение 3 секунд.

Необходимо помнить: при использовании принудительного пуска уровень стимула основывается на значении калибровки зонда в куплере 711 и *не* на индивидуальном объеме уха.

**Summary view** (просмотр сводки) переключает между просмотром только графика и графика с таблицей результатов обследования.




**Monaural/Binaural view** (монауральный/бинауральный просмотр) переключает между просмотром результатов одного уха или обоих ушей.




Кнопка **Report Editor (Редактор отчетов)** открывает отдельное окно для внесения и сохранения комментариев к текущему или прошлому сеансам измерений.



Кнопка **Report editor** (редактор отчетов) открывает отдельное окно для добавления и сохранения примечаний к текущей сессии.



Отметив галочкой окошко **Acceptable noise level Off**, вы отключаете функцию непринятия зашумленного входного сигнала.



Ползунок **Acceptable noise level** позволяет установить допустимый уровень шума (от +30 до +60 дБ УЗД), выше которого запись считается зашумленной.

Волюметр показывает текущий уровень шума. Если он превышает допустимое значение, волюметр становится желтым.



**Pressure indicator** (индикатор давления) показывает, при каком давлении (окружающей среды или пиковом) проводится обследование. Индикатор **Target** показывает, насколько давление отличается от заданного.

**Peak pressure** следует выбрать, если вы хотите зарегистрировать ОАЭ при давлении, соответствующем давлению в среднем ухе. Для этого необходимо предварительно выполнить тимпанометрию с помощью модуля IMP.




**The hardware indication picture** (аппаратная индикация) показывает, подключен ли портативный блок. **Simulation** (Симуляция) отображается, когда активен режим симуляции в демонстрационных целях.



Перед обследованием символ таймера (**Timer**) показывает, через какое время тест ТЕОАЕ автоматически прекратится. Во время обследования таймер ведет обратный отсчет до нуля. Вы можете остановить обратный отсчет, щелкнув по таймеру во время обследования. После этого таймер начнет обычный отсчет, показывая, сколько времени прошло. При этом тест будет продолжаться до тех пор, пока вы не прекратите его вручную.

При отклонении измерения таймер остановит подсчет.


**Artifact rejection** (Подавление артефактов) зависит от настройки **Acceptable Noise Level** (Допустимый уровень шума) и уровня **Level tolerance** (Допуск уровня), заданных в протоколе.



**Список тестов** содержит все тесты, входящие в выбранный протокол. Выполняемый или отображаемый в данный момент тест выделен синим или красным цветом, в зависимости от выбранного уха.



**Галочка** означает, что отмеченный тест запустится при нажатии клавиши **START**. По мере завершения тестов, галочки автоматически снимаются. Вы можете самостоятельно снять галочки с ненужных тестов до нажатия клавиши **START**




**Белая галочка** означает, что по крайней мере часть результатов данного теста сохранена в памяти




Кнопка **Pause** (пауза) становится активной после начала обследования. Она позволяет приостанавливать обследование.



Клавиша **START** (и **STOP**) используется для запуска и остановки выполнения сессии.




На **графике стимула** отображается стимул щелчками, который воздействовал на ухо как функция магнитуды (Па) от времени (мс). Поворачивая колесико мыши, можно масштабировать магнитуду по оси (y).



**График проверки зонда** визуализирует установку зонда в ухо пациента до, во время и после тестирования.

После тестирования отображается корреляционное значение, указывающее на то, насколько эффективно зонд располагался в ухе во время тестирования.



Показаны **response waveform** (кривая ответа), **окно записи** и диапазон **воспроизводимости ответов**.

Стрелками отмечены начало и конец **окна записи**. Область за пределами окна записи отмечена серым цветом. До начала обследования вы можете изменить время начала и конца **окна записи**, переместив соответствующие стрелки с помощью мыши.

**Диапазон воспроизводимости ответов** обозначен **черной линией** на оси X. При расчете **процента воспроизводимости ответа** учитывается только этот диапазон.

Отображенные на графике кривые можно разнести, щелкнув расположенные по концам графика кружки (голубой и фиолетовый) и переместив их мышью.




|     |             |                     |        |
|-----|-------------|---------------------|--------|
| 7.3 | Measured    | 85                  | Sweeps |
|     | Rejected    | 0                   | Sweeps |
|     | Band center | 1.19                | kHz    |
|     | Band start  | 1.00                | kHz    |
|     | Band end    | 1.41                | kHz    |
|     | TE SNR      | 7.3                 |        |
|     | TE level    | 4.97                | dB SPL |
|     | Noise level | -2.29               | dB SPL |
|     | Time used   | 12                  | Sec.   |
|     | Fail reason | Min. sweeps, repro, |        |

При наведении **курсора мыши** на частотный диапазон отображается подробная информация о текущем или завершенном измерении.

**SNR (соотношение сигнал-шум)** отображается для каждого протестированного частотного диапазона и рассчитывается в дБ.


Черный **Флажок «Обнаружен ТЕ»** указывает на то, что отдельное измерение соответствовало заданным для него критериям, однако измерение будет продолжаться, пока не кончится время тестирования или тест не будет завершен вручную.

**Увеличить или уменьшить масштаб** графика можно, наведя на него мышь и вращая **колесо прокрутки**.




Изменить отображение графика ТЕОАЕ можно, щелкнув по нему правой клавишей мыши. Выпадающее меню содержит следующие пункты:


**View** позволяет изменить исходное отображение (**Original**) на **FFT** (быстрое преобразование Фурье), **1/1**, **1/2**, **1/3**, **1/6** и **1/12** октавы.



**Extend test** позволяет продолжить обследование после его автоматического или ручного завершения. Таймер вернется к 0 и продолжит отсчет времени без ограничения. Для прекращения обследования нажмите **Stop**. Продолжение теста возможно только в том случае, если в протоколе не активирована опция PASS/REFER.



**Norm data** позволяет выбрать отображаемые на экране нормативные данные ТЕОАЕ.



Изменить отображение результатов можно, щелкнув по графику **правой клавишей** мыши.

**View buffers A & B** (показать буферы А и В) – вид по умолчанию, представляет собой две наложенные друг на друга усредненные кривые ОАЭ.

**View noise** (показать шум) – показывает кривую шума (Шум = буфер А – буфер В).

**View average** (показать среднее) – показывает среднее значение кривых А и В.

| Test summary             |   |       |  |  |
|--------------------------|---|-------|--|--|
| Average stimulus level   | - |       |  |  |
| Stimulus type            | - |       |  |  |
| Stimulus stability       | - |       |  |  |
| No. of accepted sweeps   | - | (240) |  |  |
| No. of rejected sweeps   | - |       |  |  |
| Response reproducibility | - | (80)  |  |  |
| Total OAE                | - | (0)   |  |  |
| A & B mean               | - |       |  |  |
| A - B diff               | - |       |  |  |
| MEP                      | - |       |  |  |
| No. of detected bands    | - |       |  |  |


Рядом с некоторыми пунктами таблицы **Test summary** (сводка по тесту) показаны **минимальные требования**, определяемые протоколом. Если в процессе обследования минимальные требования были удовлетворены, **цифры в скобках** заменяются на **галочку**.

При тестировании пикового давления значение **MEP** является фактическим давлением испытания, а значение в квадратных скобках — целевое давление от тимпанограммы.

| Band summary       |                      |                   |      |          |
|--------------------|----------------------|-------------------|------|----------|
| Frequency<br>(kHz) | TE level<br>(dB SPL) | Noise<br>(dB SPL) | SNR  | Detected |
| 1.00               | 7.7                  | -5.3              | 13.0 | ✓        |
| 1.50               | 7.3                  | -4.3              | 11.6 | ✓        |
| 2.00               | -2.8                 | -8.9              | 6.1  | ✓        |
| 3.00               | 7.0                  | -6.0              | 13.0 | ✓        |
| 4.00               | 6.2                  | -7.8              | 14.0 | ✓        |

В таблице **Band Summary** (сводка по диапазонам) показаны обследованные частоты (Frequency), уровень эмиссии (TE level), шум (Noise), отношение сигнал-шум (SNR). В столбце **Detected** галочками отмечены частоты, соответствующие критериям, заданным в протоколе.

Значения TE level (Уровень эмиссии), Noise (Шум) и SNR (Отношение сигнал-шум) округляются на основе исходных данных. Следовательно, рассчитанное значение SNR (отношение сигнал-шум) не всегда может быть равно TE level (уровню TE) минус Noise (шум).



Если уровень стимула выходит за пределы, установленные протоколом, на экране появляется диалоговое окно **stimulus levels outside tolerance**.

Попробуйте изменить положение зонда в ухе. После повторного ввода зонда диалоговое окно автоматически пропадает, если стимул возвращается в допустимый диапазон, и тестирование продолжается. Нажмите **Stop**, чтобы остановить тестирование.



**Screening results (Результатами скрининга)** могут быть PASS, REFER или INCOMPLETE (ПРОЙДЕНО, НЕ ПРОЙДЕНО или НЕ ЗАВЕРШЕНО). Данный результат появляется над измерением по мере его появления. Если в окошке "Активировано пройдено/не пройдено" не проставлена галочка для выбранного протокола, надпись не появится.



Статистическая значимость обнаруженного результата зависит от сочетания следующих пользовательских настроек протокола: Test time (Время тестирования), Stimulus level (Уровень стимула), SNR (Отношение сигнал-шум), Recording Window (Окно записи), Min Total OAE (Миним. совокупное OAE), Min Reproducibility (Миним. воспроизводимость), Min TE level (Миним. уровень эмиссии), количество частот для прохождения теста, обязательные для прохождения теста частоты.




### 3.15 Использование ассистента печати

Ассистент печати (Print Wizard) позволяет создавать индивидуализированные шаблоны печати, которые можно связать с отдельными протоколами. Открыть ассистент печати можно двумя способами.

- a. Если вы хотите создать общий шаблон или выбрать один из существующих шаблонов: войдите в **Menu | Print | Print wizard...** в любой вкладке Titan Suite (IMP, DPOAE, TEOAE или ABRIS).
- b. Если вы хотите создать шаблон для конкретного протокола или связать существующий шаблон с конкретным протоколом: откройте вкладку модуля (IMP, DPOAE, TEOAE или ABRIS) в соответствии с выбранным протоколом и войдите в **Menu | Setup | Protocol setup**. Выберите в выпадающем меню нужный протокол, а затем выберите **Print Wizard** внизу окна.

После этого откроется окно **Print Wizard**, содержащее следующую информацию:



1. В разделе **Categories (категории)** вы можете выбрать

12b




- **Templates** (шаблоны) – показывает все доступные шаблоны
  - **Factory defaults** (заводские) – показывает только стандартные шаблоны
  - **User defined** (пользовательские) – показывает только индивидуализированные шаблоны
  - **Hidden** (скрытые) – показывает скрытые шаблоны
  - **My favorites** (избранные) – показывает только шаблоны, отмеченные как "избранные"
2. Шаблоны, соответствующие выбранной категории, отображаются в области просмотра **Templates**.
  3. Заводские шаблоны отмечены значком замка. У вас всегда есть стандартные шаблоны, и вам не обязательно создавать индивидуализированные варианты. Однако, чтобы изменить их в соответствии с вашими предпочтениями, необходимо перезаписать их под другим именем. Вы можете защитить от изменения **пользовательские** шаблоны, щелкнув по шаблону правой клавишей мыши и выбрав **Read-only** в выпадающем списке (появится значок замка).



4. Вы можете снять защиту от изменения с пользовательского шаблона, повторив описанные выше действия.
5. Звездочкой отмечены шаблоны, добавленные в **My favorites** (избранное). Добавление шаблонов в **Избранное** позволяет быстро просматривать наиболее часто используемые шаблоны.
6. Галочкой отмечены шаблоны, связанные с выбранным протоколом (если вы вошли в ассистент печати из модулей **IMP440**, **ABRIS440**, **DPOAE440** или **TEOAE440**).
7. Чтобы открыть новый пустой шаблон, нажмите кнопку **New Template**.
8. Чтобы изменить существующий шаблон, выберите его и нажмите кнопку **Edit Template**.
9. Чтобы удалить существующий шаблон, выберите его и нажмите кнопку **Delete Template**. В открывшемся окне вы должны подтвердить свое желание удалить шаблон.
10. Чтобы скрыть существующий шаблон, выберите его и нажмите кнопку **Hide Template**. Теперь этот шаблон будет виден только после выбора **Hidden** в разделе **Categories**. Чтобы вновь сделать его видимым, выберите **Hidden** в разделе **Categories**, щелкните правой клавишей мыши по нужному шаблону и выберите **View/Show**.
11. Чтобы добавить существующий шаблон в **Избранное**, выберите его и нажмите кнопку **My Favorites**. Теперь его можно быстро найти, выбрав **My Favorites** в разделе **Categories**. Чтобы удалить отмеченный звездочкой шаблон из **Избранного**, выберите его и нажмите кнопку **My Favorites**.
12. Чтобы предварительно просмотреть распечатываемый шаблон, выберите его и нажмите кнопку **Preview**.
13. В зависимости от того, как вы вошли в ассистент печати:
  - a. Нажмите **Print**, чтобы использовать выбранный шаблон для печати.
  - b. Нажмите **Select**, чтобы связать выбранный шаблон с протоколом, из которого вы вошли в ассистент печати.
14. Чтобы выйти из ассистента печати без выбора или изменения шаблона, нажмите **Cancel**.

Щелчок правой клавишей мыши по шаблону открывает выпадающее меню, в котором вы можете выбрать описанные выше опции:



Более подробную информацию о Print Wizard (Мастер печати) см. в документе "Дополнительная информация о Titan".



## 4 Обслуживание

### 4.1 Общие правила обслуживания

Эффективность и безопасность эксплуатации прибора гарантируются только при выполнении следующих рекомендаций по уходу и обслуживанию:

- 1 Для того, чтобы прибор соответствовал акустическим, электрическим и механическим требованиям, он должен проходить ежегодное обслуживание, выполняемое уполномоченным представителем.
- 2 Убедитесь в сохранности изоляции шнура питания и отсутствии механической нагрузки, способной привести к его повреждению.
- 3 Для обеспечения достоверности результатов мы рекомендуем ежедневно контролировать работу прибора, обследуя человека с известными данными. Им может быть сам оператор. В отношении ТЕОАЕ рекомендуется проверять зонд ежедневно для того, чтобы убедиться в нормальной работе зонда перед тестированием пациентов.
- 4 При загрязнении поверхности прибора или его компонентов для очистки можно использовать мягкую ткань, смоченную в слабом растворе воды и моющего средства или аналогичного средства. Пред чисткой отключайте шнур питания и вынимайте аккумулятор; предотвращайте попадание жидкости внутрь прибора или в принадлежности.
- 5 После обследования каждого пациента убедитесь в отсутствии загрязнения деталей, контактирующих с пациентом. Следует соблюдать общие меры по предотвращению передачи инфекции от одного пациента к другому. При загрязнении амбушуров необходимо очистить их, предварительно сняв с преобразователя. Для регулярной чистки пользуйтесь водой, однако при сильном загрязнении может потребоваться использование дезинфицирующего средства. Избегайте использования органических растворителей и ароматических масел.

### 4.2 Правила чистки приборов Interacoustics

При загрязнении поверхности прибора или его деталей, их можно протереть мягкой тканью, смоченной слабым водным раствором средства для мытья посуды. Избегайте использования органических растворителей и ароматических масел. Отключайте шнур USB во время чистки и предотвращайте попадание жидкости внутрь прибора или в принадлежности.



- Перед чисткой необходимо выключить прибор и отсоединить его от источника питания
- Для очистки открытых поверхностей пользуйтесь мягкой тканью, слегка смоченной чистящим раствором
- Не допускайте попадания жидкости на металлические детали внутри телефонов / наушников
- Нельзя подвергать прибор и его принадлежности автоклавированию, стерилизации или погружению в любую жидкость
- Не пользуйтесь твердыми или заостренными предметами для чистки прибора или его принадлежностей
- Перед чисткой не допускайте высыхания деталей, контактировавших с жидкостями
- Резиновые и губчатые ушные вкладыши предназначены для однократного применения

#### Рекомендуемые чистящие и дезинфицирующие растворы:

- Теплый водный раствор мягкого неабразивного моющего средства (мыла)





### **Методика**

- Протрите внешнюю поверхность прибора безворсовой тканью, слегка смоченной моющим раствором
- Протрите амбушюры, кнопку ответа пациента и другие детали безворсовой тканью, слегка смоченной моющим раствором
- Не допускайте попадания влаги на динамики телефонов и аналогичные детали



#### 4.3 Чистка наконечника зонда

**Зонд, Короткий  
удлинительный кабель,  
предварительный усилитель**



1. Открутите колпачок зонда.


2. Снимите наконечник зонда.

3. При использовании зонда с клиническим удлинительным кабелем для доступа и очистки более широких каналов необходимо удалить прокладку изнутри кончика зонда. Для этого можно использовать тонкую иглу. Установите прокладку на место после очистки.

4. Вверните жесткий кончик чистящей щетки в одну из трубок.


5. Полностью протяните чистящую нить через трубочку кончика зонда. Очистите все трубки по необходимости. Выбросьте нить после каждого использования.

**Клинический удлинительный  
кабель**






#### 6. Соберите зонд.



#### Уведомление:

используйте инструмент для очистки основания зонда. Это приведет к повреждению фильтров.



Для обеспечения выполнения точных измерений очень важно постоянно следить за чистотой системы зонда. Для обеспечения точности импедансометрии необходимо поддерживать чистоту зонда. Поэтому воспользуйтесь приведенными ниже иллюстрированными рекомендациями по очистке акустических и воздушных каналов наконечника зонда от серы и других загрязнений.

## 4.4 Информация о ремонте

Interacoustics несет ответственность за соответствие маркировке CE, безопасность, надежность и эффективность оборудования только при соблюдении перечисленных ниже условий:

1. сборка, подключение дополнительных устройств, перенастройка, модификация и ремонт выполняются уполномоченным персоналом
2. проводится ежегодное сервисное обслуживание
3. электрическое оснащение помещения отвечает соответствующим требованиям
4. оборудование используется уполномоченным персоналом в соответствии с документацией, поставляемой Interacoustics

Клиенту следует обращаться к местному дистрибьютору за информацией о возможностях сервисного обслуживания и ремонта, включая обслуживание и ремонт на месте. Важно, чтобы клиент (с помощью местного дистрибьютора) заполнял **RETURN REPORT** (УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ИЗДЕЛИЯ) каждый раз при отправке компонента/изделия на обслуживание или ремонт в компанию Interacoustics.

## 4.5 Гарантия

Компания Interacoustics гарантирует:

- Прибор Titan не имеет дефектов материала и изготовления при нормальном использовании и обслуживании в течение 24 месяцев с даты его поставки первому покупателю компанией Interacoustics
- Принадлежности не имеют дефектов материала и изготовления при нормальном использовании и обслуживании в течение девяноста (90) дней с даты их поставки первому покупателю компанией Interacoustics

Если любая продукция требует обслуживания в течение соответствующего гарантийного срока, покупатель должен напрямую обратиться в местный сервисный центр Interacoustics для определения ремонтного учреждения. Ремонт или замена будет осуществляться за счет Interacoustics, в соответствии с условиями данной гарантии. Продукция, требующая ремонта, должна быть возвращена быстро, в надлежащей упаковке и с предоплаченной транспортировкой. Утрата или повреждение оборудования при обратной доставке в Interacoustics относятся к рискам покупателя.



Компания Interacoustics ни в коем случае не несет ответственность за любой случайный, косвенный или опосредованный ущерб, связанный с покупкой или использованием любой продукции Interacoustics.

Это относится только к первоначальному покупателю. Данная гарантия не распространяется на любых последующих владельцев или держателей продукции. Кроме того, данная гарантия не распространяется на любую продукцию, и Interacoustics не несет ответственности за любые потери, возникающие в связи с приобретением или использованием любой продукции Interacoustics, в следующих случаях:

- осуществление ремонта продукции кем бы то ни было, кроме уполномоченных представителей Interacoustics
  - модификация продукции, приведшая, по мнению Interacoustics, к нарушению ее стабильности и надежности
  - неправильное использование продукции, халатность, несчастный случай, а также изменение, затирание или удаление серийного номера
- использование продукции ненадлежащим образом или использование ее в любой форме, несоответствующей инструкциям Interacoustics

Данная гарантия заменяет собой все другие гарантии, явные или подразумеваемые, и все другие обязательства или формы ответственности Interacoustics. Interacoustics не дает и не предоставляет, прямо или косвенно, право несения ответственности, связанной с продажей продукции Interacoustics, любому представителю или иному субъекту, заявляющему о своем действии от лица компании Interacoustics.

**INTERACOUSTICS ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ.**



## 5 Основные технические характеристики

### 5.1 Аппаратный модуль Titan – Технические характеристики

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Медицинская маркировка CE</b>  | Маркировка CE вместе с символом MD указывает на то, что продукция компании Interacoustics A/S отвечает требованиям Регламента ЕС 2017/745 о медицинских изделиях, приложению I<br>Качество системы было утверждено Институтом стандартов и безопасности Германии (TUV) – идентификационный № 0123. |                                                                                                                       |
| <b>Стандарты</b>                  | <b>Безопасность:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | IEC 60601-1: 2005, с внутренним питанием, детали, контактирующие с пациентом, типа B и BF                             |
|                                   | <b>Электромагнитная совместимость:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | IEC 60601-1-2: 2014                                                                                                   |
|                                   | <b>Импеданс:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IEC 60645-5:2004 /ANSI S3.39, тип 1                                                                                   |
|                                   | <b>Тестовый сигнал:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | IEC 60645-1:2012 /ANSI S3.6 , IEC 60645-3: 2007                                                                       |
|                                   | <b>ОАЭ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IEC 60645-6:2009, TEOAE отоакустические эмиссии типа 1 и 2<br>IEC 60645-6:2009, DPOAE отоакустические эмиссии типа 2  |
|                                   | <b>КСВП:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IEC 60645-7 2009, Тип 2                                                                                               |
|                                   | <b>FIPS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Жалоба согласно FIPS PUB 140-2                                                                                        |
| <b>Базовый блок</b>               | <b>Безопасность:</b><br><b>Питание:</b><br><b>Напряжение и частота сети:</b><br><b>Потребление тока:</b>                                                                                                                                                                                           | IEC 60601-1, Класс II<br>Astrodyne ASA30M-0301 или UE24WCP<br>100 – 240 В переменного тока, 47 – 63 Гц<br>0,8 – 0,4 А |
| <b>Аккумулятор</b>                | <b>Использовать только:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | NP120 или CGA103450                                                                                                   |
| <b>Условия работы</b>             | <b>Температура:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 – 35 °C                                                                                                            |
|                                   | <b>Относительная влажность:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 – 90%                                                                                                              |
|                                   | <b>Давление внешней среды:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98 кПа – 104 кПа                                                                                                      |
|                                   | <b>Время прогрева:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 минута                                                                                                              |
| <b>Транспортировка и хранение</b> | <b>Температура хранения:</b><br><b>Температура транспортировки:</b><br><b>Относ. влажность:</b>                                                                                                                                                                                                    | 0 – 50°C<br>от -20 до 50 °C<br>10 – 95%                                                                               |



| <b>Система импедансометрии</b>                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Зондирующий тон</b>                                     | <b>Частота:</b>                                                                                                                    | Классическая тимпанометрия: 226 Гц, 678 Гц, 800 Гц, 1000 Гц; чистый тон; АРУ для защиты от избыточной громкости в маленьких слуховых проходах.<br>Широкополосная тимпанометрия: 226 – 8000 Гц широкополосный стимул, 21,5/с<br>Широкополосная тимпанометрия: 226 Гц – 8000 Гц; широкополосный стимул. |
|                                                            | <b>Уровень:</b>                                                                                                                    | 226 Гц: 85 дБ УЗД ( $\approx$ 69 дБ ПС)<br>Широкополосная тимпанометрия: 96 дБ пЭУЗД (дети) / 100 дБ пЭУЗД (взрослые). (100 дБ пЭУЗД $\approx$ 65 дБ нПС)                                                                                                                                             |
| <b>Давление воздух</b>                                     | <b>Управление:</b><br><b>Индикатор:</b><br><b>Диапазон:</b><br><b>Ограничение давления:</b><br><b>Скорость изменения давления:</b> | Автоматическое.<br>Измеренное значение отображается на графическом дисплее.<br>От -600 до +300 даПа.<br>-750 даПа и +550 даПа.<br>Минимальная, средняя, максимальная или автоматическая с минимальной скоростью в области пика податливости. Задается в настройках.                                   |
| <b>Податливость</b>                                        | <b>Диапазон:</b>                                                                                                                   | От 0,1 до 8,0 мл при частоте зондирующего тона 226 Гц (Объем уха: от 0,1 до 8,0 мл) и от 0,1 до 15 мМо при частотах зондирующего тона 678, 800 и 1000 Гц.                                                                                                                                             |
| <b>Типы тестов</b>                                         | <b>Тимпанометрия:</b>                                                                                                              | Автоматическая, начальное и конечное давление может быть запрограммировано пользователем в настройках.<br>Ручное управление всеми функциями.                                                                                                                                                          |
|                                                            | <b>Функция слуховой трубы 1 – Неперфорированная барабанная перепонка:</b>                                                          | Тест Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            | <b>Функция слуховой трубы 2 – Перфорированная барабанная перепонка:</b>                                                            | Тест Toynbee                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | <b>Функция слуховой трубы 3 – Зияющая слуховая труба:</b>                                                                          | Непрерывное высокочувствительное измерение импеданса в течение 30-150 с.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Индикаторы</b>                                          | <b>Графический дисплей:</b>                                                                                                        | Податливость указана в мл, давление – в даПа. В ПК-контролируемом режиме можно распечатать полную проводимость, а также реактивный и кондуктивный компоненты.<br>Уровень стимуляции указан в дБ ПС..                                                                                                  |
| <b>Память</b>                                              | <b>Тимпанометрия:</b>                                                                                                              | По 1 кривой на каждое ухо в каждом тесте тимпанометрии. По 3 кривые на каждое ухо в каждом тесте функции слуховой трубы.<br>Теоретически неограниченное число тестов в пределах каждого протокола.                                                                                                    |
| Расхождений между статическим и динамическим режимами нет. |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Рефлексометрия    |                                     |                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Источники сигнала | Тон - Контра, Рефлекс:              | 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц.                                                                                          |
|                   | Тон - Ипси, Рефлекс:                | 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Гц.                                                                                                           |
|                   | Узкополосный шум - Контра, Рефлекс: | 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц.                                                                                          |
|                   | Узкополосный шум - Ипси, Рефлекс:   | 1000, 2000, 3000, 4000 Гц.                                                                                                                |
|                   | Шум - Контра, Рефлекс:              | Широкополосный, Высокочастотный, Низкочастотный.                                                                                          |
|                   | Шум - Ипси, Рефлекс:                | Широкополосный, Высокочастотный, Низкочастотный.                                                                                          |
|                   | Длительность стимула:               | 750 ms (continuous) 1500 мс (с пульсацией)                                                                                                |
| Выходы            | Контралатеральный телефон:          | наушник TDH39, наушник DD45, и/или E-A-RTONE 3A/IP30 для измерений рефлекса.                                                              |
|                   | Ипсилатеральный телефон:            | Телефон зонда, входящий в систему зонда, для регистрации рефлекса.                                                                        |
|                   | Воздух:                             | Подключение воздушной системы к зонду.                                                                                                    |
| Типы тестов       | Ручная рефлексометрия:              | Ручное управление всеми функциями.                                                                                                        |
|                   | Автоматическая рефлексометрия:      | Автоматическая рефлексометрия: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отдельные интенсивности</li> <li>- Нарастание рефлекса</li> </ul> |
|                   | Распад рефлекса:                    | Автоматически, 10 дБ над порогом, или вручную, длительность стимуляции от 10 до 30 с.                                                     |
|                   | Латентность рефлекса:               | Автоматически, первые 300 мс от начала стимуляции.                                                                                        |

| Скрининг КСВП у новорожденных          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предусилитель                          | Одноканальный:                   | 3 электрода. 50 см<br>Переключаемый: ПО автоматически переключает электрод для сосцевидного отростка и заземляющий электрод, если используется монтаж сосцевидного отростка. Пользователю не нужно изменять электроды во время тестирования. |
|                                        | Усиление:                        | 58 дБ                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | Частотный отклик:                | 0,5 - 5000 Гц                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | Шум:                             | <25 нВ/√Гц                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | Отношение CMR:                   | >90 дБ.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | Макс. сдвиг входного напряжения: | 2,5 В                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | Входное сопротивление:           | >= 10 МОм/ =< 300 пФ                                                                                                                                                                                                                         |
| Измерение электрического сопротивления | Питание:                         | Изолированный источник питания                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Частота измерения:               | 33 Гц                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | Форма стимула:                   | Прямоугольный                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | Ток измерения:                   | 11,25 мкА                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Диапазон:                        | 0,5 кОм – 25 кОм ± 10 %                                                                                                                                                                                                                      |



|                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стимуляция</b>                       | <b>Стимулы:</b>                                                      | Диапазон щелчка (200 Гц -11 кГц)<br>Диапазон CE-Chirp® (200 Гц – 11 кГц)<br>Диапазон HiLo CE-Chirp® (Lo – до1,5 кГц) & (Hi – свыше 1,5 кГц)                                             |
|                                         | <b>Частота предъявления:</b>                                         | 90 Гц                                                                                                                                                                                   |
|                                         | <b>Преобразователи: (Калиброванные в соответствии со стандартом)</b> | Е-А-RTONE ABR вставной наушник<br>Е-А-RTONE ABR для EarCup<br>IP30 ABR вставка телефона<br>IP30 ABR для EarCup<br>Наушник TDH 39 или DD45 (Статическая сила: 4,5 Н ± 0,5 Н)<br>Зонд IOW |
|                                         | <b>Каналы:</b>                                                       | 2                                                                                                                                                                                       |
|                                         | <b>Уровень:</b>                                                      | 30 дБ нПС, 35 дБ нПС, 40 дБ нПС                                                                                                                                                         |
|                                         | <b>Ширина диапазона:</b>                                             | 22,05 кГц                                                                                                                                                                               |
| <b>Регистрация</b>                      | <b>Время анализа:</b>                                                | 1-10 мин или Остаточный шум 5-80 нВ                                                                                                                                                     |
|                                         | <b>Разрешение АЦП:</b>                                               | 24 бит                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Система устранения артефактов:</b>                                | Уровень устранения (Пик, среднеквадратичный минимум, среднеквадратичный максимум) и Обрезание (Насыщение)                                                                               |
|                                         |                                                                      | Уровень и тип стимула, датчик, уровень отклонения, импедансы электродов, шум электроэнцефалограммы, представление в виде столбиковой диаграммы или кривой, время теста.                 |
| <b>Алгоритмическая чувствительность</b> | <b>CE-Chirp®:</b>                                                    | 99,9%                                                                                                                                                                                   |

|                             |                                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ДРОАЕ (ПАОАЭ, ОАЭПИ)</b> |                                       |                                                                                                                                           |
| <b>Стимул</b>               | <b>Частотный диапазон:</b>            | От 500 до 10000 Гц                                                                                                                        |
|                             | <b>Номинальная частота:</b>           | f2                                                                                                                                        |
|                             | <b>Шаг частоты:</b>                   | 1 Гц                                                                                                                                      |
|                             | <b>Уровень:</b>                       | От 30 до 80 дБ УЗД (75 дБ УЗД для 6 кГц и 65 дБ УЗД для 8-10 кГц)                                                                         |
|                             | <b>Шаг уровня:</b>                    | 1 дБ                                                                                                                                      |
|                             | <b>Преобразователь:</b>               | Зонд IOW Probe (автоопределение, автокалибровка)                                                                                          |
| <b>Регистрация</b>          | <b>Время анализа:</b>                 | от 1 секунды до неограниченного времени                                                                                                   |
|                             | <b>Разрешение АЦП:</b>                | 24 бит, разрешение 5,38 Гц                                                                                                                |
|                             | <b>Система устранения артефактов:</b> | От -30 до +30 дБ УЗД или выключена                                                                                                        |
|                             | <b>Допуск стимула:</b>                | Настраиваемый между 1 и 10 дБ                                                                                                             |
|                             | <b>Критерии ОСШ:</b>                  | Настраиваемые между 3 и 25 дБ                                                                                                             |
|                             | <b>Критерии DP:</b>                   | SNR, уровень Min DP, допуск DP, остаточный шум, обязательные точки, надежность DP                                                         |
|                             | <b>Окно проверки зонда:</b>           | 256 точек частотной характеристики слухового прохода в ответ на щелчок.                                                                   |
|                             | <b>Окно DP:</b>                       | 4096 точек частотной характеристики                                                                                                       |
|                             | <b>Метод усреднения:</b>              | Усреднение методом Байесовского оценивания                                                                                                |
|                             | <b>Остаточный шум:</b>                | Измерение усредненного среднеквадратичного значения в частотной области DP (26 бин на частотах < 2500 Гц и 60 бин на частотах ≥ 2500 Гц). |

|                |                           |                                                                                                |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дисплей</b> | <b>Прочая информация:</b> | В статусе уха (до/после теста), уровень отклонения шума, пиковое давление барабанной перепонки |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                     |                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                         | Базовый или продвинутый вид DP-граммы, сводная таблица тестов, сводная таблица точек                                                  |
| <b>Характеристики зонда</b>         | <b>Зонд Titan IOWA:</b> | Клинический удлинительный кабель с зондом IOWA. Автоматическая детекция и автоматическая калибровка. Пригодность к IMP, DPOAE и TEOAE |
|                                     |                         | Сменный наконечник зонда                                                                                                              |
| <b>Давление в ходе обследования</b> |                         | Атмосферное давление<br>Пиковое давление барабанной перепонки (от модуля IMP)                                                         |

Система Titan с DPOAE440 использует улучшенный метод контроля уровня стимулов, который более точно обеспечивает указанную интенсивность в слуховом канале для людей любого возраста — от младенцев до взрослых. На данный момент стандарт IEC 60645-6 применим только ко взрослым. Таким образом, чтобы предоставить на рынок продукт, обеспечивающий наиболее точный уровень стимулов для широкого спектра пользователей с различным размером слухового канала (особенно у младенцев), мы решили использовать наиболее полную процедуру калибровки для DPOAE, которая выходит за рамки действия IEC 60645-6, для некоторых протоколов.

Этот улучшенный метод контроля стимулов включается при постановке флажка «Use Microphone compensation» (Использовать компенсацию микрофона). Чтобы использовать метод калибровки согласно стандарту IEC60645-6, уберите флажок «Use Microphone compensation» (Использовать компенсацию микрофона) во вкладке «Advanced» (Расширенные настройки) протокольной настройки.



| <b>ТЕОАЕ (ЗВОАЭ)</b>                |                                       |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стимул</b>                       | <b>Диапазон частот:</b>               | От 500 до 5500 Гц                                                                                                                     |
|                                     | <b>Шаг частоты:</b>                   | 1 Гц (пользовательские диапазоны)                                                                                                     |
|                                     | <b>Тип стимула:</b>                   | Линейный и нелинейный (в соответствии с IEC 60645-3)                                                                                  |
|                                     | <b>Уровень:</b>                       | От 30 до 90 дБ пЭУЗД, калиброван от пика до пика, контроль АРУ                                                                        |
|                                     | <b>Шаг уровня:</b>                    | 1 дБ                                                                                                                                  |
|                                     | <b>Частота предъявления:</b>          | 43,5 – 80 Гц                                                                                                                          |
|                                     | <b>Допуск стимула:</b>                | Настраиваемый между 1 и 3 дБ                                                                                                          |
|                                     | <b>Преобразователь:</b>               | 30 секунд - 30 минут или 300 - 30 000 разверток                                                                                       |
| <b>Регистрация</b>                  | <b>Время анализа:</b>                 | От 5 секунд до 30 минут                                                                                                               |
|                                     | <b>Разрешение АЦП:</b>                | 24 бит                                                                                                                                |
|                                     | <b>Система устранения артефактов:</b> | От 0 до +60 дБ SPL                                                                                                                    |
|                                     | <b>Критерии ОСШ:</b>                  | Настраиваемые между 5 и 25 дБ                                                                                                         |
|                                     | <b>Критерии ТЕОАЕ:</b>                | SNR, мин. свипы, мин. общая ОАЕ, мин. уровень ТЕ, обязательные диапазоны                                                              |
| <b>Отображение</b>                  | <b>Временное окно стимула:</b>        | 128 точек мгновенной регистрации первого щелчка в последовательности щелчков                                                          |
|                                     | <b>Окно проверки зонда:</b>           | 256 точек частотной характеристики слухового прохода в ответ на щелчок                                                                |
|                                     | <b>Метод усреднения:</b>              | Усреднение методом Байесовского оценивания                                                                                            |
|                                     | <b>Временное окно записи:</b>         | 4–23 мс (макс). A and B buffer time-samples @ sampling rate 11025 Hz                                                                  |
|                                     | <b>Окно частотной характеристики:</b> | 256 точек частотной характеристики, интервал 43 Гц                                                                                    |
|                                     | <b>Остаточный шум:</b>                | Значение RMS для каждой полосы октавы на основании среднего значения Байесовского оценивания для определенного периода времени ОАЕ    |
|                                     | <b>Другая информация:</b>             | В статусе уха (активном до, в течение и после теста), уровень отклонения шума, пиковое давление барабанной перепонки                  |
| <b>Характеристики зонда</b>         |                                       | Базовый или продвинутый вид, вид FFT, сводная таблица тестов, сводная таблица диапазонов                                              |
|                                     | <b>Зонд Titan IOWA:</b>               | Клинический удлинительный кабель с зондом IOWA. Автоматическая детекция и автоматическая калибровка. Пригодность к IMP, DPOAE и ТЕОАЕ |
| <b>Давление в ходе обследования</b> |                                       | Атмосферное давление<br>Пиковое давление барабанной перепонки (от модуля IMP)                                                         |



| Общие характеристики                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление ПК                                           | USB:                | <p>Устройством Titan можно полностью управлять с ПК через USB соединение.</p> <p>Данные можно хранить на устройстве в портативном режиме, а также переносить их и сохранять на ПК в базе данных (OtoAccess® или Noah) через USB.</p>                      |
|                                                         | Беспроводная связь: | <p>Устройством Titan можно полностью управлять с ПК через беспроводное соединение.</p> <p>Данные можно хранить на устройстве в портативном режиме, а также переносить их по беспроводной связи и сохранять на ПК в базе данных (OtoAccess® или Noah).</p> |
| Память                                                  |                     | <p>Устройство Titan оснащено встроенной картой памяти на 8 ГБ.</p> <p>Объем хранения на ПК ограничен размером базы данных (OtoAccess® или Noah).</p> <p>На устройстве рекомендуется хранить максимум 250 клиентов.</p>                                    |
| Термопринтер (опция)                                    | Тип:                | Термопринтер с бумагой для записи в рулонах. Печать по команде на беспроводном принтере.                                                                                                                                                                  |
|                                                         | Ширина бумаги:      | 57,5 ± 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | Время печати:       | Время печати зависит от размеров используемого протокола. Для распечатки 2 тимпанограмм и 8 рефлексов требуется около 6 с.                                                                                                                                |
| Интерфейс пользователя                                  | Тип экрана:         | TFT со светодиодной подсветкой                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | Размер дисплея:     | 3,4 x 4,5 см / 1,3 x 1,7 дюйма                                                                                                                                                                                                                            |
| Размеры                                                 |                     | 6 x 6 x 28 см                                                                                                                                                                                                                                             |
| Вес прибора Titan                                       |                     | 360 г                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вес предусилителя                                       |                     | 120 г                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Габариты предусилителя                                  |                     | 10,2 x 6,8 x 2,6 см                                                                                                                                                                                                                                       |
| Длина короткого удлинительного кабеля                   |                     | 40 см / 15,7 дюйма                                                                                                                                                                                                                                        |
| Масса наплечного блока длинного удлинительного кабеля   |                     | 66 г / 0,14 фунта                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размеры наплечного блока длинного удлинительного кабеля |                     | 9,5 x 4,5 x 2,2 см / 3,7 x 1,8 x 0,8 дюйма                                                                                                                                                                                                                |
| Длина длинного удлинительного кабеля                    |                     | 234 см / 92 дюйма                                                                                                                                                                                                                                         |



таблица 1: Диапазоны частоты и интенсивности IMP440

| Titan Maximums IMP      |                |                  |                   |                  |                |                  |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Центр.<br>част.<br>[Гц] | TDH39          |                  | E-A-RTONE 3A/IP30 |                  | IOW IPSI       |                  | DD45           |                  |
|                         | Показание      |                  | Показание         |                  | Показание      |                  | Показание      |                  |
|                         | Тон<br>[дБ ПС] | УП шум<br>дБ ПС] | Тон<br>[дБ ПС]    | УП шум<br>дБ ПС] | Тон<br>[дБ ПС] | УП шум<br>дБ ПС] | Тон<br>[дБ ПС] | УП шум<br>дБ ПС] |
| 125                     | 80             | 65               | 100               | 85               | 70             | 60               | 80             | 65               |
| 250                     | 100            | 85               | 110               | 100              | 85             | 75               | 100            | 85               |
| 500                     | 120            | 100              | 115               | 105              | 100            | 85               | 115            | 100              |
| 750                     | 120            | 105              | 120               | 110              | 100            | 85               | 120            | 105              |
| 1000                    | 120            | 105              | 120               | 110              | 105            | 90               | 120            | 105              |
| 1500                    | 120            | 105              | 120               | 110              | 110            | 90               | 115            | 100              |
| 2000                    | 120            | 105              | 120               | 110              | 105            | 90               | 115            | 100              |
| 3000                    | 120            | 105              | 120               | 110              | 95             | 90               | 125            | 105              |
| 4000                    | 120            | 105              | 120               | 105              | 100            | 90               | 115            | 105              |
| 6000                    | 120            | 100              | 105               | 100              | 85             | 80               | 110            | 90               |
| 8000                    | 105            | 95               | 90                | 85               | 80             | 75               | 105            | 95               |
| 10000                   |                |                  |                   |                  |                |                  |                |                  |
| Бел. шум                | -              | 120              | -                 | 120              | -              | 105              | -              | 125              |
| НЧ шум                  | -              | 120              | -                 | 120              | -              | 110              | -              | 120              |
| ВЧ шум                  | -              | 120              | -                 | 120              | -              | 105              | -              | 130              |

Таблица 2: Диапазоны частоты и интенсивности DPOAE440

| Titan Maximums DPOAE    |                     |                    |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Центр.<br>част.<br>[Гц] | IOW IPSI<br>Reading | IOW ch2<br>Reading |
|                         | Показание           | Показание          |
|                         | [дБ УЗД]            | [дБ УЗД]           |
|                         |                     |                    |
|                         |                     |                    |
| 500                     | 80                  | 80                 |
| 750                     | 80                  | 80                 |
| 1000                    | 80                  | 80                 |
| 1500                    | 80                  | 80                 |
| 2000                    | 80                  | 80                 |
| 3000                    | 80                  | 80                 |
| 4000                    | 80                  | 80                 |
| 6000                    | 75                  | 75                 |
| 8000                    | 65                  | 65                 |
| 10000                   | 65                  | 65                 |

#### Titan Maximums TEOAE

Максимальная интенсивность щелчка для TEOAE: 90 дБ пэУЗД.

#### Titan Maximums ABRIS

Максимальные уровни ABRIS для щелчков и стимулов CE-Chirp ограничены 30, 35 и 40 дБ нПС для всех преобразователей.



## Спецификация разъемов входа/выхода

| Входы                       | Тип разъема                               | Электрические свойства                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнопка ответа пациента      | Джек, 3,5 мм, 4-контактный                | Ручной переключатель:<br>Контакт 1: Земля<br>Контакт 2: Сигнал<br>Контакт 3: Не используется<br>Контакт 4: Не используется                                              | 3 В через 10 кОм, принудительное заземление при активации                                                                                                                                                                             |
| <b>Выходы</b>               |                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Телефоны, Левый/Правый      | Джек, 3,5 мм, 4-контактный                | Напряжение:<br>Мин. сопротив. нагрузки:<br>Контакт 1: CH1 Земля<br>Контакт 2: CH1 Выход (лев)<br>Контакт 3: CH2 Выход (прав)<br>Контакт 4: CH1 Земля                    | До 3 В при нагрузке 10 Ом<br>8 Ом, Контакт 3:                                                                                                                                                                                         |
| Телефоны, контралатеральные | Джек, 3,5 мм, 4-контактный                | Напряжение:<br>Мин. сопротив. нагрузки:<br>Контакт 1: CH1 Земля<br>Контакт 2: CH1 Выход (лев)<br>Контакт 3: CH2 Выход (прав)<br>Контакт 4: CH1 Земля                    | До 3 В при нагрузке 10 Ом<br>8 Ом, Контакт 3:                                                                                                                                                                                         |
| Преобразователь             | IA собственной конструкции, 12-контактный | Контакт 1:<br>Контакт 2:<br>Контакт 3:<br>Контакт 4:<br>Контакт 5:<br>Контакт 6:<br>Контакт 7:<br>Контакт 8:<br>Контакт 9:<br>Контакт 10:<br>Контакт 11:<br>Контакт 12: | CH1 Выход<br>CH1 Земля<br>DGND<br>Земля A / Земля микрофона<br>Микр. – вход / Аналог. сбаланс. вход<br>Микр. + вход / Аналог. сбаланс. вход<br>Питание +3/+5 В<br>CH2 Выход<br>CH2 Земля<br>I2C часы<br>I2C данные<br>I2C прерыватель |
| <b>Вход/выход данных</b>    |                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| USB                         | USB тип "B"                               | Порт USB для связи                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |



## Калибровочные характеристики

|                                        |                                               |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Калиброванные преобразователи</b>   | Контралатеральный телефон:                    | TDH39 или DD45 со статической силой $4.5N \pm 0.5N$ and/or E-A-RTONE 3A/IP30                                                                                       |
|                                        | Система зонда:                                | Ипсилатеральный телефон: интегрирован в систему зонда<br>Приемник/передатчик зондирующей частоты и преобразователь давления интегрированы в систему зонда          |
| <b>Точность</b>                        | Общая:                                        | В целом прибор изготовлен и калиброван в соответствии с допусками действующих стандартов (или лучше):                                                              |
|                                        | Частоты рефлекса:                             | $\pm 1\%$                                                                                                                                                          |
| <b>Управление презентацией стимула</b> | Уровни тона контралат. рефлекса и аудиометра: | $\pm 3$ дБ для 250-4000 Гц и $\pm 5$ дБ для 6000-8000 Гц                                                                                                           |
|                                        | Уровни тона ипсилат. рефлекса:                | $\pm 5$ дБ для 500-2000 Гц и $\pm 5/-10$ дБ для 3000-4000 Гц                                                                                                       |
|                                        | Уровни DPOAE                                  | $\pm 1,5$ дБ для 1000-4000 Гц и $\pm 3$ дБ вне диапазона                                                                                                           |
|                                        | Уровни TEOAE:                                 | 2 дБ для стимула щелчком                                                                                                                                           |
|                                        | Уровни ABRIS:                                 | 2 дБ для всех типов стимулов                                                                                                                                       |
|                                        | Измерение давления :                          | $\pm 5\%$ или $\pm 10$ даПа, что больше<br>5% или 0,1 мл, в зависимости от того, что окажется больше                                                               |
|                                        | Измерен. податливости:                        | $\pm 5\%$ или $\pm 0,1$ мл, что больше                                                                                                                             |
|                                        | Рефлексы:                                     | Соотношение ON-OFF = $\geq 70$ дБ<br>Время нарастания = 27 мс<br>Время спада = 24,6 мс<br>Взвешенный SPL (уровень звукового давления) в режиме Off (Выкл.) = 31 дБ |



## Калибровочные характеристики импеданса

|                        |                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Зондирующий тон</b> | Частоты:                           | 226 Гц $\pm$ 1%, 678 Гц $\pm$ 1%, 800 Гц $\pm$ 1%, 1000 Гц $\pm$ 1%                                                                                                                                           |
|                        | Уровень:                           | 85 дБ УЗД $\pm$ 1,5 дБ в камере акустического сопряжения IEC 60318-5. Уровень постоянен для всех объемов в пределах диапазона измерения.                                                                      |
| <b>Податливость</b>    | Искажения:                         | Макс. 1% THD                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Диапазон:                          | От 0,1 до 8,0 мл                                                                                                                                                                                              |
|                        | Температурн. зависимость:          | -0,003 мл/°C                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Зависимость от давления:           | -0,00020 мл/даПа                                                                                                                                                                                              |
|                        | Чувствительн. рефлекса:            | Мин. определяемое изменение объема 0,001 мл                                                                                                                                                                   |
|                        | Уровень артефакта рефлекса:        | $\geq$ 95 дБ давления звука (измеренного в камере акустического сопряжения 711, 0,2 мл, 0,5 мл, 2,0 мл и 5,0 мл для полостей с твердыми стенками).                                                            |
|                        | Временные характеристики рефлекса: | Начальная задержка = 35 мс ( $\pm$ 5 мс)<br>Время нарастания = 45 мс ( $\pm$ 5 мс)<br>Конечная задержка = 35 мс ( $\pm$ 5 мс)<br>Время спада = 45 мс ( $\pm$ 5 мс)<br>Проскок = макс. 1%<br>Провал = макс. 1% |
| <b>Давление</b>        | Диапазон:                          | В настройках можно выбрать значения от -600 до +300 даПа                                                                                                                                                      |
|                        | Пределы безопасности:              | -750 даПа и +550 даПа, $\pm$ 50 даПа                                                                                                                                                                          |



## Стандарты калибровки и спектральные характеристики рефлекса:

|                                  |                                                                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общие</b>                     | Характеристики стимула и аудиометрических сигналов соответствуют стандарту IEC 60645-5 |                                                                                                                       |
| <b>Контралатеральный телефон</b> | Чистый тон:                                                                            | ISO 389-1 для TDH39/DD45                                                                                              |
|                                  | Широкополосный шум (WB):                                                               | Стандарт Interacoustics<br>Аналогично “Широкополосному шуму” в стандарте IEC 60645-5, но нижняя частота среза 500 Гц. |
|                                  | – Спектральные характеристики:                                                         |                                                                                                                       |
|                                  | Низкочастотный шум (LP):                                                               | Стандарт Interacoustics<br>Равномерный от 500 Гц до 1600 Гц, $\pm 5$ дБ отн. уровня 1000 Гц                           |
| <b>Ипсилатеральный телефон</b>   | – Спектральные характеристики:                                                         |                                                                                                                       |
|                                  | Высокочастотный шум (HP):                                                              | Стандарт Interacoustics<br>Равномерный от 1600 Гц до 10 кГц, $\pm 5$ дБ отн. уровня 1000 Гц                           |
|                                  | – Спектральные характеристики:                                                         |                                                                                                                       |
|                                  | Чистый тон:                                                                            | Стандарт Interacoustics                                                                                               |
|                                  | Широкополосный шум (WB):                                                               | Стандарт Interacoustics<br>Аналогично “Широкополосному шуму” в стандарте IEC 60645-5, но нижняя частота среза 500 Гц. |
|                                  | – Спектральные характеристики:                                                         |                                                                                                                       |
|                                  | Низкочастотный шум (LP):                                                               | Стандарт Interacoustics<br>Равномерный от 500 Гц до 1600 Гц, $\pm 10$ дБ отн. уровня 1000 Гц                          |
|                                  | – Спектральные характеристики:                                                         |                                                                                                                       |
|                                  | Высокочастотный шум (HP):                                                              | Стандарт Interacoustics<br>Равномерный от 1600 Гц до 4000 Гц, $\pm 10$ дБ отн. уровня 1000 Гц                         |
|                                  | – Спектральные характеристики:                                                         |                                                                                                                       |
|                                  | Общее замечание, касающееся уровней сигнала:                                           | Реальный уровень звукового давления у барабанной перепонки зависит от объема уха. Подробнее см. Таблицу 3.            |

Риск возникновения артефактов при измерении рефлекса на высоких уровнях стимуляции минимален и не приведет к активации системы обнаружения рефлекса



Таблица 3: Эталонные значения для калибровки стимула (импеданс)

|       | Част.            | Контрольные значения для калибровки стимула<br>[дБ отн. 20 мкПа] |                                           |  |                                         |                            |                            |                            |                                                                                         | Вариация<br>уровней ипси-<br>стимула для<br>разных<br>объемов<br>слухового<br>прохода<br>Относительно<br>калибровки,<br>выполненной в<br>камере<br>сопряжения<br>IEC 126<br>[дБ] |      | Величины<br>аттенуаци<br>и звука для<br>телефонов<br>TDH39 при<br>использо-<br>вании<br>амбушю-<br>ров<br>MX41/AR<br>или PN51<br>[дБ] |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  | ISO 389-1<br>(Стандарт<br>Interacoustics)                        | ISO 389-2<br>(Стандарт<br>Interacoustics) |  | ISO 389-1<br>Стандарт<br>Interacoustics | Стандарт<br>Interacoustics | Стандарт<br>Interacoustics | Стандарт<br>Interacoustics | ISO 389-4<br>(ISO 8798)                                                                 | 0,5 мл                                                                                                                                                                           | 1 мл |                                                                                                                                       |
|       | [Гц]             | TDH39                                                            | EARtone 3A /<br>IP30                      |  | DD45                                    | Стереотелефоны             | Зонд IOW                   | Зонд IOW/IOWA УП           | Значения<br>корректировки<br>стимула<br>NB<br>(за<br>исключение<br>м зонда<br>IOW/IOWA) |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |
| УЗД   | 125              | 45                                                               | 26                                        |  | <b>47,5</b>                             |                            | <b>41</b>                  | <b>43,5</b>                | 4                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |      | 3                                                                                                                                     |
|       | 250              | 25,5                                                             | 14                                        |  | <b>27</b>                               |                            | <b>24,5</b>                | <b>26,5</b>                | 4                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |      | 5                                                                                                                                     |
|       | 500              | 11,5                                                             | 5,5                                       |  | <b>13</b>                               |                            | <b>9,5</b>                 | <b>17</b>                  | 4                                                                                       | 9,7                                                                                                                                                                              | 5,3  | 7                                                                                                                                     |
|       | 1000             | 7                                                                | 0                                         |  | <b>6</b>                                |                            | <b>6,5</b>                 | <b>10,5</b>                | 6                                                                                       | 9,7                                                                                                                                                                              | 5,3  | 15                                                                                                                                    |
|       | 1500             | 6,5                                                              | 2                                         |  | <b>8</b>                                |                            | <b>5</b>                   | <b>12</b>                  | 6                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |      | 21 (1600 Гц)                                                                                                                          |
|       | 2000             | 9                                                                | 3                                         |  | <b>8</b>                                |                            | <b>12</b>                  | <b>11</b>                  | 6                                                                                       | 11,7                                                                                                                                                                             | 3,9  | 26                                                                                                                                    |
|       | 3000             | 10                                                               | 3,5                                       |  | <b>8</b>                                |                            | <b>11</b>                  | <b>11</b>                  | 6                                                                                       | -0,8                                                                                                                                                                             | -0,5 | 31 (3150 Гц)                                                                                                                          |
|       | 4000             | 9,5                                                              | 5,5                                       |  | <b>9</b>                                |                            | <b>3,5</b>                 | <b>8</b>                   | 5                                                                                       | -1,6                                                                                                                                                                             | -0,8 | 32                                                                                                                                    |
|       | 6000             | 15,5                                                             | 2                                         |  | <b>20,5</b>                             |                            | <b>3</b>                   | <b>5,5</b>                 | 5                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |      | 26 (6300 Гц)                                                                                                                          |
|       | 8000             | 13                                                               | 0                                         |  | <b>12</b>                               |                            | <b>-5</b>                  | <b>-0,5</b>                | 5                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |      | 24                                                                                                                                    |
|       | ШП               | <b>-8</b>                                                        | <b>-5</b>                                 |  | <b>-8</b>                               |                            | <b>-5</b>                  |                            |                                                                                         | 7,5                                                                                                                                                                              | 3,2  |                                                                                                                                       |
|       | НЧ               | <b>-6</b>                                                        | <b>-7</b>                                 |  | <b>-6</b>                               |                            | <b>-7</b>                  |                            |                                                                                         | 8,0                                                                                                                                                                              | 3,6  |                                                                                                                                       |
|       | ВЧ               | <b>-10</b>                                                       | <b>-8</b>                                 |  | <b>-10</b>                              |                            | <b>-8</b>                  |                            |                                                                                         | 3,9                                                                                                                                                                              | 1,4  |                                                                                                                                       |
| пЗУЗД | CE-Chirp         | <b>27,5</b>                                                      | <b>31,5</b>                               |  | <b>26</b>                               | <b>58,5</b>                | <b>32</b>                  |                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |
|       | CE-Chirp Низкий  | <b>26,5</b>                                                      | <b>26,5</b>                               |  | <b>25,5</b>                             | <b>50</b>                  | <b>27,5</b>                |                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |
|       | CE-Chirp Высокий | <b>28</b>                                                        | <b>31</b>                                 |  | <b>28</b>                               | <b>58</b>                  | <b>32</b>                  |                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |
|       | Щелчок           | <b>30,5</b>                                                      | <b>35</b>                                 |  | <b>32,5</b>                             | <b>61,5</b>                | <b>33,5</b>                |                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |

\*Все выделенные жирным шрифтом цифры относятся к стандарту Interacoustics.



Таблица 4: Эталонные значения для калибровки стимула (ABR)

|                       | Стимул            | Эталонные значения для калибровки стимула<br>[дБ отн. 20 $\mu$ Па] |                             |      |                             |          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|----------|
|                       |                   | Стандартные значения Interacoustics                                |                             |      |                             |          |
|                       |                   | TDH39                                                              | Вставки E-A-RTONE ABR /IP30 | DD45 | E-A-RTONE ABR /IP30 EarCups | Зонд IOW |
| p <sub>e</sub> RETSPL | CE-Chirp®         | 27,5                                                               | 31,5                        | 26   | 58,5                        | 32       |
|                       | CE-Chirp® Низкий  | 26,5                                                               | 26,5                        | 25,5 | 50                          | 27,5     |
|                       | CE-Chirp® Высокий | 28                                                                 | 31                          | 28   | 58                          | 32       |
|                       | Щелчок            | 30,5                                                               | 35                          | 32,5 | 61,5                        | 33,5     |

### Камеры сопряжения, использовавшиеся для калибровки

#### IMP:

TDH39 калиброван в камере акустического сопряжения объемом 6 см<sup>3</sup>, соответствующей стандарту IEC 60318-3, Импедансный телефон и зонд калиброваны в камере акустического сопряжения объемом 2 см<sup>3</sup>, соответствующей стандарту IEC 60318-5.

#### ABRIS:

Зонд и внутриушные телефоны калиброваны в значениях УЗД в имитаторе уха, соответствующем стандарту IEC 60318-4. Наушники (TDH39 и DD45) калиброваны в значениях УЗД в искусственном ухе, соответствующем стандарту IEC 60318-1.

#### DPOAE:

Стимулы зонда L1 и L2 калиброваны в значениях УЗД в имитаторе уха, соответствующем стандарту IEC 60318-4.

#### TEOAE:

Стимулы зонда калиброваны в значениях пэУЗД в имитаторе уха, соответствующем стандарту IEC 60318-4.

### Общая информация о характеристиках

Компания Interacoustics непрерывно работает над улучшением своей продукции и повышением ее эффективности. Поэтому характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Эффективность оборудования и его соответствие приведенным характеристикам могут быть гарантированы только при условии ежегодного технического обслуживания, выполняемого учреждением, уполномоченным компанией Interacoustics.

Interacoustics предоставляет чертежи и сервисные руководства в распоряжение уполномоченных сервисных компаний.

Запросы о представителях и продукции могут быть направлены по адресу:

Interacoustics A/S  
Audiometer Allé 1  
5500 Middelfart  
Denmark

Телефон: +45 63713555  
E-mail : [info@interacoustics.com](mailto:info@interacoustics.com)  
Http: [www.interacoustics.com](http://www.interacoustics.com)



## 5.2 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

- Этот прибор подходит для больничных условий, за исключением работы вблизи активного ВЧ хирургического оборудования и РЧ-экранированных комнат систем для магнитно-резонансной томографии, где интенсивность электромагнитных помех высока.
- Использование этого прибора рядом с или установленным на другое оборудование следует избегать, поскольку это может привести к неправильной работе. Если такая установка необходима, то следует наблюдать за этим прибором и другим оборудованием, чтобы убедиться, что они работают нормально.
- Использование аксессуаров, датчиков и кабелей, отличных от указанных или предоставленных производителем данного оборудования, может привести к увеличению уровня электромагнитных излучений или снижению электромагнитной устойчивости данного оборудования и к неправильной его работе. Перечень аксессуаров, датчиков и кабелей см. в приложении.
- Портативное оборудование РЧ связи (включая периферийные устройства, такие как кабели антенн и внешние антенны) следует использовать на расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) до любой части данного прибора, включая кабели, указанные изготовителем. В противном случае может наблюдаться ухудшение работы этого оборудования.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- **КРИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ** для данного прибора определяются производителем как: Этот прибор не имеет **КРИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**. Отсутствие или потеря **КРИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ** не может привести к какой-либо недопустимой непосредственной опасности.
- Окончательный диагноз должен всегда основываться на клинических знаниях. Отклонения от допустимых стандартов и разрешенного использования отсутствуют.
- Этот прибор соответствует стандарту EC60601-1-2:2014+AMD1:2020, класс излучения В группа 1.

ПРИМЕЧАНИЕ Отклонения от допустимых стандартов и разрешенного использования отсутствуют.

ПРИМЕЧАНИЕ Все необходимые инструкции для поддержания соответствия в отношении электромагнитной совместимости содержатся в разделе общего обслуживания этой инструкции. Дальнейшие меры не являются необходимыми.



Портативное и мобильное коммуникационное РЧ-оборудование может оказывать воздействие на **TITAN**. Устанавливайте и эксплуатируйте **TITAN** в соответствии с приведенной в данной главе информацией об ЭМС.

Прибор **TITAN** был протестирован на помехоустойчивость и эмиссию как автономный **TITAN**. Не используйте **TITAN** вблизи другого электрооборудования и не располагайте его над или под другим электрооборудованием. При использовании вблизи такого оборудования, над или под ним, пользователю следует проверить нормальное функционирование конфигурации.

Использование принадлежностей, преобразователей и кабелей, отличных от указанных, за исключением сервисных деталей, поставляемых Interacoustics в качестве запасных частей для внутренних компонентов, может привести к увеличению ПОМЕХ или снижению ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ устройства.

Лицо, подключающее дополнительное оборудование, несет ответственность за соответствие системы стандарту IEC 60601-1-2.

| Руководство и декларация изготовителя. Электромагнитное излучение                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>TITAN</i> предназначен для эксплуатации в указанной ниже электромагнитной среде. Покупатель или пользователь <i>TITAN</i> должен убедиться, что устройство используется в соответствующей среде. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Испытание на излучения                                                                                                                                                                              | Соответствие | Электромагнитная среда: руководство                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| РЧ-излучение<br>CISPR 11                                                                                                                                                                            | Группа 1     | <i>TITAN</i> использует РЧ-энергию только для внутренних функций. Поэтому его радиочастотное излучение очень низкое и вряд ли может вызвать какие-либо помехи в близко расположенном электронном оборудовании.<br><br><i>TITAN</i> подходит для эксплуатации во всех коммерческих, промышленных, офисных и жилых помещениях |
| РЧ-излучение<br>CISPR 11                                                                                                                                                                            | Класс В      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Гармонические излучения<br>IEC 61000-3-2                                                                                                                                                            | Не применимо |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Колебания напряжения/<br>мерцание<br>IEC 61000-3-3                                                                                                                                                  | Не применимо |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Рекомендованный пространственный разнос между портативным и мобильным радиокommunikационным оборудованием и <i>TITAN</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>TITAN</i> предназначен для эксплуатации в электромагнитной среде, в котором излучаемые РЧ-помехи контролируются. Покупатель или пользователь <i>TITAN</i> а может воспрепятствовать электромагнитным помехам, поддерживая минимальное расстояние между портативным и мобильным радиокommunikационным оборудованием (передатчиками) и <i>TITAN</i> , согласно рекомендуемому ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью коммуникационного оборудования. |                                                                   |                                      |                                       |
| Расчетная максимальная выходная мощность передатчика [Вт]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пространственный разнос в соответствии с частотой передатчика [м] |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 кГц–80 МГц<br>$d = 1,17\sqrt{P}$                              | 80 МГц–800 МГц<br>$d = 1,17\sqrt{P}$ | 800 МГц–2,7 ГГц<br>$d = 2,23\sqrt{P}$ |
| 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                              | 0,12                                 | 0,23                                  |
| 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,37                                                              | 0,37                                 | 0,74                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,17                                                              | 1,17                                 | 2,33                                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,70                                                              | 3,70                                 | 7,37                                  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,70                                                             | 11,70                                | 23,30                                 |
| Для передатчиков, номинальная максимальная мощность которых не указана в приведенной выше таблице, рекомендуемое расстояние $d$ в метрах (м) может быть примерно рассчитано по формуле, действительной для частоты передатчика, где $P$ — заданная производителем номинальная максимальная выходная мощность передатчика в ватт (Вт).                                                                                                                                 |                                                                   |                                      |                                       |
| <b>Примечание 1.</b> При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                      |                                       |
| <b>Примечание 2.</b> В некоторых случаях данные рекомендации могут быть неприменимы. На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                      |                                       |



| <b>Руководство и декларация производителя. Электромагнитная помехоустойчивость</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITAN</b> предназначен для эксплуатации в указанной ниже электромагнитной среде. Покупатель или пользователь <b>TITAN</b> должен убедиться, что устройство используется в соответствующей среде. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Испытания на устойчивость</b>                                                                                                                                                                    | <b>Испытательный уровень IEC 60601</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Соответствие</b>                                   | <b>Электромагнитная среда: руководство</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Электростатический разряд (ESD)<br><br>IEC 61000-4-2                                                                                                                                                | +8 кВ, контакт<br><br>+15 кВ, воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +8 кВ, контакт<br><br>+15 кВ, воздух                  | Полы должны иметь покрытие из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть выше 30 %.                                                                                                                                        |
| Невосприимчивость к полям в ближней зоне от радиокommunikационного оборудования<br><br>IEC 61000-4-3                                                                                                | Дискр. частота 385–5785 МГц<br>Уровни и модуляция определены в таблице 9                                                                                                                                                                                                                                                                 | Согласно определению в таблице 9                      | Не следует использовать радиокommunikационное оборудование вблизи каких-либо частей <b>TITAN</b> .                                                                                                                                                                                                      |
| Кратковременное перенапряжение/импульсы напряжения<br><br>IEC 61000-4-4                                                                                                                             | +2 кВ для сети электропитания<br><br>+1 кВ для сети линий входа/выхода                                                                                                                                                                                                                                                                   | Не применимо<br><br>+1 кВ для сети линий входа/выхода | Качество электропитания в сети должно соответствовать типичной коммерческой или жилой среде.                                                                                                                                                                                                            |
| Скачок напряжения<br><br>IEC 61000-4-5                                                                                                                                                              | +1 кВ междуфазно<br><br>+2 кВ от провода на землю                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не применимо                                          | Качество электропитания в сети должно соответствовать типичной коммерческой или жилой среде.                                                                                                                                                                                                            |
| Падение напряжения, кратковременное прерывание энергоснабжения и колебания напряжения в линиях энергоснабжения<br><br>IEC 61000-4-11                                                                | 0 % $U_T$ (провалы на 100 % от $U_T$ ) для 0,5 цикла, при 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 и 315°<br><br>0 % $U_T$ (провалы на 100 % от $U_T$ ) для 1 цикла<br><br>40 % $U_T$ (провалы на 60 % от $U_T$ ) для 5 циклов<br><br>70% $U_T$ (провалы на 30% от $U_T$ ) для 25 циклов<br><br>0% $U_T$ (провалы на 100% от $U_T$ ) для 250 циклов | Не применимо                                          | Качество электропитания в сети должно соответствовать типичной коммерческой или жилой среде. Если пользователю необходимо работать с <b>TITAN</b> непрерывно при перебоих в подаче энергоснабжения, рекомендуется подключать электропитание к <b>TITAN</b> от бесперебойного источника или его батареи. |
| Частота питающей сети (50/60 Гц)<br><br>IEC 61000-4-8                                                                                                                                               | 30 А/м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 А/м                                                | Магнитные поля промышленной частоты должны быть на уровне, характерном для типичного местоположения в типичной коммерческой или жилой среде.                                                                                                                                                            |
| Излучаемые поля в непосредственной близости – испытания на устойчивость<br><br>IEC 61000-4-39                                                                                                       | 9 кГц–13,56 МГц.<br>Частота, уровень и модуляция, определенные в AMD 1: 2020, таблица 11                                                                                                                                                                                                                                                 | Согласно определению в таблице 11<br>AMD 1: 2020      | Если <b>TITAN</b> содержит компоненты или схемы, чувствительные к магнитному полю, то магнитные поля вблизи не должны превышать контрольные уровни, указанные в таблице 11.                                                                                                                             |
| <b>Примечание.</b> $U_T$ — это напряжение в сети переменного тока перед применением уровней испытаний.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Руководство и декларация производителя. Электромагнитная помехоустойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITAN</b> предназначен для эксплуатации в указанной ниже электромагнитной среде. Покупатель или пользователь <b>TITAN</b> должен убедиться, что устройство используется в соответствующей среде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Испытания на устойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Испытательный уровень IEC/EN 60601                                                                                                                                                   | Уровень соответствия                                                           | Электромагнитная среда: руководство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Проводимые РЧ<br>IEC/EN 61000-4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Среднеквадратическое напряжение 3 В<br>150 кГц–80 МГц<br><br>Среднеквадратическое напряжение 6 В<br>В диапазонах ISM (и радиолюбительских диапазонах для домашнего здравоохранения). | Среднеквадратическое напряжение 3 В<br><br>Среднеквадратическое напряжение 6 В | Портативное и мобильное радиокommunikационное оборудование должно использоваться при таком пространственном разнесении с любыми частями <b>TITAN</b> , включая кабели, которое соответствует рекомендованному, рассчитанному по уравнению, соответствующему частоте передатчика.<br><br><b>Рекомендованный пространственный разнос:</b><br><br>$d = \frac{3,5}{V_{rms}} \sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Излучаемые РЧ<br>IEC/EN 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 В/м<br>80 МГц–2,7 ГГц<br><br>10 В/м<br>80 МГц–2,7 ГГц<br>Только для домашнего здравоохранения                                                                                      | 3 В/м<br><br>10 В/м<br>(если используется в домашнем здравоохранении)          | $d = \frac{3,5}{V/m} \sqrt{P} \quad 80 \text{ МГц}–800 \text{ МГц}$<br><br>$d = \frac{7}{V/m} \sqrt{P} \quad 800 \text{ МГц}–2,7 \text{ ГГц}$<br><br>где $P$ — заданная производителем номинальная максимальная выходная мощность радиопередатчика в ватт (Вт), а $d$ — рекомендованное расстояние в метрах (м).<br><br>Напряженность поля, полученная в результате замера в месте нахождения постоянных радиопередатчиков <sup>a</sup> , должна находиться в любом диапазоне частот $b$ ниже уровня совместимости <sup>b</sup> .<br><br>Помехи могут возникать вблизи TITANов, помеченных следующим символом:<br> |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ПРИМЕЧАНИЕ 2. В некоторых ситуациях данные рекомендации могут быть неприменимы. На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <sup>a</sup> ) Напряженность поля от постоянных передатчиков, таких как базовые станции мобильной связи, беспроводные и радиотелефоны, средства наземной радиосвязи с подвижными объектами, любительские радиопередатчики, радиопередатчики в диапазонах AM и FM, не может быть теоретически точно рассчитана. Для оценки электромагнитной среды с постоянными передатчиками радиочастотных волн необходимо провести местное электромагнитное исследование. Если измеренная сила поля в месте применения <b>TITAN</b> не соответствует допустимому уровню радиочастот, то за работой <b>TITAN</b> необходимо следить, чтобы удостовериться в нормальной работе устройства. В случае ошибок в работе может потребоваться принятие дополнительных мер, например, изменение повернуть или переместить <b>TITAN</b> . |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <sup>b</sup> ) В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля не должна превышать 3 В/м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



В целях соответствия требованиям ЭМС, указанным в IEC 60601-1-2, важно использовать следующие аксессуары:

| ПОЗИЦИЯ                                   | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  | МОДЕЛЬ |
|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Клинический удлинительный кабель зонда    | Interacoustics | -      |
| Короткий удлинительный кабель зонда       | Interacoustics | -      |
| Предусилитель ABRIS                       | Interacoustics | -      |
| Контралатеральный наушник TDH39C          | Interacoustics | TDH39C |
| Контралатеральный наушник DD45C           | Interacoustics | DD45C  |
| E-A-RTONE 3A с миниразъемом               | Interacoustics | Ear3A  |
| IP30 контралатеральный с миниразъемом     | Interacoustics | IP30   |
| TDH39C Контралатеральный ID-наушник       | Interacoustics | TDH39C |
| DD45C Контралатеральный ID-наушник        | Interacoustics | DD45C  |
| E-A-RTONE 3A контралатеральный ID наушник | Interacoustics | Ear3A  |
| TDH39 Стерео ID-наушник                   | Interacoustics | TDH39  |
| DD45 Стерео ID-наушник                    | Interacoustics | TDH39  |
| IP30 контралатеральный ID наушник         | Interacoustics | IP30   |
| E-A-RTONE ABR стерео ID гарнитура         | Interacoustics | Ear3A  |
| EarCup Стерео ID-наушник                  | Interacoustics | Ear3A  |
| IP30 EarCup стерео ID гарнитура           | Interacoustics | IP30   |
| IP30 ABR стерео ID наушник                | Interacoustics | IP30   |

Соответствие требованиям ЭМС, указанным в стандарте IEC 60601-1-2, обеспечивается при использовании приведенных ниже типов кабелей соответствующей длины:

| Описание                                  | Длина | Экранированный   |
|-------------------------------------------|-------|------------------|
| Сетевой кабель                            | 2,0 м | Неэкранированный |
| USB-кабель                                | 2,0 м | Экранированный   |
| USB-адаптер блока питания                 | 0,1 м | Экранированный   |
| Клинический удлинительный кабель          | 2,4 м | Неэкранированный |
| Короткий удлинительный кабель             | 0,4 м | Неэкранированный |
| Предусилитель ABRIS                       | 2,0 м | Неэкранированный |
| TDH39C Contra Headset                     | 0,5 м | Экранированный   |
| DD45C Contra Headset                      | 0,5 м | Экранированный   |
| E-A-RTONE 3A с миниразъемом               | 0,5 м | Экранированный   |
| IP30 контралатеральный с миниразъемом     | 0,5 м | Экранированный   |
| TDH39C Контралатеральный ID-наушник       | 0,5 м | Экранированный   |
| Контралатеральный ID-наушник DD45C        | 0,5 м | Экранированный   |
| E-A-RTONE 3A контралатеральный ID наушник | 0,5 м | Экранированный   |
| IP30 контралатеральный ID наушник         | 0,5 м | Экранированный   |
| ID-стереонаушники TDH39                   | 0,5 м | Экранированный   |
| ID-стереонаушники DD45                    | 0,5 м | Экранированный   |
| E-A-RTONE ABR стерео ID гарнитура         | 0,5 м | Экранированный   |
| E-A-RTONE EarCup стерео ID гарнитура      | 0,5 м | Экранированный   |
| IP30 EarCup стерео ID гарнитура           | 0,5 м | Экранированный   |
| IP30 ABR стерео ID наушник                | 0,5 м | Экранированный   |



Соответствие руководящим принципам по воздействию электромагнитным полям согласно ICNIRP, (HEALTH PHYSICS 96(4):504-514; 200) обеспечивается при использовании следующих аксессуаров: Аксессуары классифицированы (уровень ЭМП) согласно максимальной силе постоянного магнитного поля.

Пациенты с магнитно-программируемыми церебральными шунтами должны соблюдать меры предосторожности, указанные производителем шунтов, если используются аксессуары с ВЫСОКИМ магнитным полем. Не требуется соблюдать особые меры предосторожности при работе с аксессуарами с НИЗКИМ магнитным полем.

| ДЕТАЛЬ                                    | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  | МОДЕЛЬ | Уровень ЭМП |
|-------------------------------------------|----------------|--------|-------------|
| Удлинитель клинического зонда             | Interacoustics | -      | НИЗКИЙ      |
| Короткий удлинитель короткого зонда       | Interacoustics | -      | НИЗКИЙ      |
| Предварительный усилитель ABRIS           | Interacoustics | -      | НИЗКИЙ      |
| Контралатеральная гарнитура TDH39C        | Interacoustics | TDH39C | ВЫСОКИЙ     |
| Контралатеральная гарнитура DD45C         | Interacoustics | DD45C  | ВЫСОКИЙ     |
| Е-A-RTONE 3А с миниразъемом               | Interacoustics | Ear3A  | НИЗКИЙ      |
| IP30 контралатеральный с миниразъемом     | Interacoustics | IP30   | НИЗКИЙ      |
| Контралатеральная ID-гарнитура TDH39C     | Interacoustics | TDH39C | ВЫСОКИЙ     |
| Контралатеральная ID-гарнитура DD45C      | Interacoustics | DD45C  | ВЫСОКИЙ     |
| Е-A-RTONE 3А контралатеральный ID наушник | Interacoustics | Ear3A  | НИЗКИЙ      |
| Сtereo ID гарнитура TDH39                 | Interacoustics | TDH39  | ВЫСОКИЙ     |
| Сtereo ID гарнитура DD45                  | Interacoustics | TDH39  | ВЫСОКИЙ     |
| IP30 контралатеральный ID наушник         | Interacoustics | IP30   | НИЗКИЙ      |
| Е-A-RTONE ABR stereo ID гарнитура         | Interacoustics | Ear3A  | НИЗКИЙ      |
| IP30 EarCup stereo ID гарнитура           | Interacoustics | Ear3A  | НИЗКИЙ      |
| IP30 EarCup stereo ID гарнитура           | Interacoustics | IP30   | НИЗКИЙ      |
| IP30 ABR stereo ID наушник                | Interacoustics | IP30   | НИЗКИЙ      |

# Return Report – Form 001



Opr. dato: 2014-03-07 af: EC Rev. dato: 30.01.2023 af: MHNG Rev. nr.: 5

Company: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Phone: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

**Address**  
DGS Diagnostics Sp. z o.o.  
Rosówek 43  
72-001 Kolbaskowo  
Poland

**Mail:**  
rma-diagnostics@dgs-diagnostics.com

Contact person: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

## Following item is reported to be:

- ☐ returned to INTERACOUSTICS for: ☐ repair, ☐ exchange, ☐ other: \_\_\_\_\_
- ☐ defective as described below with request of assistance
- ☐ repaired locally as described below
- ☐ showing general problems as described below

**Item:** \_\_\_\_\_ **Type:** \_\_\_\_\_ **Quantity:** \_\_\_\_\_

Serial No.: \_\_\_\_\_ Supplied by: \_\_\_\_\_

Included parts: \_\_\_\_\_

**Important! - Accessories used together with the item must be included if returned (e.g. external power supply, headsets, transducers and couplers).**

## Description of problem or the performed local repair:

**Returned according to agreement with:** ☐ Interacoustics, ☐ Other :

Date : \_\_\_\_\_ Person : \_\_\_\_\_

Please provide e-mail address to whom Interacoustics may confirm reception of the returned goods: \_\_\_\_\_

☐ **The above mentioned item is reported to be dangerous to patient or user <sup>1</sup>**

In order to ensure instant and effective treatment of returned goods, it is important that this form is filled in and placed together with the item.

Please note that the goods must be carefully packed, preferably in original packing, in order to avoid damage during transport. (Packing material may be ordered from Interacoustics)

<sup>1</sup> EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user.